

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

PTCG B.V.

Nationale identificatie:

5901240

Postadres:

Hanzeplein 1

Plaats:

GRONINGEN

NUTS-code:

NL

Postcode:

9713GZ

Land:

NL

Contactpersoon:

L.J. Souman

Telefoon:

+31 503615050

E-mail:

b.j.souman@umcg.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<https://www.umcgroningenptc.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Ander type: B.V.

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Dosimetrie-apparatuur

Referentienummer: 161711

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33151400 - Benodigheden voor radiotherapie

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Dosimetrie-apparatuur voor bundelkarakterisering(commissioning), kwaliteitscontrole van bestralingsbundels(beam-QA) en kwaliteitscontrole van bestralingsplannen(plan-QA) voor met name protonenbestraling.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 600 000,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Dosimetrie-apparatuur voor bundelkarakterisering(commissioning), kwaliteitscontrole van bestralingsbundels(beam-QA) en kwaliteitscontrole van bestralingsplannen(plan-QA) voor met name protonenbestraling.

De genoemde waarden(bedragen) in II.1.7 en V.2.4 zijn indicatief, omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft. De waarde van de onderhavige opdracht < 600.000 euro.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium

Naam: De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

Weging: 100

Kostencriterium

Naam: De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: Dosimetrie-apparatuur

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

03/03/2017

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

IBA SA

Nationale identificatie:

-

Postadres:

Chemin du Cyclotron 3

Plaats:

Louvain-la-Neuve

NUTS-code:

00

Postcode:

1348

Land:

BE

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 600 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen

Postadres:

Guyotplein 1

Plaats:

Groningen

Postcode:

9712 NX

Land:

NL

E-mail:

info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Groningen>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen

Postadres:

Guyotplein 1

13/03/2017

I. II. IV. V. VI. D1.

Plaats:

Groningen

Postcode:

9712 NX

Land:

NL

E-mail:

info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Groningen>

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

13/03/2017

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

De aanbestedende dienst maakt gebruik van de in artikel 2.163d Aw geboden bevoegdheid om een bestaande overheidsopdracht te wijzigen.

De gevraagde dosimetrie-apparatuur is noodzakelijk voor het gebruik van bestralingsapparatuur voor protontherapie, waarvoor in 2014 een Europese aanbesteding(2014/S 118-209746) heeft plaatsgevonden. De dosimetrie-apparatuur dient in het afregelproces van bestralingsapparatuur te worden geïntegreerd. Dit is alleen mogelijk met dosimetrie-apparatuur van de leverancier van de bestralingsapparatuur. Verandering van opdrachtnemer is derhalve met name om technische redenen niet mogelijk. Verandering van opdrachtnemer zou bovendien tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen leiden. Zowel Commissioning als Beam-QA zou in voorkomend geval namelijk meer tijd in beslag nemen. Indien Commissioning extra tijd kost, kan de opening van het protonencentrum vertraging oplopen. Als de dagelijks uit te voeren Beam QA langer duurt, resteert minder tijd voor de behandeling van patiënten. De waarde van de opdracht tot levering vadosimetrie-apparatuur bedraagt minder dan 3% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht tot levering van apparatuur voor het protonencentrum en valt dus ruimschoots onder de drempel van artikel 2.163d lid 1 sub d Aw.

Aanvullend wordt opgemerkt dat voor toepassing van adaptieve protontherapie en de mogelijkheid om schaduwplannen te kunnen maken voor fotontherapie aansluiting van alle dosimetrie-apparatuur op één datamanager noodzakelijk is, welke datamanager bovendien compatibel is met de datamanager die reeds voor fotontherapie wordt gebruikt. Voorts worden specifieke eisen gesteld aan de te leveren dosimetrie-apparatuur, omdat de apparatuur geschikt moet zijn voor bestralingsapparatuur voor protontherapie met pencil beam scanning. Onwaarschijnlijk is dat andere leveranciers binnen de beperkt beschikbare tijd alle benodigde dosimetrie-apparatuur in een package kunnen leveren die aan deze eisen voldoen. Ook deze omstandigheden maken verandering van opdrachtnemer technisch onmogelijk.