

Vraag 1.

De Douane vindt het essentieel om te weten hoe een eventuele deelnemer de minimale eisen gaat en kan invullen.

Kunt u als deelnemer aan alle genoemde minimale eisen genoemd in paragraaf 4.2. voldoen?

Zo nee, kunt u dan ook aangeven aan welke minimale eisen u niet kunt voldoen?

Gaarne onderstaand tabel 1 invullen.

Tabel 1

Minimale eis detector 1	Ja	Nee
Eenvoudig door één persoon te bedienen zijn		
Metten van een "achtergrondspectrum		
Opslaan van gemeten file met toevoeging van extra tekst voor de eenvoudige herkenning van de gemeten file		
Voldoende batterijcapaciteit om meerdere uren (>3) te kunnen werken		
Hot Swap van batterij		
Search mode voor het zoeken naar radioactiviteit		
Training her-analyse software		
Self-stabilizing		
Uitbreidbare bibliotheek		

Vraag 2.

De Douane hecht groot belang aan het gebruikersgemak en de gebruiksvriendelijkheid van de Handheld HGPe-detector, zeker gezien de omstandigheden waarin gewerkt moet worden zoals is beschreven in paragraaf 4.2.

Om die reden zou er gevraagd kunnen worden bij een aanbesteding, om een test op locatie door de Douane. De Douane (eindgebruiker) is dan ook degene die het apparaat gaat testen en beoordelen. De criteria met de daarbij behorende beoordeling (punten) liggen van te voren vast. Bent u als inschrijver bereid een detector gedurende een testperiode ter beschikking te stellen?

- zo ja voor welke minimale/maximale periode?
- zijn hieraan enige kosten verbonden?
- Zo ja, wat zijn hier de indicatieve kosten voor?
- en zo nee, wat is hiervan de reden?

Vraag 3.

Het gewicht speelt een belangrijke rol, zeker gezien de omstandigheden waarmee men in de praktijk dagelijks mee te maken krijgt, zie hiervoor paragraaf 4.2

U kunt door middel van een kruisje in tabel 2 aangeven in welke range het gewicht van de Handheld detectie scanner, die u kunt leveren, valt.

Tabel 2

Gewicht Handheld detectie in Kg
detector 1

5	7	
7	9	
10	11	
11	12	
12	13	
13	14	
14	15	
15	16	
16	>16	

Vraag 4.

In verband met het reserveren van de financiële middelen kunt u aangeven wat de indicatieve aanschafwaarde per stuk is? **Uiteraard zullen deze gegevens niet met derden gedeeld worden.**

U kunt door middel van een kruisje in tabel 3 aangeven in welke range de indicatieve aanschafwaarde valt.

Tabel 3

Indicatieve aanschafwaarde per stuk in
Euro's detector 1

50.000	75.000	
75.001	100.000	
100.001	125.000	
125.001	150.000	
150.001	175.000	
175.001	200.000	

Vraag 5.

Kunt u aangeven wat de onderhoudskosten per jaar zijn? Bijvoorbeeld in de vorm van een bepaald percentage/bedrag van de indicatieve aanschafwaarde.

Vraag 6.

Kunt u aangeven wat de technische levensduur is van de Handheld HGPe-detector.