

## Pakket van Wensen

<i>Toepassing</i>	Aanschaf 16 onderzoektafels
<i>Afdeling</i>	Anatomie
<i>Locatie</i>	Preparatorium
<i>Contactpersoon</i>	Lieke Versteegen
<i>Datum opgesteld</i>	30-3-2018
<b>Nr</b>	<b>Omschrijving</b>
<b>1. Algemeen</b>	
1.1	Het apparaat is voorzien van een CE-markering volgens Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG.
<b>2. Functionele eisen</b>	
2.1	Behoud eigen tafelblad afmeting 200cm / 70cm (zie foto)
2.2	Laagste stand bovenkant tafelblad 80cm / hoogste stand bovenkant tafelblad 123cm
2.3	Tafelblad trendenburgstand (foto)
2.4	Tafelblad in lengte richtingen van hoogte van elkaar te verstellen afzonderlijk van beide kanten (foto)
2.5	Aansluiting netsroom op heuphoogte
2.6	Bediening voetpedaal ipv handbediening (foto)
2.7	Rem wiel aan 1 kant voor 2 of 4 wielen (foto)
2.8	Afvoeren tafel vocht door middel van slang / jerrycan afsluitbaar
2.9	Invoerrol (wegklapbaar) zijkant tafel in verband met overtrekken plaat vanuit overzet op tafel (zie foto)
2.10	Wielen en meerijgend 5e wiel doorsnee +/- 13cm
2.11	Opzet of uiklapbaar instrumentarium tafeltje op tafel monteren of andere oplossing in verband met wegglijden bij trendenburg stand
2.12	Aan/uit knop stroomvoorziening ten behoeve van minder vaak opladen accu
2.13	Tafel kan elektrisch of hydraulisch zijn