

**Radboud universitair medisch centrum**

Servicebedrijf, productgroep Inkoop

Aan  
OndernemersPostbus 9101, 6500 HB Nijmegen  
Huispost 236Van  
Productgroep InkoopF.C. Donderslaan 2  
Radboudumc hoofdingang, route 236  
T (024) 361 53 61Datum  
18 juni 2018Ons kenmerk  
1172/MvHPagina  
1 van 2Manager  
G.A.H.J. van der Putten  
www.radboudumc.nl

Onderwerp

**Analyse apparatuur Respiratoire en panfungal infecties**

KvK 41055629/4

**Inleiding**

Ter voorbereiding op de voorgenomen aanschaf van een random access systeem voor de diagnostiek van respiratoire infecties (panels) en schimmel infecties (panels) wil het Radboudumc de markt consulteren om antwoord te krijgen op de vraag welke partijen dit of een vergelijkbaar systeem kunnen leveren en hoe deze systemen werken.

De uitnodiging aan ondernemers om deel te nemen aan deze consultatie is vrijblijvend. En zal door het Radboudumc gebruikt worden om haar inkoopstrategie te bepalen.

De verkregen technische informatie zal worden gedeeld.

**Achtergrond**

De aanvraag wordt gedaan door de afdeling Medische Microbiologie binnen het Radboudumc. Het aan te schaffen systeem en de consumables zullen gebruikt worden voor diagnostiek van respiratoire infecties (panels) EN schimmel infecties (panels).

**Specificaties**

Het Radboudumc is op zoek naar een random access platform voor diagnostiek van respiratoire infecties (panels) EN schimmel infecties (panels) . In een enkele test moeten alle klinisch relevante potentiële pathogenen (viraal, bacterieel en parasitair (RP) of mycologische pathogenen geanalyseerd worden. Dit moet random access cartridge-based plaatsvinden gezien de potentiële plaatsing op de back-office van het Radboudumc.

Het platform moet een minimale capaciteit hebben van 12 testen per run. Het samplevolume is maximaal 200 ul. Het platform moet random access zijn en gekoppeld worden aan GLIMS.

Het apparaat moet door de leverancier ten minste 5 jaar in bedrijf gehouden kunnen worden (incl. onderhoud, reserve onderdelen, ICT, hardware, alle software en kit updates en upgrades).

Het Radboudumc ontvangt van geïnteresseerde ondernemers een voorstel van de apparatuur welke voldoet aan bovengenoemde specificaties (dit kunnen meerdere voorstellen zijn) met de technische details per apparaat (samengevat op maximaal 2 A4 per apparaat). Tevens dient er gespecificeerd te worden welke pathogenen en pannels van pathogenen er getest kunnen worden.

Zijn er ontwikkelingen voor de gevraagde toepassingen waarvan u de aanbestedende dienst op de hoogte wenst te brengen?

Datum	Ons kenmerk	Pagina
18 juni 2018	1172/MvH	2 van 2

Het Radboudumc wenst van de ondernemer informatie over de verschillende mogelijkheden voor een service en onderhoudsovereenkomst met daarin aangegeven de leveringstermijnen van vervangende onderdelen, de responstermijn van aanvang van een reparatie na melden van een technisch probleem te ontvangen.

Plafondprijs systeem en reagentia: 110 euro/test

#### **Procedure**

Afhankelijk van de ontvangen informatie uit deze marktoriëntatie maakt het Radboudumc een keuze voor de te volgen inkoopprocedure.

Uw documentatie dient u uiterlijk **2 juli 2018 13.00 uur** ingediend te hebben. Dit kunt u doen door de gegevens op te laden in de berichtenmodule van Tendered waarin u aangeeft welk(e) syste(e)m(en) u beschikbaar heeft voor de gevraagde functionaliteit, onderhoud en te vervangen onderdelen bij een gebruik van 5 jaar van de apparatuur.

#### **Tijdsplanning**

18 juni 2018	Publicatie marktconsultatie op Tendered.
2 juli 2018/ 13.00 uur	Uiterlijke indiening van documentatie

#### **Contactpersoon**

Maaïke van Hout

[Maaïke.vanhout@radboudumc.nl](mailto:Maaïke.vanhout@radboudumc.nl)

Tel. +31 (0)6-24506312