

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Stichting Sanquin Bloedvoorziening

Nationale identificatie:

28674552

Postadres:

Plesmanlaan 125

Plaats:

Amsterdam

NUTS-code:

NL

Postcode:

1066 CX

Land:

NL

Contactpersoon:

Karl Muusse

Telefoon:

+31 205121250

E-mail:

k.muusse@sanquin.nl

Fax:

+31 205123502

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.sanquin.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Aanschaf gecombineerde Leucocytentellers en Flowcytometers

Referentienummer: 2017(A)000132

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

38900000 - Diverse apparatuur voor beoordeling en testen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Aanschaf gecombineerde leucocytentellers en flowcytometers inclusief onderhoud en inclusief reagentia en controlematerialen

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 0,01

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

NUTS-code:

NL329 Groot-Amsterdam

Voornaamste plaats van uitvoering:
Amsterdam en Nijmegen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

minimaal 4 apparaten en reagentia/controlematerialen voor ruim 50.000 monsters per jaar

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium

Naam: Beste prijs/kwaliteitverhouding

Weging: 100

Kostencriterium

Naam: beste prijs/kwaliteit verhouding

Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: Aanschaf gecombineerde Leucocytentellers en Flowcytometers

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

10/10/2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Sysmex Nederland BV

Nationale identificatie:

20063483

Postadres:

Ecustraet 11

Plaats:

Etten Leur

NUTS-code:

NL

Postcode:

4879NP

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:
0,01

Laagste offerte: 0,01 / Hoogste offerte: 0,02 meegerekend

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

fictief@fictief.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

<http://www.rechtspraak.nl>

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

14/11/2019

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

De bloedproducten, parameters en gevoeligheden zijn gebaseerd op de productspecificaties zoals die gelden voor de door Sanquin geleverde bloedproducten en zijn beschreven in de Sanquin Richtlijn Bloedproducten. Sanquin verkiest de methodiek om monsters geautomatiseerd te meten boven de methode om monsters handmatig te verdunnen, enerzijds voor efficiëntie en nauwkeurigheid van meetproces en anderzijds om geen overbodige handelingen te introduceren welke grote implicaties kunnen veroorzaken. Het handmatig verdunnen van de routinemonsters introduceert een risico op een onjuiste uitslag bij niet nauwkeuring of onjuist pipetteren alsook bij het foutief uitvoeren van de berekening voor het testresultaat. Tevens vereist Sanquin dat de HA's metingen in het lage gebied uit kan voeren met de reeds gekoppelde reagentia van de routinemetingen, zonder dat er losse kits met een beperkt aantal testen gekoppeld hoeft te worden. Het koppelen van losse kits kost tijd en er is extra voorraadbeheer nodig. Bij het koppelen van een nieuwe batch reagens, dienen er controles bepaald te worden voor het vrijgeven van het reagens voor de bepalingen.

Sanquin gaat ervan uit dat andere leveranciers niet over apparatuur beschikt dat aan de bovengenoemde eisen voldoet. Tevens gaat Sanquin ervan uit slechts 1 fabrikant HA's kan leveren die voldoen aan bovenstaande eisen, inclusief het uitvoeren van geautomatiseerde metingen in het lage gebied zonder dat handmatige verdunning nodig is en het uitvoeren van de lage metingen vanuit de reagentiakit waaruit ook de routinemetingen plaats vinden.