
MEMO

Datum : 8 juni 2020
Betreft : selectieleidraad labinrichting

Mock up.

Voor de opstelling van de Mock Up vooralsnog rekening houden met het volgende:

Voor de mock up verwachten wij de volgende elementen:

- een compleet staandersysteem met daaraan:
- een bench met 1.20 m werkblad (HPL compact), gemonteerd op een C-frame
- Daarnaast oplossing gescheiden media en tafel
- een energiebrug voorzien van 4x wcd, 2x data en 3 gaskranen,
- een onderkast met 3 lades en een onderkast met draaideur en lade, aan het frame of blad gemonteerd,
- een afdekpaneel als achterwand
- een rugwand / spatscherm
- aanvoerleidingen E en W (W-voorzieningen 1x perslucht, 1x stikstof, 1x helium)

naast deze 1.20 opstelling:

- een apotherskast (uittrekbare kast) van 30 breed,
- een noodvoorzieningenkast van 30 breed

Verder:


- een verrijdbare tafel 120 met melamine blad

Met daarop uitgesteld de volgende monsters:

- kranen,
- bench verlichting,
- schakelmateriaal,
- leidingwerk.

En documentatie van:

- LAFkasten (testrapporten en certificaten),
- zuurkasten (testrapporten en certificaten),
- veiligheidskasten (testrapporten en certificaten),
- koel- en vrieskasten (datasheets en gebruiksaanwijzing
- datasheets van werkbladen
- datasheets van zuurkastregeling



NB. Definitieve omvang en locatie zal in de gunningsleidraad worden omschreven.