

Nota van inlichtingen bij Europese aanbesteding vaccin- en dagkoelkasten GGD HN

Datum: 30 juli 2020

Vraag 1

Document: Bijlage Protocol vaccinbewaking tussen GGD HN en opdrachtnemer

Locatie: Temperatuur storing, blz. 1

Mocht er onvoldoende capaciteit beschikbaar zijn bij de GGD, dan moet de mogelijkheid worden geboden om de vaccins onder te brengen bij opdrachtnemer, deze worden conform de richtlijnen van het RIVM vervoerd.

Vraag: De richtlijn van het RIVM schrijft voor dat de vaccins in de door hun gevoerde koelboxen vervoerd dienen te worden. Is de GGD in bezit van deze boxen en worden deze in zo'n situatie ter beschikking gesteld? Of dient de opdrachtnemer deze zelf aan te schaffen.

Indien de boxen door de opdrachtnemer aangeschaft moeten worden, hoeveel benodigde transportboxen zijn noodzakelijk voor het vervoer van de vaccins van 1 koelkast.

Antwoord: Dit wordt volledig bij de opdrachtnemer neergelegd, die draagt zorg voor een koelauto of een auto met een ingebouwde koelcapaciteit om de vaccins over te brengen naar de locatie. Werkt de opdrachtnemer met koelboxen dan moeten deze voldoen aan de voorschriften van het RIVM en schaft opdrachtnemer deze zelf aan. Voor vervoer in een koelbox voor 1 vaccinkoelkast zijn er zeker 3 boxen benodigd.

Vraag 2

Document: Programma van eisen

Locatie: punt 12

U faciliteert incidentele levering en ondersteuning bij groepsvaccinaties door levering van gekoelde vaccinkoelkasten, gekoelde unit in voertuig, koelboxen en transport van vaccin. Kosten hiervan zijn separaat vermeld in de prijsbijlage.

Vraag: Deze informatie is niet terug te vinden in de prijsbijlage. Kan er een correcte prijsbijlage geüpload worden?

Antwoord: is toegevoegd op de bij deze nota meegestuurde invulbare prijsbijlage

Vraag 3

Document: Programma van eisen

Locatie: Dagkoelkasten

Vraag: Dienen dagkoelkasten ook te voldoen aan Din58345?

Antwoord: Nee het is niet nodig dat dagkoelkasten voldoen aan deze Din normering

Vraag 4

Document: Programma van eisen

Locatie: punt: 34

Verlichting.

Vraag: Is dit wel een eis of mogen installaties ook zonder interieurverlichting geleverd worden. Dit omdat er bij de controlepunten (punt 53) van het preventief onderhoud staat. "Controle van de interieurverlichting (indien aanwezig)"

Antwoord: interieurverlichting is een eis

Vraag 5

Document: Aanbestedingsleidraad

Locatie : blz 18

Deze omschrijving bevat een tekstfout bovenaan:

"Inschrijver heeft in de afgelopen drie jaar aantoonbare ervaring met het naar tevredenheid van opdrachtgever onderhouden van ten minste 25 vaccin koelkasten gedurende....."

Ik vermoed dat daar drie jaar had moeten staan.

Antwoord: Het woord gedurende kan vervallen. Kerncompetentie 2 dient als nieuwe zin gelezen te worden.

Vraag 6

Document: Kerncompetenties:

Locatie: blz. 18

Vraag: Er wordt bij deze referentie uitvraag gesproken over vaccinkoelkasten terwijl er in het bestek ook gepraat wordt over dag koelkasten. Onze vraag is om de term vaccin koelkasten aan te passen naar medische koelkasten voor inname en uitgifte van patiënten materiaal.

Inschrijver is van mening dat het opvolgen van alarmmeldingen, storingen en onderhoud op bloedkoelkasten niet onder doen aan vaccinkoelkasten.

Antwoord: binnen de GGD HN is er geen ervaring met bloedkoelkasten of ander patiënten materiaal. De term vaccinkoelkast blijft gehandhaafd.