Nota van Inlichtingen Aanschaf massaspectrometer (MS) inclusief vloeistofchromatograaf (LC)

Aanbesteding Aanschaf massaspectrometer (MS) inclusief vloeistofchromatograaf (LC)
Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam
Referentie: Beta003 EA LC-TQMS

Omschrijving:

De aanschaf van een Massaspectrometer

Toelichting:

Nr: 1

Categorie Inhoud
Betreft Programma van Eisen; 4.1.6

Vraag

In het programma van eisen is opgenomen onder 4.1.6 dat het mogelijk moet zijn het aangeboden systeem twee weken na het plaatsen van de order te leveren. Normaliter is de levertijd van dergelijke systemen 8 tot 12 weken. Zou deze eis aangepast kunnen worden zodat het voor leveranciers haalbaar is?

Antwoord **Vrijgegeven:** 23-09-2020

Het wordt geaccepteerd dat de levertijd wat langer gaat duren dan gevraagd. Wel moet alvast rekening worden gehouden dat de wens om de systemen zo snel mogelijk worden geplaatst zeer belangrijk is.

Nr: 2

Categorie Uitvoering
Betreft LC Applicatie

Vraag

Mag er afgeweken worden van de LC Applicatie? Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een ander kolom?

Antwoord **Vrijgegeven:** 27-08-2020

Het protocol dat in het aanbestedingsdocument staat beschreven moet worden toegepast.

Nr: 3

Categorie Juridisch
Betreft Algemene Inkoopvoorwaarden VU - Clausule 10.1

Vraag

In een vergelijkbare aanbesteding die in 2019 door de VUA gepubliceerd werd (TN 204289), werd overeen gekomen om deze clausule tweeledig te maken door deze als volgt te herdefiniëren:

"Alle door de VU ten behoeve van Opdrachtnemer ter beschikking gestelde, vervaardigde of gebruikte hulpmiddelen, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, specificaties, berekeningen, foto's, modellen, ontwerpen, proefexemplaren, gereedschappen, documenten en andere gegevensdragers en software en dergelijke blijven en/of worden (intellectueel) eigendom van de VU en dienen direct na afloop van de fabricage en/of na beëindiging van de overeenkomst, dan wel op eerste verzoek van de VU, aan de VU te worden geretourneerd en/of verstrekt. Alle door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdracht ter beschikking gestelde, vervaardigde of gebruikte hulpmiddelen, waaronder maar niet beperkt tot tekeningen, specificaties, berekeningen, foto's, modellen, ontwerpen, proefexemplaren, gereedschappen, documenten en andere gegevensdragers en software en dergelijke blijven (intellectueel) eigendom van de Opdrachtnemer en dienen direct na afloop van de fabricage en/of na beëindiging van de overeenkomst, dan wel op eerste verzoek van de Opdrachtnemer, aan de Opdrachtnemer te worden geretourneerd en/of verstrekt."

Is het mogelijk om deze clausule in de huidige aanbesteding opnieuw op deze wijze te definiëren?

Antwoord **Vrijgegeven:** 23-09-2020

Akkoord, wij nemen dit op in de definitieve overeenkomst.

Nr:

Categorie Uitvoering

Betreft Performance Protocol, pag 25

4 **Vraag**

De ruis moet bepaald worden gedurende een halve minuut. Hoe moet de ruis bepaald worden wanneer er extra pieken in het MRM-spoor zijn, waardoor deze meegenomen worden als ruis?

Antwoord **Vrijgegeven:** 23-09-2020

De extra pieken hoeven niet mee worden genomen bij het bepalen van de hoogte van de ruis. Wel kent de aanbestede dienst zich het recht toe om achteraf om de hoogte van de ruis opnieuw te beoordelen en te bepalen.

Nr:

Categorie Inhoud

Betreft Performance Protocol, pag 25

5 **Vraag**

Bij het gebruik van een analoge detector wordt het ruwe datasignaal automatisch gesmoothed. Bij het gebruik van een digitale detector heeft er geen smoothing plaatsgevonden op het ruwe signaal. Daarom wordt bij dit type detectoren een enkelvoudige smoothing aangeraden en/of een ruisbepaling op basis van 1 maal de Standaard Deviatie. Is dit toegestaan bij gebruik van een digitale detector?

Antwoord **Vrijgegeven:** 23-09-2020

Nee, de bepaling van de signaal – ruis verhouding moet worden bepaald zonder smoothing van de data.