



Nota van Inlichtingen 21 april 2021

| Nr. | Uw vraag heeft betrekking op                            | Concrete vraag                                                                                                                                                                     | Antwoord                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bijlage 1 Programma van Eisen en Wensen punt 19 "eisen" | Welke maximale buiten diameter stelt u bij de ultra dunne Colonscoop?                                                                                                              | De maximale buitendiameter dient kleiner dan 11 mm. te zijn. De distale tip van de endoscoop dient kleiner dan 10 mm. te zijn.                                                                                              |
| 2   | Offerteleidraad 3.1. pagina 8                           | Hoe moeten wij onze nieuwe technologieën en ontwikkelingen (die binnen 18 maanden worden geïntroduceerd) benoemen en/of voordragen in de aanbesteding?                             | Deze nieuwe technologieën en ontwikkelingen dienen niet benoemd en/of voorgedragen te worden in de aanbesteding. Inschrijver dient, op het moment van Inschrijving, aan te bieden wat er op dat moment geleverd kan worden. |
| 3   | Offerteleidraad 3.1. pagina 8                           | Kunnen en/of moeten nieuw te introduceren (binnen 18 maanden na gunningstermijn) technologieën mee worden opgenomen in de aanbesteding van de opdracht?                            | Zie beantwoording vraag 2.                                                                                                                                                                                                  |
| 4   |                                                         | Worden de scopendroogkasten in deze aanbesteding ook vervangen en/of nieuw aangeschaft?                                                                                            | Nee, de scopendroogkasten vallen buiten de scope van deze aanbesteding.                                                                                                                                                     |
| 5   | Offerteleidraad 3.1, pagina 9                           | Op pagina 9 van de offerteleidraad staat bij de bronchoscoop 'klein' een werkkanaal van $\geq 2$ mm. Is Erasmus MC bereid dit aan te passen naar een werkkanaal van $\geq 1.2$ mm? | Dit is akkoord. De bronchoscoop 'klein' dient een werkkanaal van $\geq 1.2$ mm te hebben.                                                                                                                                   |