

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nationale identificatie:

30244197

Postadres:

Heidelberglaan 1003584CX Utrecht

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3584CX

Land:

NL

Contactpersoon:

Universitair Medisch Centrum Utrecht Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 650124857

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.umcutrecht.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168411>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Afterloader

Referentienummer: 20EA032

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33150000 - Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Dit betreft een aankondiging van de aankoop van een HDR afterloader ten behoeve van afd Radiotherapie van het UMC Utrecht ter vervanging van de huidige apparatuur inclusief bronnen en onderhoud.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 400 000,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Aanschaf, bronnen en onderhoud

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium

Naam: kwaliteit

Weging: 50

Kostencriterium

Naam: prijs (aanschaf, bronnen en onderhoud)

Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: 1

Benaming: Afterloader

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

08/04/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Eleкта B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Best

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:
400 000,00

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 400 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank regio Midden Nederland

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

UMC Utrecht afdeling Juridische Zaken

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

UMC Utrecht afdeling Juridische Zaken

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

09/04/2021

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Het apparaat moet over de volgende eigenschappen beschikken:

- De HDR afterloader is compatibel met onderstaande gynaecologische applicatoren van Elekta BV.
 - o Vaginal CT/MR applicator
 - o Vaginal CT/MR Multi Channel applicator
 - o Utrecht Interstitial CT/MR applicator
 - o Venezia Advanced Gynecological CT/MR applicator
 - o Geneva Universal Gynecological CT/MR applicator
- De HDR afterloader is compatibel met onderstaande templates en naalden van Elekta BV.
 - o Martinez template
 - o CT/MR ProGuide needles
- De HDR afterloader is compatibel met het Oncentra Brachy 4.6 treatment planning systeem en het Oncentra Prostate 4.2.2 treatment planning systeem, beide van Elekta BV.
- De 3D modellen van de gynaecologische applicatoren behorend bij de HDR afterloader moeten beschikbaar zijn in het Oncentra Brachy 4.6 treatment planning systeem.

Slechts één leverancier is in staat om aan de gestelde eisen te voldoen, namelijk Elekta B.V. De afdeling is op de volgende wijze tot de conclusie gekomen dat alleen Elekta B.V. in staat is om de afterloader voor gebruik in combinatie met MRI compatible gynaecologische applicatoren te leveren. De afdeling Radiotherapie werkt al lange tijd samen met Elekta B.V. om MRI compatible gynaecologische applicatoren te ontwikkelen. De toepassingsmogelijkheden van deze applicatoren zijn van essentieel belang voor een optimale behandeling van patienten met gynaecologische tumoren. Bovendien zijn de door de Elekta ontwikkelde applicatoren MRI compatible, wat essentieel is voor de MRI gestuurde brachytherapie zoals deze op de afdeling Radiotherapie wordt toegepast. Op grond van de kennis van de al in gebruik zijnde Elekta applicatoren en verkenning van de markt (website/applicator guide en demo door Varian, website/applicator guide van Eckert & Ziegler) is gebleken dat er maar één partij in staat is om te voldoen aan de vraag om MRI compatible applicatoren. De markt voor afterloaders en bijbehorende applicatoren bestaat uit Elekta BV, Varian en Eckert&Ziegler. UMC Utrecht heeft de markt verkend en de specificaties van de producten van deze partijen onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat er maar één partij in staat is om te voldoen aan de vraagbehoefte. De Elekta afterloader sluit als enige betrouwbaar aan op de bovengenoemde applicatoren en daarnaast sluit de Elekta afterloader als enige betrouwbaar aan op de reeds in gebruik zijnde planningssystemen Oncentra Brachy en Oncentra Prostate.