

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nationale identificatie:

30244197

Postadres:

Heidelberglaan 1003584CX Utrecht

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3584CX

Land:

NL

Contactpersoon:

Universitair Medisch Centrum Utrecht Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 650124857

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.umcutrecht.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=175323>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

vrijwillige transparantie versnellers

Referentienummer: 21EA22

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

31643100 - Lineaire versnellers

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De afdeling Radiotherapie van de divisie Beeld&Oncologie is voornemens om tot aanschaf van 3 lineaire versnellers over te gaan. De opdracht bestaat in totaal uit 2 lineaire versnellers t.b.v de op te zetten dependance Radiotherapie in Leidsche Rijn conform een bestuurlijke opdracht in deze en de vervanging van een van de lineaire versnellers in het UMCU. In de aankoop wordt de afdelingsbrede vervanging van de tafelbladen van de lineaire versnellers en een technology refresh (die onlosmakelijk verbonden zijn met de aan te schaffen versnellers) in samenhang met een meerjarige service overeenkomst meegenomen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 6 500 000,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De opdracht bestaat in totaal uit 2 lineaire versnellers t.b.v de op te zetten dependance Radiotherapie in Leidsche Rijn en de vervanging van een van de lineaire versnellers in het UMCU. In de aankoop wordt de afdelingsbrede vervanging van de tafelbladen van de lineaire versnellers en een technology refresh (die onlosmakelijk verbonden zijn met de aan te schaffen versnellers) in samenhang met een meerjarige service overeenkomst meegenomen.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium

Naam: kwaliteit

Weging: 50

Kostencriterium

Naam: prijs (aanschaf en onderhoud)

Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: 1

Benaming: versnellers

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

09/04/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Eleкта B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Best

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:
6 500 000,00

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 6 500 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank regio Midden Nederland

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

UMC Utrecht afdeling Juridische Zaken

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

UMC Utrecht afdeling Juridische Zaken

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

09/04/2021

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Uitwisselbaarheid van patiënten en personeel tussen de verschillende lineaire versnellers op onze afdeling is van cruciaal belang voor een efficiënte, patiëntvriendelijke en veilige behandeling. Hiervoor is uniformiteit van apparatuur nodig.

Uniformiteit van de apparatuur zorgt ervoor dat het personeel op dezelfde manier kan werken. Hierdoor kunnen patiënten bij onderhoud of storingen makkelijk op een ander toestel verder worden behandeld en wordt de behandeling niet onderbroken. Dit zorgt voor continuïteit in het behandelproces en is uitermate efficiënt en patiëntvriendelijk.

Daarnaast verminderd uniformiteit van apparatuur en behandelprocedures de kans op fouten aanzienlijk omdat het personeel op elk bestralingstoestel op dezelfde manier werkt. Men hoeft dus niet te schakelen tussen toestellen en levert daardoor een veiligere behandeling op. indien wordt gewerkt met alternatieve toestellen neemt dus de kans op fouten toe en worden patientrisico's dus verhoogd. Dit geldt zeker wanneer patiënten ad hoc moeten worden gewisseld tussen toestellen bij storingen en onderhoud. Ook is het afregelen en onderhouden van apparatuur door onze technici efficiënter en minder foutgevoelig omdat ook zij zich kunnen focussen op een type toestel.

Tot slot zorgt uniformiteit ook voor reductie in het benodigd gekwalificeerd personeel en kan training efficiënt worden ingezet. Dit wat resulteert in lagere kosten.

In de op te zetten dependance Radiotherapie op locatie Leidsche Rijn wordt bovenstaande argumentatie nog belangrijker. Als we afwijken van ons principe van uitwisselbaarheid van behandelprocedures tussen de verschillende toestellen zijn grotere investeringen in aantallen en opleiding van personeel nodig, wordt onze patiëntlogistiek complexer, neemt de kans op fouten toe met alle gevolgen voor de patientveiligheid van dien, met langere wachttijden tot gevolg en verminderd onze flexibiliteit om personeel op beide locaties efficiënt in te zetten. De afdeling Radiotherapie is tot de conclusie gekomen dat op grond van bovenstaande argumentatie een keuze voor een andere leverancier niet mogelijk is. Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de mededinging vanwege technische redenen ontbreekt.