

1^e Nota van Inlichtingen aanbesteding Medisch technische apparatuur, Medische ge- en verbruiksartikelen 2020/1222WM

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bestek				
1.		Algemeen	Als producent en onderhoudsbedrijf van medische weegschalen zijn wij geïnteresseerd in perceel 1. Als gespecialiseerd bedrijf in medische weegschalen vragen wij ons af of het mogelijk is om in perceel 1 alleen in te schrijven op weegschalen, bloeddrukmeters en het onderhoud hiervan?	Dit is niet mogelijk. Inschrijver dient de gehele opdracht te kunnen uitvoeren en niet een deel hiervan. Mogelijk kan producent inschrijven in combinatie of als onderaannemer met een andere marktpartij.
2.	8	3.3. perceel 1	GGD Drenthe wenst de overeenkomst te starten en vraagt inschrijver om 116 audiometers en 6 EchoScreens over te nemen tegen de boekwaarde per 1 mei 2021. Graag ontvangen een specificatie incl. huidige staat van de in gebruik zijnde apparatuur?	De huidige staat is goed, tot uitstekend te noemen. Al het noodzakelijke onderhoud aan de apparatuur is uitgevoerd. De data is opgenomen in het calculatieblad bijlage 5A, perceel 1, tabblad, Audio huidig. Meer info is niet voorhanden.
3.	8	3.3. perceel 1	GGD Drenthe wenst de overeenkomst te starten en vraagt inschrijver om 116 audiometers en 6 EchoScreens over te nemen tegen de boekwaarde per 1 mei 2021. Kunt u bevestigen dat u voornemens bent om deze apparatuur in één keer te vervangen na gunning?	Ja, deze worden in 1 x vervangen.
4.	8	3.3 perceel 1	In het bestek staat dat dat jullie alles volgens de Eu richtlijnen willen. Echter tussen de inventarislijst staat geen enkele klasse III weegschaal. Welke volgens de Eu richtlijnen en de NGJ verplicht zijn. Dus willen jullie vergelijkbare weegschalen van een klasse III of willen jullie vergelijkbare ongeijkte weegschalen? Tevens geldt dit ook voor het onderhoud. Omdat geijkte weegschalen verplicht zijn is hier ook een verplichting tot onderhoud.	Inschrijvers dienen uit te gaan van de gevraagde weegschalen. Ik haar offerte mag Inschrijver ook de klasse III weegschalen opnemen. Hiervoor is de netto prijs relevant (per weegschaal).
5.	8	3.3 perceel 1	Wat ons niet duidelijk is hoeveel weegschalen er moeten worden vervangen?	Deze worden niet in 1 x vervangen, maar gekocht indien noodzakelijk.
6.	8	3.3 perceel 1	Om een goede offerte voor het onderhoud te maken hebben wij het aantal locaties en de weegschalen per locatie nodig. De aantallen van de weegschalen in het bestek en in 5a Zijn volgens ons niet gelijk?	Alle weegschalen staan centraal ivm het uit te voeren onderhoud. Voor het onderhoud dient u uit te gaan van: Weegschalen personen: ca 203 Op het calculatieblad zijn rekenkundige vervangingsaantallen opgenomen.
7.	9	3.3 perceel 2	Wat wordt er bedoeld met een klant specifieke Webshop? Aan welke eisen moet deze voldoen?	Met klant specifieke Webshop wordt bedoeld een website speciaal gemaakt of speciaal geoormerkt voor de GGD Drenthe. De webshop dient te voldoen aan de in open vraag 2 (perceel 2) genoemde punten.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
8.	22	7.5.	Volgens uw gunningscriteria leidt de hoogste bruto prijs gekoppeld aan de hoogste kortingspercentages tot de meeste punten en dus de beste uitgangspositie voor inschrijver. Graag uw reactie of deze conclusie correct is en hoe GGD Drenthe omgaat met 'creatieve inschrijvingen'.	De door Inschrijver aangeboden prijzen en kortingen dienen marktconform en reëel te zijn, zodat er geen sprake lijkt te zijn van een abnormaal lage inschrijving/korting in de zin van artikel 2.116 van de Aanbestedingswet 2012. Het moet voor de Aanbestedende dienst in alle redelijkheid aannemelijk zijn dat Inschrijver de Opdracht voor de door hem aangeboden prijzen/kortingen kan uitvoeren. Het indienen van een irreële of een manipulatieve inschrijving, zulks naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, leidt tot uitsluiting van Inschrijver van de aanbesteding. Daarbij geldt het opgegeven kortingspercentage voor de gehele afname binnen de opgegeven productgroep.
9.	27	7.5	Tijdens de praktijktest perceel 1 wordt de aangeboden apparatuur van aanbieder beoordeeld, onder andere op gebruiksvriendelijkheid en bedieningsgemak. De medewerkers van GGD Drenthe zijn gewend om met specifieke apparatuur te werken die ook kan worden aangeboden in door inschrijvers en deze ervaring kan leiden tot een betere beoordeling op bovengenoemde aspecten. Hoe garandeert GGD Drenthe een 'level playfield' tijdens de praktijktesten voor alle inschrijvers?	Dit wordt beoordeeld door verschillende teams binnen de GGD Drenthe werkzaam zijn. Dus hiermee wordt een objectieve beoordeling beoogd. Dat bestaande apparatuur in uw optiek beter beoordeeld zou kunnen worden is niet juist. Op dit moment zijn er van meerdere leveranciers meerdere typen apparatuur ingezet.
Bijlage 1. Programma van Eisen perceel 1 en perceel 2				
10.	1	Algemeen perceel 1 en perceel 2 Eis 8	De indexatie wordt gebaseerd op de NZA materieel. GGD Drenthe vraagt echter naast producten en apparatuur ook service. Kalibratie en onderhoud uit. De kostprijzen voor deze diensten bestaan grotendeels uit de component arbeid en vandaar dat wij verzoeken om indexatie te baseren op NZA component arbeid 50% en component materieel 50%.	De NZA zal als volgt worden toegepast: NZA component arbeid 20% en component materieel 80%.
11.	2	Algemeen perceel 1 en perceel 2 Eis 19	GGD Drenthe kan bij een derde partij expertise en kennis betrekken, waarbij inschrijver verantwoordelijk blijft en zorgdraagt voor de borging van het programma van eisen. Kunt u nader toelichten hoe inschrijver dit moet interpreteren?	Het kan zijn dat de GGD Drenthe behoefte heeft om aanvullende info over apparatuur of andere inzet of nieuwe apparatuur. Op dat moment wordt mogelijk een derde in combinatie met Opdrachtgever gevraagd een passende oplossing te bieden. Het is altijd in afstemming met Opdrachtnemer. Als er een keuze gemaakt is is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering en de borging hiervan.
12.	2	Algemeen perceel 1 en perceel 2 Eis 21	GGD Drenthe vraagt inzicht in de afspraken die inschrijver maakt met ketenpartners. Als private onderneming valt deze informatie onder het bedrijfsgeheim en is concurrentiegevoelig. Naar onze mening mag aanbestedende dienst dit niet eisen. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen en gaan graag in overleg hoe marktconformiteit kan worden gegarandeerd.	Akkoord. Als maar het overleg over de marktconformiteit maar open en transparant wordt gecommuniceerd.

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
13.	2	Algemeen perceel 1 en perceel 2 Eis 24	Kunt u deze Eis nader specificeren aangezien het kunnen voldoen aan deze Eis afhangt van de aantallen die GGD Drenthe binnen 24 uur geleverd moet krijgen.	EIS 24 <i>Is niet wat standaard wordt besteld, maar wat wel klaar moet staan als bijvoorbeeld bij een vogelgriep uitbraak: Chirurgische mond-neusmaskers type2R, Alcohol 70%, FFP2 mond neusmaskers, Spatbrillen (Uvex 9161), Disposable handschoenen: Latex medium S, Disposable overall non woven XL, Disposable overall non woven XXL, Disposable jas met lange mouwen, Schoenovertrekken.</i> <i>Opdrachtnemer garandeert dit binnen 24 uur te kunnen leveren.</i> <i>U dient uit te gaan van meerdere sets. Ca 10 per keer.</i>
14.	3	Perceel 1 Eis 43	Kunt u nader specificeren wat het bijwerken van het logboek inhoudt en kunt u een voorbeeld als bijlage toevoegen	<i>De eis logboeken komt te vervallen. Er wordt centraal geregistreerd.</i>
15.	4	Perceel 2 Eis 3	Sommige artikelen zijn na productie slechts 1 jaar houdbaar. Wij verzoeken u deze eis aan te passen.	<i>Daar waar van toepassing geldt maximaal 1 jaar.</i>
16.	4	Perceel 2 Eis 10	Tijdens de Corona pandemie zijn veel medische producten wereldwijd schaars geworden. Dit heeft onder andere geleid tot prijsstijgingen en assortimentsaanpassingen om gelijkwaardige producten te kunnen leveren. Verpakkingseenheden worden hierbij bepaald door de fabrikanten. Graag uw aanpassing van Eis 10, zodat dit soort omstandigheden in goed overleg het hoofd kunnen worden geboden.	<i>Bij de gevolgen van een pandemie wordt overleg gevoerd met Opdrachtnemer over de gevolgen qua alternatief, levertijd en prijsstelling.</i>
17.	4	Perceel 2 Eis 13	Kunt u ter verduidelijking van Eis 13 aangeven wat GGD Drenthe verstaat onder een wijziging in het assortiment en hoe wordt omgegaan met interne en externe verzoeken tot wijzigingen?	<i>Mocht blijken dat Opdrachtnemer om haar moverende redenen onderdelen uit haar assortiment laat expireren en niet of vervangt met artikelen die niet bij de GGD Drenthe passend zijn of vervangende artikelen duurder maakt, behoudt de GGD Drenthe zich het recht voor om elders in te kopen.</i>
Bijlage 5. Calculatieblad perceel 2				
18.		Gebruiksartikelen	Wiechen wordt niet meer geproduceerd in Nederland. Welk alternatief kunnen we hanteren	Het betreft: <i>Wiechen blokkendoos + schuifdeksel leeg, Wiechen gekleurde vormpjes, set 4 stuks, Wiechen lakbal met kindermotief groot Wiechen leporello boekje Dick Bruna, Wiechen popje jono (vh hilda), Wiechen softballetjes Cars, Wiechen vierkant gekleurde blokken, Wiechen vormenstoof leeg beuken</i> <i>Volgens onze info zijn deze artikelen nog wel te bestellen.</i>

Bijlagen

- Bijlage 9 - Scoreformulier praktijktest apparatuur

Einde Nota van Inlichtingen