

2e Nota van Inlichtingen Overeenkomst ontwerp, bouw, levering en onderhoud (optioneel) mobiele intensive care unit (MICU). Aanbestedingsnummer 2020/02602–MICU

Gedurende de inschrijvingsfase konden tot en met 10 februari 2021 partijen vragen stellen n.a.v. de 1e Nota van Inlichtingen. Er zijn geen aanvullende vragen gesteld. De sluitingsdatum voor het stellen van vragen n.a.v. de 1e Nota van Inlichtingen was 10 februari 2021. Deze 2e Nota van Inlichtingen voorziet in de vragen die nog niet beantwoord waren in de 1e Nota van Inlichtingen en waarvan was aangegeven dat de aanbestedende dienst hier uiterlijk bij de 2e Nota van Inlichtingen op terug zou komen.

De vragen en antwoorden in deze 2e Nota van Inlichtingen vormen een integraal onderdeel van de aanbestedingsdocumenten.

Vraagnummer 1e nota	Onderwerp	Vraag	Antwoord
16	Indicatieve programma van eisen	Graag ontvangen we nadere informatie / foto's van de door GGD Zuid-Limburg toegepast additionele medische apparatuur tijdens gebruik van de MICU. Ook ontvangen we graag een overzicht van stroomverbruik van de verschillende medisch apparaten tijdens gebruik.	In bijlage 1 bij deze nota van inlichtingen vind u een overzicht van de apparatuur die wordt gebruikt met de bijbehorende specificaties. Voor de IABP is voldoende ruimte in de auto (voeteinden patiënt) noodzakelijk.
19	Indicatieve programma van eisen	Uw vraagt een Emco fixatie in bodem door middel van bodemplaat conform huidige situatie. Kunt u nadere informatie verstrekken over deze Emco fixatie. Wordt deze door GGD Zuid-Limburg aangeleverd?	Nee, de fixatie in de vloer dient door de opbouwer zelf gerealiseerd te worden (<i>het betreft hier fixatie voor een hart-/longmachine, die wordt wel door Opdrachtgever geleverd</i>). Bij deze nota van inlichtingen zijn 3 foto's van de fixatiepunten in de vloer van de huidige MICU gepubliceerd waar de ECMO op wordt bevestigd tijdens vervoer patiënt. Tijdens het ontwerpproces kan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer dit onderdeel verder worden uitgewerkt.
32	Bijlage B Huidige voertuig	Kunt u een opgave doen van de afmetingen van het huidige voertuig en de huidige indeling / situatie?	Afmetingen buitenkant van de container zijn: 5,00m (lengte) x 2,50m (hoogte) x 2,40m (breedte). Bij deze nota van inlichtingen zijn 6 foto's gepubliceerd m.b.t. het interieur (indeling) en 1 foto exterieur huidige MICU.