

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nationale identificatie:

30244197

Postadres:

Heidelberglaan 1003584CX Utrecht

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3584CX

Land:

NL

Contactpersoon:

Universitair Medisch Centrum Utrecht Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 650124857

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.umcutrecht.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=177244>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

vrijwillige transparantie MR6 verplaatsing MR7 UMC Utrecht

Referentienummer: 21EA24

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33111000 - Röntgenapparatuur

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Op korte termijn zal de divisie Beeld over gaan tot vervanging van een 1,5T MRI scanner (MR6) en het verplaatsen van een 3T MRI scanner (MR7). De 1.5T is technisch en economisch afgeschreven. Deze vervanging en daarmee gepaard gaande mogelijke uitwisselbaarheid van systemen en patiënten is noodzakelijk om aan de productievraag te kunnen blijven voldoen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 1 500 000,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

UTRECHT

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Vervanging van een 1,5T MRI scanner (MR6) en het verplaatsen van een 3T MRI scanner (MR7). Om de MR scanners te kunnen (her)plaatsen dient tevens een nieuwe RF kooi aangeschaft te worden.

De MRI's zullen tevens worden voorzien van een nieuwe software. De aanschaf van de kooi maakt integraal deel uit van de levering van een MRI. Het leveren van nieuwere software is uitsluitend mogelijk door de oorspronkelijke leverancier van de MRI-scanners.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium

Naam: kwaliteit

Weging: 50

Prijs

Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: 1

Benaming: MR

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

19/05/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Philips Nederland BV

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Best

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 500 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank regio Midden Nederland

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

UMC Utrecht afdeling Juridische Zaken

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

UMC Utrecht afdeling Juridische Zaken

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

j.groenewegen@umcutrecht.nl

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

20/05/2021

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

De divisieleiding Beeld wil qua MRI-technologie aansluiten bij de bestaande lijn binnen de divisie. Hieruit volgt om de MRI te laten leveren en onderhouden door de vendor van de huidige MRI's, zijnde Philips. Zij is daarbij voornemens gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen.

In de eerste plaats heeft het introduceren van een MRI van een andere vendor tot gevolg dat er verschillende conventies zouden moeten worden gebruikt voor gebruikershandelingen binnen dezelfde MRI-unit. Dit geldt voor zowel de radiologen als voor de laboranten, die de instellingen bedienen en per procedure ook kwantitatieve analyses uitvoeren op de bedieningsconsole. Vanwege het verhoogde risico van instelfouten en vertragingen door gebrek aan ervaring met andere softwaremodules en ten gevolge van verwisseling van processtappen uit verschillende werkprotocollen, zal dit de patiëntveiligheid in gevaar kunnen brengen. Aanschaf van een MRI van een andere vendor zou een kostenverhogend effect hebben. De noodzakelijke aanschaf en het onderhoud van niet-uitwisselbare

elektronische en mechanische interfaces, zoals mn RF-spoelen, zouden bovendien een kostenverhogend effect hebben.

Daarnaast zullen meerkosten voortvloeien uit noodzakelijke aanvullende training van de wisselende groep van laboranten, radiologen en het eigen technisch en ondersteunend personeel, dat kwaliteitscontroles uitvoert en het dagelijks onderhoud pleegt. Ook zou er meer werk en aandacht nodig zijn om de bijhorende (werk)protocollen te borgen en up-to-date te houden. Naast deze eenmalige én continue (i.v.m. onderhoud) inefficiëntie van personele inzet maakt dat een vergelijkbare MRI zonder meer geschikt is voor verplaatsen van patiënten die gepland staan op één van de andere MRI's.

Ten slotte, het standpunt van de divisie Beeld is, als onderdeel van het UMC Utrecht, JCI-gecertificeerd – dat dit aansluit bij de doelstellingen van JCI en het Convenant Medische Hulpmiddelen inzake beleid rond standaardisatie van medische technologie. De huidige, eenduidige setting van MRI's met dezelfde bedieningsruimtes maakt dat het werken met MRI's van twee verschillende vendors tot extra risico's (kans op fouten) zal leiden.

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de mogelijkheid om een MRI af te nemen bij een andere leverancier dan de huidige vanwege technische- en gezondheids- c.q. veiligheidsredenen ontbreekt.