



Nota van inlichtingen "EA Saturatiometers Erasmus MC"

Nr.	Uw vraag heeft betrekking op	Concrete vraag	Antwoord
1	1 Offerteleidraad, hoofdstuk 3.1, scope van de opdracht punt 2	Innovatieve ontwikkelingen (te beschouwen als optionele dienstverlening), wordt gesproken over het werken vanuit HiX en met Zorgplatform. In hoeverre zijn jullie geïnteresseerd in het functioneel koppelen van het HiX/Zorgplatform en ons webportaal (middels SSO of SAML koppeling), waardoor ons webportaal wordt getoond in HiX, of de gebruiker vanuit HiX zonder opnieuw te moeten inloggen in ons webportaal terecht kan komen	Het Erasmus MC is geïnteresseerd in oplossingen waarmee het gebruikersgemak wordt verbeterd. Het is aan Inschrijver om aan te tonen of en op welke manier uw voorstel toegevoegde waarde kan leveren voor Erasmus MC en/of patienten. Van belang is ook dat het hier gaat om optionele dienstverlening. Of dit wordt toegepast is afhankelijk van verschillende factoren (technische mogelijkheden, kosten enz.) en zal gedurende de uitvoering van het contract moeten blijken.
2	2 Bijlage: Programma van wensen, regel 22 en 28	In het PvW wordt gesproken over inzicht in de logistiek omtrent de levering en onderhoud van saturatiometers (WG). Daarnaast is het bestellen van disposables ook een wens (WK). Mogen dit ook twee losse portalen zijn waar de gebruiker middels SSO zonder opnieuw te moeten in te loggen, tussen de twee portalen kan wisselen?	Het eerste portal/dashboard (omtrekt de levering en onderhoud) is uitsluitend bedoeld voor medewerkers van Erasmus MC. Ouders/verzorgers/patienten hoeven hier dus geen toegang tot te hebben. Het portal (bestellen disposables) is bedoeld voor ouders/verzorgers/patienten. Het is voor medewerkers van Erasmus MC wel relevant om te kunnen zien of er disposables worden besteld door ouders. Het is akkoord dat dit 2 losse portalen zijn waar de gebruiker vanuit Erasmus middels SSO zonder opnieuw te moeten inloggen, tussen de twee portalen kan wisselen.
3	3 Bijlage: Programma van wensen, regel 27	In het PvW staat "De leverancier stelt kosteloos een digitaal scholingsprogramma (E-learning) voor gebruikers ter beschikking, dit scholingsprogramma staat beschreven in de Nederlandse taal". Klopt het dat de gebruikers de patiënt/ ouders/verzorgers zijn?	De E-learning is bestemd voor medewerkers van Erasmus MC-Sophia.
4	4 Bijlage: Programma van wensen, regel 27	De scope van de E-learning betreft het gebruik van de monitor en het plaatsen van de sensoren. Correct?	Correct, dit betreft ook het instellen van de monitor op de gewenste waardes. De exacte scope van de E-learning is vanzelfsprekend afhankelijk van de oplossing die leverancier aanbiedt.