

Aanbesteding: Flowcytometer
Aanbestedende Dienst: Erasmus MC
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage 5 - Concept Koopovereenkomst - artikel 9.4

Vraag:
Men verwijst naar een artikel 11 Beschikbaarheidsgarantie, echter lijkt deze te ontbreken. Kunt u deze nog aanleveren?

Antwoord:
De beschikbaarheid van het systeem staat opgenomen in het Programma van Eisen en dit artikel wordt daarom verwijderd uit de koopovereenkomst. Het gestelde in het Programma van Eisen blijft staan en is ten alle tijden leidend.

Beantwoord op: 12-08-2021
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Offerteleidraad Levering Flow Cytometer - Paragraaf 6.4.2. p.33

Vraag:
1. Op pagina 28 en 30 en opsomming van alle kwalitatieve punten zou de hoogste numering 9 punten moeten zijn. Echter op p. 33 en in Bijlage 9 Invulformulier kwalitatieve criteria is het maximaal te behalen punten 8. Kunt u dit corrigeren?

2. Kunt u de uitbreidingswens met minimaal 2 lasers verduidelijken? Bedoelt u hiermee dat het aangeboden systeem tot minimaal een 7 laser systeem uit te breiden moet zijn?

Antwoord:
1. 9 punten is correct. Zie aangepaste bijlage 9.
2. Nee, wij eisen een 5 laser configuratie.
Echter, gezien de ontwikkelingen van nieuwe dyes en toepassingen, vinden wij het wel een pluspunt als het systeem met meerdere lasers kan worden uitgebreid. Daarom dat wij hiervoor additionele punten toekennen."

Beantwoord op: 12-08-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 1 - Programma van Eisen - artikel 4.4

Vraag:

Kunt u bevestigen of hierbij artikel 3.3 van Bijlage 6 Standaard Service Overeenkomst van toepassing is?

Antwoord:

Hierbij worden de voorwaarden en tarieven bedoeld die door Inschrijver aangeboden worden bij de Inschrijving.

Beantwoord op: 12-08-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

4

Onderwerp:

Bijlage 1 - Programma van Eisen - artikel 4.2

Vraag:

Kunt u dit aanpassen naar 95%?

Antwoord:

Akkoord, zie aangepast document.

Beantwoord op: 12-08-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

5

Onderwerp:

Bijlage 1 - Programma van Eisen - artikel 3.2

Vraag:

Is het in verband met de overzetbaarheid van de lopende klinische studies wenselijk dat aangeboden apparatuur detectoren heeft van hetzelfde type als voorgaande apparatuur en waarvan voltages aan te passen zijn?

Antwoord:

Ja, het is voor het overzetten van de studies zeker wenselijk als de nieuwe apparatuur is voorzien van het zelfde type detector en voltages aanpasbaar zijn.

Beantwoord op: 12-08-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

6

Onderwerp:

Bijlage 1 - Programma van Eisen - artikel 1.4

Vraag:

Kan het Erasmus MC akkoord gaan met het onderhandelen van algemene voorwaarden na eventuele gunning, zoals voorgaande procedures ook werd gedaan?

Antwoord:

Niet akkoord, vragen over de aanbestedingsdocumenten kunnen gesteld worden in de Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 12-08-2021

Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Algemene vraag

Vraag:

Mag de Inschrijver tijdens de 2de vragenronde nieuwe vragen stellen?

Antwoord:

Ja dat mag.

Beantwoord op: 12-08-2021

Label: Proces

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 5 - Concept Koopovereenkomst - artikel 11

Vraag:

Wij verzoeken om de waarde van de aansprakelijkheid te maximeren en stellen voor dit eventueel in onderling overleg overeen te komen na eventuele gunning. Ook kan de Inschrijver niet akkoord gaan met het zich aansprakelijk stellen voor gevolgschade en verzoekt het het Erasmus MC dit te schrappen.

Kan het Erasmus MC hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Hiervoor geldt hetgeen gesteld is in de AIV. Hierin is de aansprakelijkheid gemaximeerd.

Beantwoord op: 12-08-2021

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 5 - Concept Koopovereenkomst - artikel 9.6

Vraag:

De Inschrijver wenst de tekst aan te passen naar het volgende:

De garantie vervalt voor de desbetreffende Prestatie als zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier toevoegingen, wijzigingen of schade in de Prestatie zijn aangebracht of storingen zijn opgeheven, door personen en partijen anders dan Leverancier.

Kan Erasmus MC hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Niet akkoord.

Beantwoord op: 12-08-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

10

Onderwerp:

Bijlage 5 - Concept Koopovereenkomst - Bijlage A t.a.v. art. 5 en 7

Vraag:

Art. 5. Kan het Erasmus MC akkoord gaan met een eenmalige facturering na Acceptatie in plaats van in stukken?

Art. 7. Dit lijkt ons een artikel dat na eventuele gunning nog in onderling overleg overeen te komen is. Kunt u dit even bevestigen?

Antwoord:

"Art. 5: Eenmalige facturering na acceptatie is akkoord.

Art. 7: Artikel 7 uit de koopovereenkomst is van toepassing. Bijlage A Programma van Eisen/ Te leveren Prestatie van de koopovereenkomst wordt vervangen door de aanbestedingsdocumenten inclusief alle bijlage (waaronder programma van Eisen)."

Beantwoord op: 12-08-2021**Label:** Contract**Ref.nr.**

11

Onderwerp:

Bijlage 5 Concept Koopovereenkomst - artikels 3.5 en 3.6

Vraag:

De Inschrijver kan niet akkoord gaan dat het Risico pas overgaat tot op het moment van Acceptatie. Wij verzoeken het Erasmus MC dat het risico overgaat op het moment van installatie van de goederen. Gaat u hiermee

akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Beantwoord op: 12-08-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 7 - AIV - Algemene Inkoopvoorwaarden NFU versie 26 mei 2021

Vraag:

Kan het Erasmus MC akkoord gaan met het onderhandelen van algemene voorwaarden na eventuele gunning, zoals voorgaande procedures ook werd gedaan?

Antwoord:

Niet akkoord, vragen over de aanbestedingsdocumenten kunnen gesteld worden in de Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 12-08-2021

Label: Contract