

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

academisch ziekenhuis Maastricht

Nationale identificatie:

14124959

Postadres:

P. Debyelaan 25

Plaats:

Maastricht

NUTS-code:

NL

Postcode:

6229 HX

Land:

NL

Contactpersoon:

academisch ziekenhuis Maastricht

Telefoon:

+31 433876132

E-mail:

youri.hamaekers@mumc.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.mumc.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=176572>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Shuttles en couveuses

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33152000 - Couvercles

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Het azM is voornemens shuttles en couveuses aan te schaffen ten behoeve van de afdeling neonatologie.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 1,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Aanschaf shuttles en couveuses

II.2.5) Gunningscriteria

-

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: ja

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: 1

Benaming: Shuttles en couveuses

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

06/09/2021

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

GE Healthcare

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Eindhoven

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Limburg locatie Maastricht

Postadres:

-

Plaats:

Maastricht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

07/09/2021

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

De afdeling neonatologie is voornemens om een “shuttle-systeem” tijdens opvang en verplaatsing van prematuren te gebruiken. Het “shuttle-systeem” bevat alle technieken om de prematuur na de geboorte te stabiliseren en te monitoren. De combinatie van een “shuttle-systeem” en een ‘opten zorg’ couveuse is noodzakelijk omdat enerzijds het kind in die couveuse kan worden opgevangen met de apparatuur die op de “shuttle” zitten en anderzijds omdat na stabilisatie van de prematuur het kind met zijn eigen couveuse plus “shuttle” naar de afdeling kan gaan. Op die manier wordt bijvoorbeeld overtillen van de patiënt onnodig, het risico van dislocatie van tube of CPAP masker geminimaliseerd, PEEP verlies tijdens beademingswissel voorkomen en een constant warmtemanagement gegarandeerd.

Het is noodzakelijk dat de shuttle compatibel is met de “open couveuse”. Wij hebben een aantal “Giraffe Omnibed” van GE op de afdeling, die wij voor deze vorm opvang in de toekomst willen gebruiken. De enige shuttle, die compatibel is met de “Giraffe Omnibed”, is de shuttle van GE.

Bovendien is de shuttle van GE ook 100% compatibel met de “Panda opvangtafels”, die wij voor opvang van a terme kinderen gebruiken. Dit maakt een uitbreiding van de functie naar een interne transportoptie voor kinderen met een onverwacht slechte toestand (b.v. onverwacht noodzaak tot beademing) op de Panda opvangtafel naar de NICU mogelijk, of de overplaatsing naar OK voor pasgeborenen die een chirurgische ingreep nodig hebben. Voor veilig gebruik van de shuttle met “Giraffe Omnibed” en “Panda opvangtafel” is een vaste koppeling en 100% compatibiliteit van deze systemen noodzakelijk. Dit is alleen gewaarborgd door gebruik te maken van de GE shuttle.

Verder willen wij de bestaande aantal open zorg couveuses uitbreiden. Om een uniforme werkwijze op de NICU te garanderen en op die manier die zorg veilig te bieden, willen wij voor de uitbreiding dezelfde couveuses gebruiken, die er al op de afdeling in gebruik zijn en waar het personeel helemaal op getraind en er vertrouwt mee is (“Giraffe Omnibed”).

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de mogelijkheid om een “shuttle systeem” aan te schaffen bij een andere leverancier dan de huidige niet mogelijk is vanwege compatibiliteit, veiligheid en uniformiteit.