

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Nationale identificatie:

30244197

Postadres:

Heidelberglaan 1003584CX Utrecht

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3584CX

Land:

NL

Contactpersoon:

Universitair Medisch Centrum Utrecht Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 650124864

E-mail:

S.Renee@umcutrecht.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.umcutrecht.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=195928>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Vrijwillige transparantie Ultra Microscoop Blaze

Referentienummer: 22EA017

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

38510000 - Microscopen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De afdeling Translational Neuroscience (Divisie Hersenen) van het UMC Utrecht is voornemens om tot aanschaf van een lightsheet fluorescentie microscoop over te gaan. De opdracht bestaat in totaal uit koop van het product inclusief evt. gebruikslicenties, onderhoudscontract etc.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 248 000,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

38515200 - Fluorescentiemicroscopen

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De afdeling Translational Neuroscience (Divisie Hersenen) is voornemens om tot aanschaf van een lightsheet fluorescentie microscoop over te gaan. De opdracht bestaat in totaal uit koop van het product inclusief evt. gebruikslicenties, onderhoudscontract, etc.

II.2.5) Gunningscriteria

-

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: -

Perceel nr.: -

Benaming: -

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

01/03/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Miltenyi Biotec B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Leiden

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 248 000,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Den Haag

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

UMC Utrecht afdeling JZ

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

UMC Utrecht afdeling JZ

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

01/03/2022

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Het apparaat moet over de volgende eigenschappen beschikken:

- 1) afbeeldingen kunnen maken van zowel weefsel dat zich in waterige alswel in organische oplosmiddelen (waaronder specifiek in dibenzyl ether) bevindt;
- 2) objectieven bevatten met een werkafstand van $> 1,5$ cm en (geclearde) weefsels van deze dikte in zijn geheel kunnen fotograferen, waarna er een 3D model gemaakt kan worden;
- 3) mogelijkheid hebben tot het maken van afbeeldingen van weefsel tot minimaal 10 cm lang;
- 4) sheets hebben die haaks op het objectief staan en die van twee kanten het weefsel kunnen belichten uit verschillende hoeken (ter voorkoming van schaduwvorming);
- 5) een optie voor horizontale focus (modes waarbij het dunste deel van de lightsheet over het sample beweegt om een zo goed mogelijke axiale resolutie te verkrijgen);
- 6) verstelbare numerieke apertuur en breedte van de lightsheet;
- 7) objectieven bevatten met een brekingsindex-matching voor zowel waterige als organische oplosmiddelen en voorzien van flat-field correctie;
- 8) vergrotingsmogelijkheid van $<1x$ tot $>25x$, objectief bevatten met minimaal $NA > 0,5$;
- 9) bruikbaar zijn voor oneindig gecorrigeerde objectieven;
- 10) softwarematige chromatische correctie van minimaal 500 tot 800nm;
- 11) autofocussing;
- 12) een lichtbron hebben met een hoge intensiteit over een breed spectraalbereik;
- 13) batch modus voor het afbeelden van meerdere monsters met individuele start- en eindpunten van individuele stacks zonder tussenkomst van de gebruiker;
- 14) uitwisseling van monsters zonder de cuvet leeg te laten lopen, en 15) relatief kleine files maken (voor het in beeld brengen van 1 enkel muisbrein, met de hoogste lightsheet NA voor 1 kanaal, in een FOV, met een optimum step size verwachten we files van $<100GB$), maximale sheet dikte van 5uM

Slechts één leverancier is in staat om een systeem te leveren dat voldoet aan de gestelde eisen, namelijk Miltenyi Biotec BV. De markt voor dit type apparaten bestaat uit 4 spelers. UMC Utrecht heeft de markt uitgebreid verkend en de producten van deze partijen onderzocht.

Uit de marktverkenning blijkt voorts dat er geen redelijk alternatief of substituuut bestaat om de vraagbehoefte van het UMC Utrecht te vervullen.