

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

UMCG

Nationale identificatie:

01131597

Postadres:

Hanzeplein 1

Plaats:

Groningen

NUTS-code:

NL

Postcode:

9713 GZ

Land:

NL

Contactpersoon:

UMCG Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 503612649

E-mail:

e.k.de.groot@umcg.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.umcg.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200446>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Aanschaf van 2D meetsystemen t.b.v. ioniserende straling

Referentienummer: 22025021

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33151000 - Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

De levering van een 2D fotonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole van stereotactische fotonentherapie en de levering van een 2D protonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling van protonentherapie van Radiotherapie UMCG. Het uitvoeren van onderhoud aan de detectoren gedurende 5 jaar.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 1,00

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De levering van een 2D fotonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole van stereotactische fotonentherapie en de levering van een 2D protonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling van protonentherapie van Radiotherapie UMCG. Het uitvoeren van onderhoud aan de detectoren gedurende 5 jaar.

II.2.5) Gunningscriteria

-

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: 1

Benaming: Aanschaf van 2D meetsystemen t.b.v. ioniserende straling

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

01/06/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Stratec Services BV

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Houten

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1,00

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

De genoemde waarden (bedragen) in II.1.7 en V.2.4 zijn indicatief, omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen

Postadres:

-

Plaats:

Groningen

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

03/06/2022

I. II. IV. V. VI. D1.

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

02/06/2022

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.2) Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Het UMCG doet een beroep op de in artikel 2.32 lid 1 sub b 2° van de Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitzonderingsgrond, dat om technische redenen geen mededinging mogelijk is en een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht met de motivatie: Het IBA Dosimetry myQA platform is in 2017 aangeschaft als onderdeel van de Overeenkomst tot levering van een protonentherapie systeem door IBA na een Europese aanbesteding. Het myQA platform vormt de kern van de dosimetrie-ketens van de afdeling Radiotherapie en wordt gebruikt voor alle dosismetingen en kwaliteitscontroles van bestaande en te ontwikkelen protonen en fotonen bestralingstechnieken. De aan te schaffen detectoren moeten om dezelfde toepassingsredenen qua werkprocessen en dataverwerking van meetgegevens en kwaliteitscontrole-gegevens een integraal onderdeel zijn van het IBA Dosimetry myQA platform. De noodzakelijke integratie van detectoren met het IBA Dosimetry myQA platform van de afdeling Radiotherapie is alleen mogelijk met de fotonendetector en de protonendetector van IBA Dosimetry.