



Nota van Inlichtingen Micro CT Scanner Naturalis

Datum: 5 september 2022

| Nr | Betreft | Vraag | Antwoord |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1 | Bijlage E, punt 32 | In Bijlage E, item 32 vraagt u een 4-jarig contract incl. (b) Replacement of parts. Om duidelijk te weten wat er aangeboden moet worden wil ik vragen welke van onderstaande hier bedoeld wordt? - Het vervangen van parts, excl. de kosten van de parts - Het vervangen van de parts en de kosten van de parts. Als de kosten van de parts er in zit. Is dit incl. of excl. consumables zoals de X-Ray source? | Bedoeld wordt het vervangen van de parts, inclusief de kosten van de parts en eventuele consumables (en ook de X-ray source). |
| 2 | Algemeen | In de tender geeft u aan dat de tender in het Nederlands is. Is het goed om de offerte in het Engels te sturen, omdat hier veel Engelse termen gebruikt worden en vertaling vaak niet duidelijker wordt? ook in Bijlage E is dit reeds in het Engels. | Dat is akkoord. De inschrijving mag ook in het Engels worden opgesteld. |
| 3 | Bijlage E & Concept-overeenkomst | In Bijlage E item 4 staat een levertijd van 6 maanden. In de concept overeenkomst 5 maanden. Graag ook hier 6 maanden. | In de definitieve versie van de overeenkomst zal de maximale levertijd worden aangepast in 6 maanden. |
| | | EINDE | |