

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Eis 35 , 67 en 131	-Eis 35 , 67 en 131 zijn apotheekartikelen. Bent u bereid deze apotheek artikelen te schrappen? Anders zijn er bij voorbaat partijen die niet kunnen inschrijven.	Nee hiertoe zijn we niet bereid, wij wensen met één aanspreekpunt te werken. Het staat u vrij met een derde partij te werken voor de levering van deze artikelen. Ca. € 250.000 per jaar. Ten gevolge van bijvoorbeeld een pandemie kan dit sterk fluctueren.
2	Contract	Waarde Tender	Wat is de totale waarde van deze tender?	
3	Proces	Perceelsplitsing	-Kan het perceel van de medische apparatuur en medische hulpmiddelen gesplitst worden? Of moet je bij inschrijving beide aanbieden? Dit zal niet iedereen kunnen aanbieden. Eis 8 Momenteel zijn de grondstof- en transportprijzen van een aantal artikelen onzeker en zeer onstabiel, waardoor de inkooprijzen gedurende het jaar sterk fluctueren. Bent u ermee akkoord dat Oprachtnemer en Oprachtgever bij significante prijswijzigingen (meer of minder dan 5%) in overleg treden over alternatieven en/of aanpassing van condities ?	Door het toestaan van de inzet van onderaannemers gaat Aanbestedende dienst ervan uit dat er voldoende mogelijkheden zijn om op het geheel aan te kunnen bieden. Bij exceptionele prijswijzigingen (meer of minder dan 10%) kunnen partijen in overleg treden. Wijzigen van condities kan niet indien dit tot een wezenlijke wijziging leidt.
4	Contract	Eis 8		
5	Uitvoering	Eis 23	Eis 23 spreekt u over voorraadbeheer, wat bedoelt u daarmee? Gezien er via de webshop besteld wordt.	Indien u een voorraad aan moet houden bij uw organisatie, om aan de gewenste levertijden te voldoen kunt u hiervoor geen extra kosten voor in rekening brengen.
6	Inhoud	Eis 48	Eis 48 , welk merk otoscoop?	huidig in gebruik is Heine
7	Inhoud	Eis 55	Eis 55 , welke glucosemeter?	huidig in gebruik is Accu-thec
8	Inhoud	Eis 95 tm 101	De wiechen producten , eis 95 t/m 101 die kunnen we niet inkopen omdat deze leverancier alleen wil leveren aan de eind gebruiker. Bent u bereid om deze artikelen te schrappen zodat we toch alles kunnen aanbieden?	Zie ook beantwoording vraag 1 en 3. Uiteraard dient hier ook gelezen te worden 'of vergelijkbaar'.
9	Inhoud	Eis 104	Eis 104, welke glucose meter?	huidig in gebruik is Accu-thec
10	Inhoud	Eis 106	Eis 106 mag de tweedelige spuit ook in een andere verpakkingseenheid worden geleverd?	ivm geringe afname is grotere verpakkingseenheid niet wenselijk, tenzij u een langere houdbaarheid kunt garanderen.
11	Inhoud	Eis 108	Eis 108 welke maten en type bedoelt u van de drie delige spuit?	Een eenvoudige spuit van 10 ml
12	Inhoud	Eis 140	Eis 140, dit artikel wordt alleen geleverd aan de eindgebruiker, bent u bereid dit artikel te schrappen ? Anders zijn er bij voorbaat partijen die niet kunnen inschrijven.	Nee hiertoe zijn we niet bereid, wij wensen met één aanspreekpunt te werken. Het staat u vrij met een derde partij te werken voor de levering van deze artikelen.
13	Inhoud	Eis 165	Eis 165 dit artikel is uit het assortiment. Mogen we een alternatief aanbieden?	Indien een artikel uit het assortiment van de fabrikant is mag een vervangend artikel aangeboden worden.
14	Proces	Alternatief aanbieden	Bij het aanbieden van een alternatief zien we op het prijzenblad geen mogelijkheid om dit in te vullen. Hoe kunnen we dit aanleveren?	mits duidelijk aangegeven kan dit in kolom F
15	Uitvoering	Eis 178	Eis 178 In de huidige tijd van schaarste is het leveren van medische apparatuur binnen 10 werkdagen niet realistisch. Bent u bereid deze eis te schrappen of aan te passen?	Voor produkten waar de verwachte afname '1' is is een levertijd van 4 weken acceptabel. Voor de overige artikelen verwachten we wel levertijd binnen 10 dagen.
16	Proces	Prijslijst	Prijslijst: Kolom H verwijst naar Kolom D maar wij denken dat dit moet verwijzen naar Kolom E. Klopt dit?	Dat is correct.
17	Proces	Prijslijst	Prijslijst: formules zijn niet doorgezet in kolom i Aanbestedende dienst noemt een kilometervergoeding van 0,19 ct per kilometer. Per 1 januari 2023 stijgt de wettelijke vergoeding naar 0,21 ct en per 1 januari 2024 naar 0,22 ct. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst deze wijzigingen over te nemen en de eis dusdanig aan te passen. Graag uw akkoord hierop.	Is aangepast, prijzenblad is separaat bijgevoegd.
18	Inhoud	PvE - eis 213	Er zijn audiometers die alleen gekalibreerd mogen worden door de importeur/exclusief distributeur. Er wordt door deze partij niet samengewerkt met andere partijen en zo kan er een non-level playfield ontstaan.	Wij volgen de wettelijke vergoeding die is vastgesteld. Wij gaan nu uit van all-in prijs, waarbij de km- vergoeding is inbegrepen. Zie ook bijlage I.
19	Inhoud	PvE eis 185	Om te kunnen voldoen aan deze eis verzoekt inschrijver tot het verstrekken van het merk en type audiometers op dit moment in gebruik door GGD Groningen. Inschrijver ziet graag aanpassing van eis 20. Aanbestedende dienst stelt dat in geval van schaarste er een alternatief product aangeboden mag worden tegen minimaal dezelfde kwaliteit en tegen maximaal dezelfde prijs. Inschrijver stelt dat dit niet proportioneel is en verzoekt om deze eis aan te passen zodat inschrijver en aanbestedende dienst gezamenlijk in overleg kunnen treden om tot de best passende oplossing te komen (prijs/kwaliteit). Graag uw akkoord hierop.	Zie beantwoording vraag 1 en 3. Overigens zijn wij niet op de hoogte wat GGD Groningen in gebruik heeft.
20	Inhoud	PvE - eis 20	Bedoelt aanbestedende dienst met elektronisch factureren een PDF/XML per mail? Graag uw bevestiging.	Deze eis achten we wel proportioneel.
21	Inhoud	PvE - eis 9		Dat is correct.

22 Inhoud	PvE – eis 162	Kan aanbestedende dienst deze eis nader toelichten. Waar moet deze opbouw aan voldoen? Zijn er nadere specificaties beschikbaar.	zie voor de instrumenten wagen PvE eis 154
23 Inhoud	PvE – eis 142	Aanbestedende dienst heeft deze eis omschreven naar 1 product – Soehnle 8320 opklapbare babyweegschaal. Deze beschikt echter niet over een Klasse III certificering en mag conform eis 1 niet aangeboden worden. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst deze eis aan te passen of dit artikel verwijderen uit de aanbesteding. Deze artikelen worden maar door 1 leverancier in Nederland geleverd en die wil niet doorleveren aan andere partijen. Hiermee worden deelnemers op voorhand uitgesloten van deze aanbesteding. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst deze artikelen te verwijderen uit de aanbesteding.	Voor de opklapbare weegschaal is dat niet als eis gesteld. Wel bij de babyweegschaal eis 141.
24 Inhoud	PvE eis 95 t/m 101		Zie vraag 8.
25 Inhoud	PvE – eis 52	Gaat aanbestedende dienst ook akkoord met een velcro sluiting i.p.v. een ritssluiting. Graag uw akkoord hierop.	Niet akkoord, voor de gewenste toepassing is een ritssluiting noodzakelijk.
26 Inhoud	PvE – eis 50	Inschrijver vraagt ter controle of de aan te bieden stuwband inderdaad steriel dient te zijn. Graag uw bevestiging hierop.	Dit is niet correct, de stuwband hoeft niet steriel te zijn
27 Inhoud	PvE – eis 38	Er zijn diverse wand dispenser in de markt beschikbaar. Kunt u nadere informatie verstrekken of het gewenste type en de minimale eisen die aanbestedende dienst hieraan stelt. Mogelijk kunt u refereren naar het op dit moment aanwezig model.	Er zijn er meerdere in gebruik. De gegeven omschrijving voldoet.
28 Inhoud	PvE eis 37	Inschrijver stelt als voorbeeld de Intellicare Diversey dispenser. Deze beschikt echter niet over een elleboogbediening. Kunt u de minimale eisen nader specificeren zodat het juiste product of alternatief wordt aangeboden?	Volgens ons hebben ze wel met elleboogbediening.
29 Inhoud	PvE-eis 31	Dit CTGB nummer verwijst specifiek naar Divosan. Gaat aanbestedende dienst akkoord met een alternatief met minimaal dezelfde eigenschappen? Graag uw akkoord hierop.	Dit is akkoord
30 Inhoud	PvE-eis 30	Gaat aanbestedende dienst akkoord met het leveren van een alternatief met een andere inhoud waarbij de prijs wordt omgerekend naar de uitgevraagde hoeveelheid? Graag uw akkoord hiervoor.	Dit is akkoord tot maximaal 750 ml
31 Contract	Conceptovereenkomst – artikel	Aanbestedende dienst refereert hier naar een vast prijsniveau tot 1 januari 2024. Graag uw toelichting hierop in relatie tot de hiervoor gestelde vraag.	Gewenst is een vast prijsniveau tot 1 januari 2024.
32 Inhoud	PvE - eis 8	Inschrijver stelt dat een vast prijsniveau tot 2025 niet proportioneel is. De marktomstandigheden fluctueren enorm op dit moment. Inschrijver stelt voor een vaste prijs tot eind 2024 en de mogelijkheid om in overleg tussentijds de prijzen aan te passen indien de prijzen exceptioneel wijzigen (zowel indien prijzen omhoog als naar beneden gaan). Graag uw akkoord hierop en aanpassing deze eis.	Gewenst is een vast prijsniveau tot 1 januari 2024. Bij een stijging en/of daling van 10% kunnen partijen in overleg treden. Zie ook vraag 5