


Indicatiegroepen Plafondrail Systemen

- **1 t/m 7b** zijn de railsystemen exclusief cassette. Optie 1t/m 7b vaste prijs onafhankelijk van lengtes en breedtes
- **11 tm 14** zijn cassette incl. 2 bandages en/of accessoires die nodig zijn voor het tillen. Optie 11 t/m 14 vaste prijs
- **21** is de bouwkundige aanpassing door geprefereerde aannemer SDD. Variabele prijs.

Railsystemen




Plafondlift Indicatie groep 1

Enkele rail in slaapkamer

Transfer in en uit bed naar douchestoel of rolstoel

Tilbereik is direct onder de rail

Bouwkundig: directe bevestiging aan plafond



Plafondlift Indicatie groep 2

XY in slaapkamer

Transfer in en uit bed en van ene voorziening naar andere voorziening in de slaapkamer


Transferbereik is elke plek in de slaapkamer

Bouwkundig: directe bevestiging aan plafond

Plafondlift Indicatiegroep 2b

Idem als 2a maar dan met XY muurbevestiging

Bouwkundig: muurbevestiging bevestiging voor XY, let op deurdoorgang.




Plafondlift Indicatiegroep 3

Enkel rail doorgaand van slaapkamer naar badkamer

Transfers in en uit bed naar douchestoel of toilet in badkamer evt. doorgaand naar douchebrancard in badkamer

Transferbereik is direct onder de rail

Bouwkundig: directe bevestiging aan plafond, let op deur doorgang



Plafondlift Indicatiegroep 4a

XY in slaapkamer automatisch gekoppeld aan enkele rail badkamer

Transfers in en uit bed , van ene voorziening naar ander voorziening in de slaapkamer en toilet in badkamer evt. doorgaand naar douchebankcard in badkamer


Transferbereik is elke plek in de slaapkamer en in badkamer direct onder de rail

Bouwkundig: directe plafond bevestiging, let op deurdoorgang.

Plafondlift Indicatiegroep 4b

Idem als 4a maar dan met XY muurbevestiging

Bouwkundig: muurbevestiging bevestiging voor XY, let op deurdoorgang.



Plafondlift Indicatie groep 5a

Enkele rail in slaapkamer gekoppeld aan XY in badkamer.

Transfers in en uit bed en naar rolstoel in slaapkamer en naar toilet of douchestoel/douchebankcard in de badkamer.


Transferbereik in slaapkamer direct onder de rail en in de badkamer op elke plek in de badkamer.

Bouwkundig: directe plafondbevestiging, let op deurdoorgang.

Plafondlift Indicatiegroep 5b

Idem als 5a maar dan met XY muurbevestiging

Bouwkundig: muurbevestiging bevestiging voor XY, let op deurdoorgang.



Plafondlift Indicatiegroep 6a

XY in slaapkamer gekoppeld aan XY in badkamer

Transfers in en uit bed naar rolstoel, naar toilet, douchestoel en evt douchebrancard in badkamer en/of slaapkamer.


Transferbereik elk plek in slaap- en badkamer

Bouwkundig: directe plafondbevestiging, let op deurdoorgang

Plafondlift Indicatiegroep 6b

Idem als 6a maar dan met XY muurbevestiging

Bouwkundig: muurbevestiging bevestiging voor XY, let op deurdoorgang.



Plafondlift Indicatiegroep 7a

XY systeem in slaap-en badkamer over verlaagde wand tussen slaap- en badkamer

Transfers in en uit bed naar rolstoel, naar toilet, naar douchstoel en evt douchebrancard op elke plek in slaap- en badkamer

Bouwkundig: tussenwand verlagen

Plafondlift Indicatiegroep 7b

Idem als 7a maar dan met XY muurbevestiging

Bouwkundig: muurbevestiging bevestiging voor XY, let op deurdoorgang.

Plafondlift Indicatiegroep 8

Individuele maatwerk oplossing die gebruikt wordt als indicatiegroep 1 t/m 7 niet voldoet.

Prijs op offerte basis.

Cassette

Plafondlift Indicatiegroep 11

Cassette: - elektrisch hoog/laag.

- die op kracht van verzorger verplaatst wordt over de rail in horizontale richtingen

2-puntjuk

2 draagbanden

Plafondlift Indicatiegroep 12

Cassette: - elektrisch hoog/laag.

- die op kracht van verzorger verplaatst wordt over de rail in horizontale richtingen

4 punt elektrisch kanteljuk

2 draagbanden

Plafondlift Indicatiegroep 13

Cassette: - elektrisch hoog/laag.

- die op kracht van verzorger verplaatst wordt over de rail in horizontale richtingen

Tilbeugel met beenbeugels

Plafondlift Indicatiegroep 14

Cassette: - elektrisch hoog/laag.

- elektrisch rijdend over de rail in horizontale richtingen te bedienen door gebruiker

Tilbeugel met beenbeugels en/of 2 bandages

Bouwkundige aanpassingen

Plafondlift Indicatiegroep 21

Bouwkundige aanpassing door de door opdrachtgever aangewezen aannemer

Van belang is wel dat de opdrachtnemer binnen deze raamovereenkomst regievoerder is in het proces met de aannemer.