

Ref. nr.	Document	Vraag	Antwoord
1	Indicatiegroepen formulier	Bij opstelling 13 heeft u het over een tilbeugel met beenbeugels, mag dit ook een tilband zijn ? Er is namelijk maar 1 leverancier die werkt met tilbeugels.	Bij indicatiegroep 13 en 14 gaat het om een tilsysteem waarbij cliënt met behulp van een tilbeugel met "wangen", die vastgrijpen op de borstkast van cliënt onder zijn armen, de transfer maakt. Dit systeem heeft als doel dat cliënt zich zelfstandig de transfer kan maken. Als in plaats van beenbeugels bij zo'n systeem, tilbanden gebruikt worden voor de benen van cliënt, is dat geen probleem mits dat voor cliënt werkt.