

**AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT
RESULTATEN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE**

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

academisch ziekenhuis Maastricht

Nationale identificatie:

14124959

Postadres:

P. Debyelaan 25

Plaats:

Maastricht

NUTS-code:

NL

Postcode:

6229 HX

Land:

NL

Contactpersoon:

academisch ziekenhuis Maastricht

Telefoon:

+31 650039896

E-mail:

stephanie.schellinx@mumc.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.mumc.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=211012>

I.2) GEZAMENLIJKE AANBESTEDING

-

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

High End CT-Scanner

Referentienummer: 211012

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33115100 - Computertomografiescanners

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Levering, installatie, applicatie, opleiding en onderhoud van een high-end CT scanner., volgens de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 0,01

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Levering, installatie, applicatie, opleiding en onderhoud van een high-end CT scanner.

II.2.5) Gunningscriteria

Kwaliteitscriterium

Naam: Kwaliteit

Weging: 100

Kostencriterium

Naam: prijs

Weging: 0

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopstelsel

-

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 065-192712

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopstelsel

-

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

-

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: High End CT-Scanner

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:

28/04/2023

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen: 1

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: -

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: -

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: -

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:

Siemens Healthineers Nederland B.V

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0,01

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Limburg, locatie Maastricht

Postadres:

-

Plaats:

Maastricht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

Commissie van Aanbestedingsexperts

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

05/05/2023

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Afdeling Beeldvorming van het azM heeft momenteel vier Siemens CT-scanners in gebruik. Een van deze scanners is aan vervanging toe. Een eenduidige setting van CT-scanners met dezelfde inrichting van bedieningsruimtes, logistieke ketens en werkmethodeken is daartoe noodzakelijk. Het werken met scanners van twee verschillende leveranciers leidt tot extra risico's (kans op fouten), onder andere op navolgende gebieden:

- Beeldkwaliteit:

De beeldkwaliteit van verschillende merken is slecht vergelijkbaar. Het is belangrijk dat de systemen gelijk zijn ten behoeve van beeldinterpretatie en vergelijken van onderzoeken voor verslaglegging. Vergelijking kan niet zonder meer plaatsvinden met beelden van andere merken CT-scanners.

- Scanprotocollen:

Er zijn veel scanprotocollen per CT-scanner. Deze protocollen zijn voor de kwaliteit van de beelden en de werkroutine van groot belang. Bij aanschaf van een ander type scanner zullen de scanprotocollen opnieuw gemaakt, ontwikkeld en geoptimaliseerd moeten worden: parameters en filters zullen moeten worden vertaald naar een ander merk scanner. Dit proces is moeizaam en tijdrovend.

- User-interface:

Het hebben van een identieke user-interfase op alle CT-scanners is van groot belang. In het kader van patiëntveiligheid is het van belang dat medewerkers snel en foutloos kunnen werken. Indien een CT scanner van een andere fabrikant wordt aangeschaft, moeten de laboranten opnieuw worden ingewerkt. Dit vergt een grote inspanning in opleidingsuren, doorlooptijd en kosten. Aangezien laboranten op meerdere scanners werken, kan het voortdurend omschakelen tussen verschillende fabrikaten tot fouten leiden.

- Onderhoud:

Op gebied van technisch onderhoud hebben de technici van azM veel expertise met betrekking tot de Siemens CT-scanners en wordt zelfstandig zowel eerste als tweede lijns onderhoud uitgevoerd. Aanschaf van een ander fabrikaat scanner zou betekenen dat er per fabrikaat een ander onderhoudsprotocol geldt en uitgevoerd moeten worden. Dit kan tot fouten en uitval van apparatuur leiden. Tevens zou dit betekenen dat de azM technici een zeer intensief opleidingstraject zouden moeten volgen, hetgeen veel tijd in beslag neemt hoge kosten met zich meebrengt.

Bovenstaande leidt tot de conclusie dat de mogelijkheid om een CT- scanners af te nemen bij een andere leverancier dan de huidige, vanwege technische redenen ontbreekt.