

Aanbesteding OK/verpleging sets
Aanbestedende Dienst: VU medisch centrum
Referentie:

Omschrijving:

Levering van een zevental disposable sets ten behoeve van diverse ingrepen.

Toelichting:

Nr: **Vraag**
1 Mag de bak in de Catheterisatie-set 1250ml (pagina 30) ook vervangen worden door een kunststof nierbekken ?

Antwoord **Vrijgegeven:** 27-02-2014
Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.
Categorie Eisen en criteria

Nr: **Vraag**
2 Moet de Stitch cutter long SS in de hechtverwijder-set (pagina 32) van het merk Swann Morton zijn of is een ander merk ook mogelijk ?

Antwoord **Vrijgegeven:** 27-02-2014
Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.
Categorie Eisen en criteria

Nr: **Vraag**
3 Vragen m.b.t. de inhoud van de sets (formulier 2)

Wondtoiletset:

- In formulier 2 wordt een RVS Kocher, Halstead mosquito (met puntjes) omschreven. In de set bevindt zich een Halstead Mosquito (zonder puntjes en gebogen). Is deze afwijking ten opzichte van de huidige set correct?
- De tafeldoek in de huidige set heeft na meting een maat van 75x90 in formulier 2 wordt de maat 80x90cm gevraagd. Is deze afwijking ten opzichte van de huidige set correct?
- De huidige set bevat een stompe metzenbaum schaar 11cm recht, in formulier 2 wordt gevraagd naar gebogen schaar 12cm met scherpe punt. Is deze afwijking ten opzichte van de huidige set correct?

Schaarset

- In de huidige set zit stomp/spits schaar, gevraagd in formulier 1 wordt een stomp/stomp schaar. Is deze afwijking ten opzichte van de huidige set correct?

Desinfectieset:

- De tafeldoek in de huidige set heeft na meting een maat van 75x90cm in formulier 1 wordt de maat 80x90cm gevraagd. Is deze afwijking ten opzichte van de huidige set correct?
- De zelfklevende doeken in de huidige set zijn 60x70. Mogen wij hier ook een 60x60 of 75x90 zelfklevende doek aanbieden. Hoewel dit de 5% afwijking overschrijdt heeft dit ons inziens geen invloed op de functionaliteit van de set.

Desinfectie ok set

- De Kocher in de huidige set is 14cm en metaal, in formulier 1 vraagt u een Kocher van ca. 12cm en RVS. Is deze afwijking ten opzichte van de huidige set correct? Wij zouden in deze ook adviseren om voor een RVS uitvoering te kiezen.
- De tafeldoek in de huidige set heeft na meting een maat van 75x90cm, in formulier 1 wordt gevraagd om 80x90cm. Is deze afwijking ten opzichte van de huidige set correct?

Antwoord **Vrijgegeven:** 27-02-2014
Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Bestek/beschrijvend document

Nr:

4

Vraag

Vragen m.b.t. formulier 1- Verklaring ten aanzien van technische bekwaamheid en beroepsbevoegdheid

In diverse eisen hanteert u de term inschrijver, bijvoorbeeld in eis 1: Inschrijver heeft ruime ervaring met het vervaardigen van OK/verpleegkundige steriele sets en beschikt over de hiertoe bestemde clean room productiefaciliteiten.

Wij zijn zelf geen producent maar betrekken onze klant specifieke sets bij onze leverancier waar wij zeer nauw mee samenwerken. Wij hebben zelf dus niet de beschikking over productiefaciliteiten. Mogen wij op dit formulier waar u de term inschrijver hanteert dit lezen als "inschrijver of leverancier inschrijver" ?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Bestek/beschrijvend document

Nr:

5

Vraag

De invulformulieren in de Selectie- en Gunningsleidraad zijn enkel in PDF aangeleverd. Hierdoor kunnen wij deze niet invullen anders dan te printen en met de hand in te vullen. Is het mogelijk deze documenten in Word format te ontvangen zodat deze digitaal kunnen worden ingevuld?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Bestek/beschrijvend document

Nr:

6

Vraag

Samenstelling Desinfectie OK set:

Welke Kocher heeft de voorkeur, plastic of RVS (i.v.m. prijsverschil)?
Moeten de schalen een maataanduiding hebben?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Eisen en criteria

Nr:

7

Vraag

Samenstelling pincet - schaarset:

Moet de pincet Adson 1:2 tands zijn of kan het ook een gewone 1:2 tands zijn?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Eisen en criteria

Nr:

8

Vraag

Samenstelling Schaarset:

Op de foto en bij de schouwing zat slechts 1 schaar in de set. Op de lijst staat 3 scharen. De tekst is leidend; klopt het dat er 3 scharen stomp/stomp in de set moeten?

Antwoord

Vrijgegeven: 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Eisen en criteria

Nr:

9

Vraag

Samenstelling wondtoiletset:

Wat moet de lengte van de RVS Kocherklem mosquito zijn?
Moet deze recht of gebogen zijn?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Eisen en criteria**Nr:**
10**Vraag**

Vraag 5.

Beschrijvend document, Formulier 5, pagina 35

Graag ontvangen wij een toelichting op de beoordeling van de wensen:

- Kunt u nader toelichten hoe de beoordeling geschiedt (en dus de toekenning van de punten) op de wens: 'Algemene indruk van de set' Op basis van welke criteria wordt dit beoordeeld?, (er van uitgaande dat de aangeboden sets aan de eisen voldoet)

- Kunt u nader toelichten hoe de beoordeling geschiedt (en dus de toekenning van de punten) op de wens: 'Kwaliteit doeken/lakens/inpakmaterialen' Op basis van welke criteria wordt dit beoordeeld?, (ervan uitgaande dat het aangeboden aan de eisen voldoet)

- Kunt u nader toelichten hoe de beoordeling geschiedt (en dus de toekenning van de punten) op de wens: 'Splitdoek (catheterisatieset)' Op basis van welke criteria wordt dit beoordeeld?, (ervan uitgaande dat het aangeboden aan de eisen voldoet)

- Kunt u nader toelichten hoe de beoordeling geschiedt (en dus de toekenning van de punten) op de wens: 'Gazen, afmeting & plis.' Op basis van welke criteria wordt dit beoordeeld?, (ervan uitgaande dat het aangeboden aan de eisen voldoet)

- Kunt u nader toelichten hoe de beoordeling geschiedt (en dus de toekenning van de punten) op de wens: 'Grootte en diepte bakjes.' Op basis van welke criteria wordt dit beoordeeld?, (ervan uitgaande dat het aangeboden aan de eisen voldoet)

- Kunt u nader toelichten hoe de beoordeling geschiedt (en dus de toekenning van de punten) op de wens: 'Stevigheid bakjes' Op basis van welke criteria wordt dit beoordeeld?, (ervan uitgaande dat het aangeboden aan de eisen voldoet)

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Eisen en criteria**Nr:**
11**Vraag**

Vraag 4.

Beschrijvend document, Formulier 4, pagina 34

Inschrijver dient in formulier op basis van de aangegeven volumes haar prijs in te vullen. Daarnaast vraagt u: 'Inschrijver adviseert De aanbestedende dienst een score ten aanzien van prijs ter grootte van punten.

Zie diagram bij paragraaf 7.2 voor score berekening. Markeer in onderstaand diagram d.m.v. een kruis het prijsniveau en de bijbehorende punten'. Vraag: Ons inziens is het invullen van de geoffeerde prijs een objectief gunningcriterium. Wat verwacht u van Inschrijver met de vraag: 'Inschrijver adviseert De aanbestedende dienst een score ten aanzien van prijs ter grootte van punten.? Kunt u een toelichting geven op basis van een voorbeeld?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Bestek/beschrijvend document**Nr:**
12**Vraag**

pagina 19 van document "Openbare procedure Selectie- en gunningsleidraad" Formulier 2 "Verklaring ten aanzien van voldoen aan specificaties, eisen en normen".

Het disposable instrumentarium dient nikkelvrij te zijn.
O.I. is er bij de productie van disposable instrumentarium altijd sprake van een zeer geringe hoeveelheid nikkel i.v.m. het hardingsproces. Daarbij gaat het om hoeveelheden van maximaal < 0,6% nikkel.
Is dit acceptabel?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Eisen en criteria**Nr:**
13**Vraag**

Pagina 9 van document "Openbare procedure Selectie- en gunningsleidraad" §2.12

Dienen de gevraagde monsters steriel te zijn?

Antwoord**Vrijgegeven:** 27-02-2014

Zie PDF doc. Nota van Inlichtingen, geupload bij documenten.

Categorie Bestek/beschrijvend document