

Aanbesteding: Interventiemateriaal Erasmus MC 2023
Aanbestedende Dienst: Erasmus MC
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Onderdeel 2: Logistieke eisen

Vraag:

2.2

Het soort materiaal en de afmetingen staan niet vermeldt op de omdoos. Dit staat wel in het Technische Datasheet. Overige gevraagde info staat op de omdoos vermeldt. Is dit akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Onderdeel 2: Logistieke eisen

Vraag:

2.1

Het soort materiaal en de afmetingen staan niet vermeldt op de verpakking. Dit staat wel in het Technische Datasheet. Overige gevraagde info staat op de verpakking vermeldt. Is dit akkoord?

Antwoord:

Niet Akkoord.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Onderdeel 6: Social Return

Vraag:

Geldt deze eis ook indien wij alleen perceel 5 aanbieden?

Antwoord:

Ja

Percelen: P5 Indeflatores

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Onderdeel 4: Algemene eisen voor aangeboden producten

Vraag:

4.29

Is het correct dat deze penalty niet geldt voor perceel 5 omdat hier geen overeenkomst voor wordt afgesloten?

Antwoord:

Nee dit is niet correct ook in perceel 5 wordt een overeenkomst afgesloten.

Percelen: P5 Indeflatores

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Onderdeel 4: Algemene eisen voor aangeboden producten

Vraag:

4.28

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om een passend alternatief te leveren in het geval van niet kunnen leveren. Dit uiteraard altijd voor de met Erasmus MC overeengekomen prijs. Kosten die voortvloeien uit het kopen bij een andere leverancier zijn voor Erasmus MC. Gaat u hiermee akkoord? Verder is het de omschrijving extra gemaakt kosten erg breed vinden wij.

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P3 Guidewires

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Onderdeel 4: Algemene eisen voor aangeboden producten

Vraag:

4.22

Welke kosten doelt u op? Bedoelt u hiermee de evt. negatieve gevolgen van het gebruikt artikel? Of tevens de behandeling en het administratief verwerken door Erasmus MC van de Recall of Safety Notification/Field Action. Kunt u dit nader specificeren?

U verwerkt bij deze eis twee issues in een eis want u geeft aan: en het niet kunnen leveren. Kunt aangeven wat u hiermee bedoelt. Worden m.b.t. tot het niet kunnen leveren van een artikel niet al andere afspraken vastgelegd?

Antwoord:

Hiermee bedoelt het Erasmus MC die negatieve gevolgen van het gebruikte artikel. De woorden het niet kunnen leveren van dit artikel komen in deze eis te vervallen.

Percelen: P5 Indeflatores

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Onderdeel 4: Algemene eisen voor aangeboden producten

Vraag:

4.14

Wij nemen hierbij aan dat Erasmus MC er alles aan zal doen om bestellingen te bundelen en dat deze vraag uitzonderingen betreft?

Antwoord:

Ja. Deze producten betreffen grootverbruiks artikelen. Het Erasmus MC verwacht niet dat deze producten vaak per 1 stuk zal worden besteld. Echter moet hier wel de ruimte voor zijn indien dit nodig is. Vandaar deze eis.

Percelen: P5 Indeflatores

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Uitvoering

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Onderdeel 4: Algemene eisen voor aangeboden producten

Vraag:

4.13

Bij ons geldt aanlevering order voor 11:30 uur dan binnen 24 uur in het DCB Erasmus MC. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Ja.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Onderdeel 2: Logistieke eisen

Vraag:
2.3

Op een vraag m.b.t. de hoogte van het pallet heeft Erasmus in een recente andere tender onderstaand geantwoord. Geldt dit ook voor deze tender?

Volgens richtlijnen mag een pakket maximaal 23 kilo wegen. Tillen boven hoofdhogte (uitgaan van 175 cm) max 4 kg.
Indien de opbouw van pallets zo is dat de zwaarste pakketten onderop worden gezet en de lichte bovenop is een maximale hoogte van 200 cm akkoord.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Onderdeel 2: Logistieke eisen

Vraag:
2.2

Hier staat dat bepaalde informatie in het Nederlands moet zijn vermeld. Echter, sommige informatie staat bij ons in het Engels op de omdoos vermeld (zoals het CE logo, lot nummer, vervaldatum). Moet daadwerkelijk al deze informatie in het Nederlands zijn vermeld? Zo niet, zou u kunnen aangeven welke informatie minstens in het Nederlands vermeld moet zijn?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Onderdeel 2: Logistieke eisen

Vraag:

2.1

Hier staat dat bepaalde informatie in het Nederlands moet zijn vermeld. Echter, sommige informatie staat bij ons in het Engels op de verpakking vermeld (zoals het CE logo, lot nummer, vervaldatum). Moet daadwerkelijk al deze informatie in het Nederlands zijn vermeld? Zo niet, zou u kunnen aangeven welke informatie minstens in het Nederlands vermeld moet zijn?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen:

P5 Indeflatores

Beantwoord op:

1 jun. 2023

Label:

Proces

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Onderdeel 1: Algemene eisen

Vraag:

1.4.

Houdt dit in dat er t.b.v. de levering van de indeflator (perceel 5) geen overeenkomst gesloten zal worden?

Antwoord:

Nee, Voor alle percelen wordt er een overeenkomst gesloten voor de te leveren producten

Percelen:

P5 Indeflatores

Beantwoord op:

1 jun. 2023

Label:

Contract

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE, 4.27 structurele leveringsissues

Vraag:

Indien er sprake is van structurele leveringsissues of sprake van structurele problemen met de aangeboden producten, zitten hier dan nog een boete clause op?

Antwoord:

Ja

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr. 14
Onderwerp: Bijlage 1 PvE , 4.28 Leveringsissues

Vraag:

Kunt u bij afname van het artikel bij een andere leverancier aangeven wat de criteria zijn? Prijs of het Product zoals omschreven in de Tender? Of puur basis van beschikbaarheid?
Graag vernemen wij hoe er bepaald wordt wat het tijdelijke alternatieve artikel wordt ?

Antwoord:

Indien er een alternatief wordt aangeboden neemt het Erasmus MC dit in overweging. Het Erasmus MC behoudt het recht om zelf een alternatieve keuze te maken.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 15
Onderwerp: Bijlage 1 PvE 4.28 leveringsissues

Vraag:

Bij afname bij een andere leverancier, is er een maximum aantal vastgesteld? Bijvoorbeeld tot huidige leverancier weer kan leveren?
Graag vernemen wij hoe u dit ziet.

Antwoord:

Ja tot de huidige leverancier weer kan leveren. Indien het leveringsprobleem wederkerend terug blijft komen kan het Erasmus MC ervoor kiezen om gebruik te maken van de wachtkamer constructie.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr. 16
Onderwerp: Bijlage 1 PvE , 4.28 Leveringsissues

Vraag:

Is er een maximum bedrag vastgesteld voor de vergoeding van extra kosten?
(Maximum per stuk, of maximum in het algemeen)

Antwoord:

Het maximum is de laatste regel in deze uit deze eis: Penalty leverancier > 8% van de kwartaalomzet van het Inschreven perceel gefactureerd middels een creditnota.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Uitvoering

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bijlage 1 PvE 1.9

Vraag:

U geeft aan geen prijswijzigingen en/of -indexeringen te accepteren. De prijzen zijn vast voor de duur van de overeenkomst en vastgelegd in bijlage 1.

Wij conformeren ons aan het NZA prijsindexcijfer materiele kosten van het voorgaande jaar vwb de jaarlijkse indexeringen, kunt u hiermee akkoord gaan ?

Antwoord:

Het Erasmus MC wilt meegaan in het hanteren van de jaarlijkse indexatie met het NZA prijsindexcijfer van het voorgaande jaar gemaximaliseerd tot 4%. Wanneer de NZA boven de 4% uitkomt zal 4% het maximale percentage wat Opdrachtnemer mag indexeren 4% zijn.

Percelen: P5 Indeflatores
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Contract

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage 1 PvE , 4.25 expiratiedatum

Vraag:

Gaat u ermee akkoord dat retourzendingen een minimale houdbaarheidsdatum van 6 maanden hebben ipv 4 maanden?.

Antwoord:

Nee

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische

Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Proces

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE , 4.16 spoedleveringen binnen 4 uur.

Vraag:

Gaat u akkoord met levering binnen 24 uur voor spoedleveringen ipv 4 uur ?

Antwoord:

Nee

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Proces

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden - Art 45

Vraag:

Wij verzoeken het UMCG om artikel 45.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMCG aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In afwijking op dit artikel is Leverancier niet verplicht om een escrow overeenkomst aan te gaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.' Mocht het UMCG daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het UMCG daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Het valt Erasmus MC op dat in deze vraag en overige vragen meerdere malen wordt verwezen naar een ander universitair ziekenhuis namelijk, UMCG. Het Erasmus MC kan dus niet opmaken of deze vragen zijn bedoeld voor het Erasmus MC. Als we ingaan op de vraag, gaat het Erasmus MC akkoord met de vraag.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden - Art 19.1

Vraag:
'Uit de op de opdracht van toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMCG blijkt dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor 'alle schade die door UMC of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn Prestatie en/of als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst'. Blijkens (de toelichting op) Voorschrift 3.9 A van de Gids Proportionaliteit dient een aanbestedende dienst bij het opstellen van aansprakelijkheidsbepalingen onder meer rekening te houden met de in redelijkheid en onder reële voorwaarden verzekeraarbaarheid van bepaalde risico's. Kan het UMCG bevestigen dat - zoals gebruikelijk is in de branche - en is voorgeschreven in Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit, de opdrachtnemer in voorkomend geval enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor directe schade en zij niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie? Mocht het UMCG daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het UMCG meent dat opdrachtnemer aansprakelijk moet kunnen worden gesteld voor eventueel geleden indirecte schade.

Antwoord:
Dit kan opdrachtgever bevestigen.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische

Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden - Art 11

Vraag:

Wij verzoeken het UMCG om artikel 11 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het UMCG aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In aanvulling op dit artikel geldt dat alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer UMC, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, de geleverde Prestaties bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt, alsmede wanneer de gebruiksinstructies ten aanzien van de Prestaties niet worden nageleefd.' Mocht het UMCG daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het UMCG daartoe niet overgaat.

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden - Art 6.3

Vraag:

Wij verzoeken het UMCG om artikel 6.3 van de Algemene

Inkoopvoorwaarden van het UMCG aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In afwijking op dit artikel geldt dat Leverancier zich maximaal commercieel zal inspannen om een overeengekomen leverdatum te halen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is Leverancier alleen dan in verzuim, indien zij van UMC een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarbij haar een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen.' Mocht het UMCG daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het UMCG daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Niet akkoord, zie beantwoording vraag 41

Percelen:	P1 Stent + PTCA Balloon Catheters P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters P3 Guidewires P4 Copilot P5 Indeflatores P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires) P7 OCT Catheter P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter
Beantwoord op:	1 jun. 2023
Label:	Juridisch

Ref.nr.

24

Onderwerp:

PvE - 1.9/Koopovereenkomst 3.1/Inkoopvoorwaarden Art. 5.1

Vraag:

De Rijksoverheid stelt voor de gehele medische sector jaarlijks de compensatie voor geldontwaarding vast in het NZa Indexcijfer Materiële Kosten. Wij vragen EMC deze indexatie toe te staan. Wij merken daarbij op dat EMC de gelegenheid geeft dezelfde compensatie terug te ontvangen van zorgverzekeraars en/of overheid, zodat het disproportioneel is om inschrijvers diezelfde compensatie te ontfangen. Wilt u rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van inschrijvers en toestaan dat, net zoals elders in de medische sector, jaarlijks wordt geïndexeerd conform aanwijzing van de Rijksoverheid? Zo nee, waarom acht u het huidige voorstel proportioneel?

Antwoord:

Het Erasmus MC wilt meegaan in het hanteren van de jaarlijkse indexatie met het NZA prijsindexcijfer van het voorgaande jaar gemaximaliseerd tot 4%. Wanneer de NZA boven de 4% uitkomt zal 4% het maximale percentage wat Opdrachtnemer mag indexeren 4% zijn.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr. 25
Onderwerp: PvE - Social Return

Vraag:
Kunt u aangeven op basis van welke voorwaarden er een verband is tussen het voorwerp van de opdracht en Social Return? Graag ontvangen wij een toelichting op de toepasbaarheid van Social Return m.b.t. deze aanbesteding?

Antwoord:
Deze voorwaarden kunt u vinden in de bijlage 9 social return werkgeverspunt. Hierin kunt u ook de toepasbaarheid vinden.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 26
Onderwerp: PvE - 4.29

Vraag:
Kunt u specifiek omschrijven wat voor het EMC leverbetrouwbaarheid is? Hoe wordt dit gemeten door het EMC?

Antwoord:

Leverbetrouwbaarheid van het artikel wordt gemeten aan de hand van wanneer (datum) een bestelling geplaatst wordt tot het moment (datum) dat deze wordt afgeleverd bij onze goederen ontvangst.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op:

1 jun. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

PvE - 4.11

Vraag:

Kan deze eis s.v.p. als volgt bijgesteld worden: Inschrijver is in staat om bij acute problemen 24 per dag op werkdagen ma-vr) binnen 4 uur op locatie te zijn voor klinische ondersteuning.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op:

1 jun. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

PvE - 4.11

Vraag:

Kunt u een omschrijving geven van acute problemen gerelateerd tot deze aanbesteding?

Antwoord:

Wanneer het product niet op voorraad is en nodig is voor een procedure binnen 24 uur.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:

Leidraad - Bijlage 4 & 5

Vraag:

Kunt u bevestigen dat indien inschrijver geen gebruik maakt van derden bij de uitvoering van de opdracht en/of niet financieel/economisch afhankelijk is van een derde, dat de invulling en indiening van Bijlage 4 & 5 niet van toepassing is? Zo niet, kunt u s.v.p. verduidelijking geven over het invullen en indienen van Bijlage 4 en 5?

Antwoord:

Nee, dit klopt niet voor de uitvoering van bijlage 4 en 5 verwijzen wij u terug naar hoofdstuk 5. De invulling van de technische en beroepsbekwaamheid staat uitgelegd in hoofdstuk 5.2.1. met daarbij aangegeven welke gegevens u dient aan te leveren en de invulling van de maatschappelijke bevoegdheid staat uitgelegd in hoofdstuk 5.2.2. met daarbij aangegeven welk bewijsstuk u dient aan te leveren.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)

P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
30
Onderwerp:
Leidraad - 4.9.22

Vraag:
Is het toegestaan om het EMC in te zetten als referentie?

Antwoord:
Ja

Percelen:
P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
31
Onderwerp:
Leidraad - 4.2 Inschrijving

Vraag:
U geeft hier aan dat de Eigen Verklaring (bijlage 2) ingediend moet worden. De aanbestedingsdocumenten bevat geen bijlage 2. Kunt u bevestigen dat u met Eigen Verklaring document "uea_409455_20230504120118" bedoeld? Zo niet, kunt verduidelijken welk document ingediend moet worden?

Antwoord:
Dit klopt.

Percelen:
P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot

P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Leidraad - Subgunningcriterium 6

Vraag:

U vraagt: Vindt de productie van het product binnen of buiten Europa plaats (alleen disposables)? Waarom is dit relevant/van belang?

Antwoord:

Ja, het Erasmus MC ziet de productie buiten Europa als een groter risico op leverbetrouwbaarheid dan binnen Europa.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Leidraad - Subgunningcriterium 2

Vraag:

Kunt u nader definiëren wat u bedoelt met kwaliteit? Wat valt volgens u onder kwaliteit?

Antwoord:

Kwaliteit van het product gaat bijvoorbeeld over: staat van het product, duurzaamheid van het product, wendbaarheid van het product, prestaties van het product, prestaties uit het verleden van het product etc.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters

P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Kunt u een mogelijkheid toevoegen voor staffels in het prijzenblad. Indien u dit niet wenst, vragen wij u om dit s.v.p. toe te lichten?

Antwoord:

Nee. Het werken met staffels is voor het Erasmus MC een te grote administratieve last. Het Erasmus MC wilt haar administratieve last zo laag mogelijk houden.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Prijzenblad/Leidraad - Aantal IVUS/FFR wires

Vraag:

Met welke aantallen m.b.t. IVUS kan er rekening gehouden worden per jaar in totaal? In de leidraad staat bij bijv. bij IVUS 350 per jaar en in het prijzenblad staat 350 per jaar/apparaat en er worden 3 apparaten gevraagd, zijn de aantallen 350 of 1050 (3x350)?

Antwoord:

350, aantallen zijn indicatief. Hieraan kunt u geen rechten ontleen.

Percelen: P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Beoordeling en weging

Vraag:

Hoe zorgt het EMC voor een eerlijke prijsvergelijking? Hoe wordt de kwaliteit beoordeeld van de producten zelf en wat zijn de criteria (bijv. productspecificaties of ondersteunende data of studieresultaten)?

Antwoord:

de prijsvergelijking staat uitgelegd in hoofdstuk 6.5. De prijs wordt op basis van de Inschrijfprijs uit bijlage 8 Prijzenblad vergeleken middels de formule die in hoofdstuk 6.5 staat gedefinieerd. Voor het meten van kwaliteit verwijst ik u naar hoofdstuk 6.6. Hier staat zeer uitgebreid gespecificeerd welke kwaliteits criteria het Erasmus MC hanteert en hoe hierop beoordeeld wordt.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

PvE - Perceel 4 - nr. 5.4.1

Vraag:

S.v.p. "Copilot" vervangen door algemene omschrijving. Copilot is een productnaam van één leverancier.

Antwoord:

De Y-connector

Percelen: P4 Copilot
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
PvE - Perceel 3 - nr. 5.3.2

Vraag:
Kunt u de typen wires verder omschrijven/definiëren, bijv. workhorse, specialty, CTO?

Antwoord:
De workhorse, specialty en CTO

Percelen: P3 Guidewires
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
PvE

Vraag:
Er zijn 2 versies van het PvE gepubliceerd. Welke versie dient beantwoord te worden: Bijlage 1 - Pakket van Eisen of Bijlage 1 - Pakket van Eisen01?

Antwoord:
Beide versies zijn hetzelfde m.u.v. eis 6.1. Hierin wordt in het ene document verwezen naar bijlage 9 en in het andere document naar bijlage 10. De juiste versie is het PVE waarin wordt verwezen naar bijlage 9.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Ingediende vraag nr. 23 svp vervangen - Inkoopvoorwaarden - Art 6.3

Vraag:

Wij verzoeken het EMC om artikel 6.3 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het EMC aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In afwijking op dit artikel geldt dat Leverancier zich maximaal commercieel zal inspannen om een overeengekomen leverdatum te halen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is Leverancier alleen dan in verzuim, indien zij van UMC een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen waarbij haar een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen.' Mocht het EMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het EMC daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Niet akkoord, omdat bij niet tijdig leveren een direct risico is voor de continuïteit van zorg.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op:

1 jun. 2023

Label:

Juridisch

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Ingediende vraag nr. 22 svp vervangen - Inkoopvoorwaarden - Art 11

Vraag:

Wij verzoeken het EMC om artikel 11 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het EMC aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In aanvulling op dit artikel geldt dat alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer UMC, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, de geleverde Prestaties bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt, alsmede wanneer de gebruiksinstructies ten aanzien van de Prestaties niet worden nageleefd.' Mocht het EMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het EMC daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Akkoord, waarbij geldt dat Leverancier dient te bewijzen dat er geen

garantieaanspraak meer is.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Ingediende vraag nr. 21 svp vervangen - Inkoopvoorwaarden - Art 19.1

Vraag:

'Uit de op de opdracht van toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden van het EMC blijkt dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor 'alle schade die door UMC of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn Prestatie en/of als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst'. Blijkens (de toelichting op) Voorschrift 3.9 A van de Gids Proportionaliteit dient een aanbestedende dienst bij het opstellen van aansprakelijkheidsbepalingen onder meer rekening te houden met de in redelijkheid en onder reële voorwaarden verzekerbaarheid van bepaalde risico's. Kan het EMC bevestigen dat - zoals gebruikelijk is in de branche - en is voorgeschreven in Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit, de opdrachtnemer in voorkomend geval enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor directe schade en zij niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie? Mocht het EMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het EMC meent dat opdrachtnemer aansprakelijk moet kunnen worden gesteld voor eventueel geleden indirecte schade.

Antwoord:

Dit kan opdrachtgever bevestigen

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores

P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Ingediende vraag nr. 20 svp vervangen - Inkoopvoorwaarden - Art 45

Vraag:

Wij verzoeken het EMC om artikel 45.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het EMC aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In afwijking op dit artikel is Leverancier niet verplicht om een escrow overeenkomst aan te gaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.' Mocht het EMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het EMC daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Eens, niet van toepassing

Percelen:
P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Inflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Offerteleidraad - Perceel 1 - Stent + PTCA Balloon Catheters

Vraag:

Kan perceel 1 worden onderverdeeld in 2 percelen, één voor stents en de andere voor de ballonnen? Wat is de rationele om het in 1 perceel samen te voegen? Wat zijn de voordelen en beweegredenen om beide producten uit te vragen in 1 perceel? Kunt u dit toelichten?

Antwoord:

Het Erasmus MC verkiest deze essentiële elementen van een PCI bij 1

leverancier te beleggen binnen 1 procedure. Het Erasmus MC verwacht dat er op dit perceel nog genoeg Inschrijvers zullen zijn op dit perceel. Het verschil in kwaliteit van de betrokken producten tussen verschillende leveranciers verwaarloosbaar.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 45 **Onderwerp:** Offerteleidraad - Dekkingspercentage "2.4.2 Meerdere percelen" (pagina 6)

Vraag:

Volgens de aanbestedingswetgeving moet in beginsel de volledige aankoop van de uitgevraagde producten worden aanbesteed en worden gegund. U behoudt een vrije ruimte voor van maar liefst 30% voor studies en onderzoek. Kunt u toelichten en aantonen hoe u tot die verdeling bent gekomen en hoe u dit verenigt met de geldende aanbestedingsregels en rechtspraak?

Antwoord:

Het Erasmus MC doet wetenschappelijke studies. Hiervoor dient ruimte te zijn. Bijv. de present studie actueel bij Medtronic.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 46 **Onderwerp:** Offerteleidraad - Scope van de opdracht - Verwacht aantal producten per jaar (pagina 9)

Vraag:

Zijn de verwachte aantalen op basis van 100% van de markt of 70% van de markt?

Antwoord:

Dit zijn de aantallen op basis van 70% van de markt.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Offerteleidraad - Sub-gunningscriterium 4 - Veiligheidsvoorraad (pagina 35)

Vraag:

Kan u toelichting welk antwoord hier juist 5 punten kan aanleveren? Wordt de puntentelling vervolgens naar rato verdeeld t.o.v. andere leveranciers? Op deze manier weet de leverancier ook wat de wensen zijn op vlak van veiligheidsvoorraad.

Antwoord:

Onder de subgunningscriteriatafel 4-7 staat gespecificeerd hoe de puntenverdeling werkt, namelijk met de volgende formule: Inschrijving veiligheidsvoorraad/ aanbieder met de hoogste veiligheidsvoorraad * maximaal te behalen punten. De Inschrijver met de Hoogste prijs ontvangt het maximaal aantal punten op dit subgunningscriteria.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.**Onderwerp:**

48

Pakket van eisen - Prijzen vast gedurende looptijd overeenkomst - 1.9

Vraag:

De Rijksoverheid stelt voor de gehele medische sector jaarlijks de compensatie voor geldontwaarding vast in het NZa Indexcijfer Materiële Kosten. Wij verzoeken Erasmus MC die toe te passen. Wij merken daarbij op dat Erasmus MC de gelegenheid geeft dezelfde compensatie terug te ontvangen van zorgverzekeraars en/of overheid (vestzak/broekzak), zodat het disproportioneel is om inschrijvers diezelfde compensatie te ontfangen. Wilt u rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van inschrijvers en toestaan dat, net zoals elders in de medische sector, jaarlijks wordt geïndexeerd conform aanwijzing van de Rijksoverheid? Zo nee, waarom acht u het huidige voorstel proportioneel?

Antwoord:

Het Erasmus MC wilt meegaan in het hanteren van de jaarlijkse indexatie met het NZa prijsindexcijfer van het voorgaande jaar gemaximaliseerd tot 4%. Wanneer de NZa boven de 4% uitkomt zal 4% het maximale percentage wat Opdrachtnemer mag indexeren 4% zijn.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Inflatoren
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

49

Onderwerp:

Pakket van eisen - Topsegment - 4.1; 4.3 & 4.23

Vraag:

Door het 'topsegment' te eisen, is er geen level playing field meer tussen leveranciers. Leveranciers met de nieuwste innovatieve producten kunnen niet worden vergeleken met producten van leveranciers die een stuk ouder zijn en bovendien ook niet de nieuwste features bevatten. Dit is eveneens niet in lijn met het doel wat Erasmus MC hiermee beoogt, namelijk gebruik willen maken van de nieuwste innovatieve producten aangezien leveranciers met verouderde producten voor een betere prijs kunnen inschrijven. Ik verzoek u daarom dan ook om art. 4.1 te laten vervallen. Immers zorgt het PvE dat de producten voldoen aan de door u gestelde eisen. Mocht u daartoe

niet willen overgaan, kunt u gemotiveerd toelichten waarom niet?

Antwoord:

Nee, het Erasmus MC verwacht dat er binnen het topsegment geen klinisch relevante verschillen bestaan.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Pakket van eisen - Training en ondersteuning - 4.8

Vraag:

Kunt u bevestigen dat Leveranciers slechts trainingen en ondersteuning zullen bieden, voor zover is toegestaan volgens de GMH Code en het verbod op gunstbetoon?

Antwoord:

Dat klopt.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Pakket van eisen - Remote monitoring - 4.10

Vraag:

Aangezien deze niet van toepassing is op de producten die betrekking hebben tot deze aanbesteding, kan deze eis komen te vervallen?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Inflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op:

1 jun. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Pakket van eisen - Leveringstermijn - 4.13

Vraag:

Normaliter wordt een levertermijn van 48 uur gehanteerd voor normale leveringen, met uitzondering van spoedleveringen binnen 4 uur uiteraard. Een dergelijk korte levertermijn, gedurende de gehele week, is – zeker in combinatie met de leverbetrouwbaarheidspercentage van 98% - onrealistisch en/of disproportioneel en dus in strijd met aanbestedingsregels. Daarnaast zorgen dergelijke eisen ervoor dat een levering die niet binnen 24 uur geleverd kan worden, maar binnen 48 uur, niet meer ter beschikking worden gesteld aan het Erasmus MC maar aan een andere klant die wel levering binnen 48 uur toestaat (het voldoet immers niet aan de criteria). Het is tot slot niet in overeenstemming met onze gemeenschappelijke ambities met betrekking tot duurzaamheid. Immers, door het combineren van leveringen, kan er efficiënter worden verpakt en hoeft er minder te worden gereden, hetgeen leidt tot minder CO2 uitstoot. Kunt u instemmen met een standaard levertermijn van maximaal 48 uur? Zo nee, kunt u gemotiveerd toelichten waarom niet?

Antwoord:

Niet akkoord, Het Erasmus MC heeft hiervoor te weinig opslag ruimte.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters

P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Pakket van eisen - UBD - 4.24

Vraag:

Het proportionaliteitsbeginsel vereist dat u geen aanbestedingsvoorwaarden stelt die disproportioneel zijn, onredelijk bezwarend of niet nodig gezien het voorwerp van de opdracht. In dit geval zijn de uitgevraagde producten “fast moving goods”. Die liggen niet lang op de plank. Door een snelle levering hoeft er ook niet veel voorraad aanwezig te zijn. Tot slot gaat een UBD van 12 maanden haar doel voorbij aangezien producten met een UBD van bijvoorbeeld 11 maanden nu aan andere klanten worden geleverd (het voldoet immers niet aan de criteria). Kunt u daarom de minimale UBD laten vervallen of aanpassen naar een UBD van 6 maanden? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet (onder verwijzing naar de relevante bepalingen uit de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit)?

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Pakket van eisen - Herstel - 4.28

Vraag:

Kunt u bevestigen dat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld alsnog te leveren ofwel een alternatief te bieden, alvorens producten tijdelijk bij een andere leverancier worden besteld? Zo niet, kunt u gemotiveerd toelichten waarom niet?

Antwoord:

Wanneer er een leveringsprobleem optreedt is de leverancier altijd als eerste op de hoogte van zijn/haar eigen leveringsprobleem. Het Erasmus MC verwacht dan ook dat de leverancier direct met een voorstel komen voor het leveren van een alternatief. Het Erasmus MC gaat hier niet zelf om vragen, dit kost teveel tijd en daarbij is dit een direct risico voor de continuïteit van onze zorg. Erasmus MC verwacht een pro actieve houding van de leverancier.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Inflatoren
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Pakket van eisen - Leverbetrouwbaarheid en penalties - 4.29

Vraag:

U stelt dat een gedeelte van de kwartaalomzet gecrediteerd moet worden bij bepaald leverbetrouwbaarheidpercentage. De leverancier wordt dus gestraft en Erasmus MC legt indirect hiermee een boete op. Leverancier maakt ernstig bezwaar tegen het opleggen van boetes of gedwongen kortingen, naast het neerwaarts drukken van prijzen, het opleggen van zware juridische voorwaarden en andere verplichtingen. Dat is niet de manier waarop wij gewend zijn om met elkaar samen te werken. Het leidt tot toenemende verharding van onderlinge verhoudingen, die kunnen uitmonden in rechtszaken. Daarnaast biedt de overeenkomst en de AIVG NFU voldoende handvatten om de schade van het Erasmus MC vergoed te zien. Een dergelijke korting heeft een bepaald verdienmodel tot gevolg, hetgeen per definitie disproportioneel is en in strijd met aanbestedingsregels. Ik verzoek u met klem om deze bepaling te laten vervallen. Indien u daartoe niet zult overgaan, kunt u gemotiveerd toelichten waarom u een dergelijke voorwaarde proportioneel acht onder vermelding van de relevante bepaling

van de Aw, de Gids Proportionaliteit en de rechtspraak?

Antwoord:

Niet akkoord. Het Erasmus MC ziet en gebruikt dit zeker niet als verdien model. Het Erasmus MC heeft de afgelopen jaren veel te maken gehad met Leveringsproblemen. Hiermee komt per direct de zorg aan patiënt en continuïteit van het zorgproces in gevaar. Het Erasmus MC wil hiermee Inschrijvers motiveren om leveringszekerheid aan te bieden en wellicht andere interne strategische keuzes maken om ook de verantwoordelijkheid van de patiëntenzorg te dragen.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op:

1 jun. 2023

Label:

Inhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Pakket van eisen - Social Return - onderdeel 6

Vraag:

Leverancier is een internationaal bedrijf en neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociale belangen erg serieus. Leverancier investeert, zowel global als lokaal, jaarlijks in ESG en Social Impact en legt verantwoording af in openbaar Integrated Performance Report. De investering gaat het gesetelde percentage (in PvE 3% in Bijlage 8 5% - kunt u dat verduidelijken) ver te boven. Voor Leveranciers is het niet realistisch om in iedere gemeente mee te doen aan een bepaald programma en daarbij is het doel reeds gerealiseerd. Kunt u eveneens een alternatief toestaan en Leverancier toe staan om dit nader toe te lichten?

Antwoord:

Het Erasmus MC zet zich in voor een sociaal betere wereld en via deze eis wilt het Erasmus MC dat zijn inkopen daar ook aan bijdragen. In samenwerking met de gemeente Rotterdam hebben wij een adviseur die gezamenlijk na gunning kan kijken hoe u die 3% kan verwezenlijken. In de bijlage 9 social return werkgeverspunt, zit u verschillende manieren waarop u deze 3% kunt invullen.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bijlage 8 - Prijzenblad

Vraag:

Waarom heeft u de keuze gemaakt om met prijsplafonds te werken? Kunt u gemotiveerd toelichten hoe het prijsplafond is vastgesteld?

Antwoord:

Dit heeft met het beschikbare budget van het Erasmus MC te maken.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Bijlage 7 - AIVG Algemeen

Vraag:

OPDRACHTGEVER is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012).

Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan OPDRACHTGEVER: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9).

Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2021 (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012).

In zijn algemeenheid mag OPDRACHTGEVER een contractueel risico alleen bij de leverancier neerleggen, als OPDRACHTGEVER kan aantonen dat risico bij leverancier hoort: “De aanbestedende dienst allocceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden” (Voorschrift 3.9A).

De Herziene Gids Proportionaliteit schrijft voor: “De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden” (Voorschrift 3.9B). OPDRACHTGEVER is verplicht af te wegen of de door haar voorgestelde contractuele afwijkingen van het wettelijke stelsel in het concrete geval gerechtvaardigd zijn en, zo ja, de afwijking deugdelijk te motiveren, in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en overige wet- en regelgeving (p. 64).

Graag uw bevestiging dat OPDRACHTGEVER vragen tijdens de NvI over de concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2021 op de voorgeschreven wijze zal beoordelen en, zo nodig, eventuele afwijkingen van het wettelijke stelsel deugdelijk zal motiveren.

Antwoord:

Het Erasmus MC volgt de aanbestedingswet

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters

P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Bijlage 7 - Vroegtijdige beëindiging

Vraag:
OPDRACHTGEVER stelt voor een als gevolg van de aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst eenzijdig voortijdig te mogen beëindigen (art. 3.2 NFU AIV 2021). Dat is een wezenlijke wijziging en niet toegestaan (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat dit voorstel vervalt.

Antwoord:
Niet akkoord. Beëindiging van de overeenkomst kan tegen de vooraf genoemde voorwaarden. Dit is geen wezenlijke wijziging.

Percelen:
P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS)
Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Bijlage 7 - Meer- en minderwerk

Vraag:
OPDRACHTGEVER stelt voor meer- en minderwerk te mogen verlangen (art. 4 NFU AIV 2021). Wij stemmen daarmee in. Echter dit is enkel toegestaan als het meer- of minderwerk geen wezenlijke wijziging oplevert (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat OPDRACHTGEVER

deze bepaling ook zo uitlegt.

Antwoord:

Opdrachtgever neemt de aanbestedingsregels in acht.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Bijlage 7 - Prijspeil

Vraag:

OPDRACHTGEVER stelt vaste prijzen voor (art. 5.1 NFU AIV 2021). Wij stemmen daarmee in. Graag nog uw abanvullende bevestiging dat OPDRACHTGEVER het prijspeil gedurende de looptijd hetzelfde houdt (dat wil zeggen: dat partijen bij meerjarige overeenkomsten het overeengekomen prijspeil compenseren voor eventuele geldontwaarding, conform de jaarlijkse instructies van de Rijksoverheid aan de gehele medische sector).

Antwoord:

Het Erasmus MC wilt meegaan in het hanteren van de jaarlijkse indexatie met het NZA prijsindexcijfer van het voorgaande jaar gemaximaliseerd tot 4%. Wanneer de NZA boven de 4% uitkomt zal 4% het maximale percentage wat Opdrachtnemer mag indexeren 4% zijn.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 62
Onderwerp: Bijlage 7 - Rechtsbescherming

Vraag:

OPDRACHTGEVER stelt voor om leverancier wettelijke rechten en weren te ontzeggen, c.q. haar zonder ingebrekestelling in verzuim te laten raken (art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 NFU AIV 2021). Het verhinderen van effectieve rechtsbescherming en het ontzeggen van de mogelijkheid om een tekortkoming te repareren, is per definitie disproportioneel. Temeer nu OPDRACHTGEVER zichzelf wel alle rechten en weren voorbehoudt (vgl. bijvoorbeeld art. 10.6 en 10.7 NFU AIV 2021). Graag uw bevestiging dat eerdergenoemde voorstellen komen te vervallen, althans voor zover in afwijking van de wettelijke regeling. Voor zover OPDRACHTGEVER dit verzoek niet zou honoreert, gemotiveerd in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, verzoekt leverancier op zijn minst de desbetreffende bepalingen wederkerig te maken (in de zin dat partijen dezelfde rechten en weren krijgen).

Antwoord:
Niet akkoord

Percelen:
P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 63
Onderwerp: Bijlage 7 - Wettelijke rente

Vraag:

OPDRACHTGEVER stelt dat de toepasselijke rente die van art. 6:119 BW is (art. 10.3 NFU AIV 2021). Echter de als gevolg van de aanbesteding te sluiten overeenkomst is een 'handelsovereenkomst' in de zin van art. 6:119a BW. Graag uw bevestiging dat het gaat om een fatale termijn, waarop het

laatste artikel van toepassing is.

Antwoord:

Niet akkoord

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
64

Onderwerp:

Bijlage 7 - Houdbaarheidsdatum

Vraag:

OPDRACHTGEVER stelt voor een minimale houdbaarheidstermijn van 2 jaar. Dit is in de sector ongebruikelijk. In het concrete geval lijkt zo'n lange periode ook onnodig en disproportioneel. Een minimale houdbaarheidsdatum van 6 maanden ligt meer voor de hand. Temeer indien de producten een hoge omloopsnelheid hebben en/of OPDRACHTGEVER deze kan retourneren. OPDRACHTGEVER wordt dan immers niet benadeeld door een minder verstrekkende houdbaarheidsdatum. Graag uw bevestiging dat een redelijke houdbaarheidsdatum van 6 maanden wordt aangehouden.

Antwoord:

Akkoord

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Bijlage 7 - Geheimhouding

Vraag:

OPDRACHTGEVER stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV 2021). Dit is in de sector ongebruikelijk. Graag uw bevestiging dat deze bepaling wederkerig is en dat ook OPDRACHTGEVER vertrouwelijke gegevens geheim zal houden.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bijlage 7 - Intellectueel eigendom

Vraag:

OPDRACHTGEVER stelt voor alle IE-rechten aan zichzelf toe te kennen en, onder meer door garanties en vrijwarings, alle IE-risico's bij leverancier (art. 17 NFU AIV 2021). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van OPDRACHTGEVER: "Om dit probleem te voorkomen is niet per se het intellectueel eigendom nodig, maar volstaat veelal een uitgebreid gebruiksrecht. Als men uitgaat van dat laatste, wordt recht gedaan aan de positie van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst" (sub 3.9.1.2). Graag uw bevestiging dat OPDRACHTGEVER zich, in plaats van voorgaande, aan het voorschrift van de Minister zal houden.

Antwoord:

Opdrachtgever kan bevestigen dat aansprakelijkheid van leverancier geldt voor de directe schade. Overige aanvullingen zijn niet akkoord.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters

P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bijlage 7 - Aansprakelijkheid

Vraag:

OPDRACHTGEVER stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting OPDRACHTGEVER geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV 2021). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van OPDRACHTGEVER: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die OPDRACHTGEVER leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens OPDRACHTGEVER, tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV 2021 per schade-incident of serie van schade-incidenten.

Antwoord:

Opdrachtgever kan bevestigen dat aansprakelijkheid van leverancier geldt voor de directe schade. Overige aanvullingen zijn niet akkoord.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 68
Onderwerp: Bijlage 7 - Boetes

Vraag:

OPDRACHTGEVER stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV 2021). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien OPDRACHTGEVER daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht.

Antwoord:

Niet akkoord. Het Erasmus MC loopt een groot risico m.b.t. patiënt veiligheid en continuïteit van het zorgproces bij niet leveren van de leverancier. Het Erasmus MC wil met deze eis de Inschrijver motiveren om leverzekerheid te bieden aan het Erasmus MC.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Juridisch

Ref.nr. 69
Onderwerp: Offerteleidraad - Sub-gunningscriterium 5 - MDR (pagina 35)

Vraag:

Kan u bevestigen dat we op deze vraag rond MDR ja mogen beantwoorden als de producten MDR gecertificeerd zijn of als we in de overgangsfase, conform wet- en regelgeving, zijn van MDR certificering?

Antwoord:

Indien u een MDR certificaat van de producten kan overleggen kunt u hierop Ja antwoorden.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Inflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Pakket van eisen - Topsegment - 4.1; 4.3 & 4.23

Vraag:

U verwacht van leveranciers dat zij nieuwe producten voor dezelfde prijs zullen aanbieden, terwijl evident is dat nieuwere producten met technologische innovatie en additionele features ook duurder zullen zijn. Zolang leverancier de producten zoals aangeboden in de inschrijving kan leveren, is het disproportioneel om desondanks toch de nieuwste producten te eisen zonder meerprijs. Partijen hebben immers afspraken gemaakt over de prijs en de producten die worden aangeboden. Dit heeft eveneens tot gevolg dat leveranciers zich belemmert voelen om nieuw producten op de markt te brengen en gaat juist innovatie tegen. Ik verzoek u daarom dan ook om art. 4.1 te laten vervallen, ofwel een meerprijs toe te staan voor de nieuwste producten.

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Inflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Bijlage 1

Vraag:

Bijlage 1 is 2 maal geupload, welke versie is de juiste en dient gebruikt te worden?

Antwoord:

Beide versies zijn hetzelfde m.u.v. eis 6.1. Hierin wordt in het ene document verwezen naar bijlage 9 en in het andere document naar bijlage 10. De juiste versie is het PVE waarin wordt verwezen naar bijlage 9.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Logistieke Eisen

Vraag:

Punt 2.1 - Wat wordt er bedoeld met soort materiaal in deze opsomming?

Antwoord:

Welk materiaal de inhoud bevat.

Percelen:

P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bijlage 1 PvE - 4.25

Vraag:
Gaaf u ermee akkoord dit aan te passen naar 6 maanden voor expiratiedatum?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:
P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Inflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Perceel 1 - Stents en PTCA Balloon Catheters

Vraag:
Wanneer leverancier 1 van de 2 producten kan aanleveren, mag deze dan ook inschrijven op dit perceel? Is het wellicht een idee om deze twee uit elkaar te halen?

Antwoord:
Nee

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Bijlage 9 - Social Return

Vraag:

In het PvE spreekt u bij punt 6.1 van 3% terwijl in bijlage 9 over ten minste 5 % wordt gesproken.

Antwoord:

Het gaat om 3% zoals in het programma van eisen staat benoemd.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
P2 PTCA Guiding Catheters en Diagnostische Catheters
P3 Guidewires
P4 Copilot
P5 Indeflatores
P6 Coronaire Fysiologie (FFR wires)
P7 OCT Catheter
P8 Coronary Intravascular Ultrasound (IVUS) Catheter

Beantwoord op: 1 jun. 2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Perceel 4 - Copilot

Vraag:

Copilot is een merknaam. Bedoelt u bij dit perceel een Y-connector?

Antwoord:

Dit klopt

Percelen: P4 Copilot
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Perceel Stents/PTCA catheters

Vraag:

Is er afzonderlijk in te schrijven op of stents of op PTCA catheters? Of moet je inschrijven op beide om mee te doen?

Antwoord:

het is niet mogelijk om afzonderlijk in te schrijven.

Percelen: P1 Stent + PTCA Balloon Catheters
Beantwoord op: 1 jun. 2023
Label: Proces

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Referentie aantallen

Vraag:

In de aanbesteding wordt genoemd dat er een referentie overlegd moet worden waaruit blijkt dat je firma aan 60% van de gevraagde aantallen moet kunnen voldoen: hiermee worden kleinere stent firma's benadeeld: om een voorbeeld te geven: Angiocare levert vaak tussen de 200-400 stents /ziekenhuis, zonder problemen. Is het bespreekbaar dit te wijzigen?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen:

P1 Stent + PTCA Balloon Catheters

Beantwoord op:

1 jun. 2023

Label:

Proces