

Nota van Inlichtingen 1 – Specials Aanbesteding Laboratoriumonderzoeken

Nr.	Aangaande onderdeel	Vraag	Antwoord
1	Aanbestedingsleidraad: Gunningscriteria	<i>Inhoud van hoofdstuk 4 en 5 t.a.v. gunningscriteria komen niet met elkaar overeen, b.v. Perceel 4 in hoofdstuk 4 wordt niet getoetst op financieel gunningscriteria, maar in hoofdstuk 5 wel.</i>	Het financieel gunningscriterium wat in Hoofdstuk 4 wordt getoond is 'Geldend voor perceel 3b, 3c, 3d, 5, 6 en 7'. Aangezien het financieel gunningscriterium enkel voor perceel 4 afwijkt, staat deze ook speciaal uitgewerkt bij het hoofdstuk 5.4.2. Dus voor alle percelen behalve perceel 4 geldt het financieel gunningscriterium zoals uitgewerkt in 4.1.3., en voor perceel 4 geldt het financieel gunningscriterium zoals uitgewerkt in 5.4.2.
2	PvE perceel 4	<i>Bij Perceel 4 is er de eis om minimaal 70% in te schrijven. Hoe wordt er omgegaan met de financiële gunningscriteria bij ongelijke verdeling van inschrijving?</i>	Dit staat toegelicht in hoofdstuk 5.4.2. van de leidraad, zie ook het rekenvoorbeeld in het kader in hetzelfde hoofdstuk.
3	Aanbestedingsleidraad: Gunningscriteria	<i>Gunningscriteria van de percelen zijn verschillend, wat is de reden?</i>	Ieder perceel heeft een andere reden voor aanvraag vanuit AQUON's opdrachtgevers, daardoor spelen andere aspecten een belangrijkere rol dan anderen. Op basis daarvan zijn eisen (opgegeven in PvE) en gunningscriteria (opschreven in leidraad) opgesteld.
4	PvE perceel 4	<i>Dekkingsgraad-eis alleen aanwezig bij perceel 4, andere percelen moeten volledig?</i>	Ja, zie ook alle PvE's, eis nummer 5. Bij perceel 4 is deze eis anders geformuleerd dan bij alle andere percelen.
5	Aanbestedingsleidraad: Aanleiding van de Opdracht	<i>Paragraaf 1.2.1: wat is de inhoud van Perceel 3A en wie heeft hem gekregen of gaat hem krijgen (onderhands gunnen omdat 1 partij de geëiste kwaliteitseisen haalt).</i>	AQUON wenst conform hoofdstuk 4.3.1 van de Aanbestedingswet 2012 gebruik te maken van Vrijwillige Transparantie vooraf. Hiermee plaatst AQUON een aankondiging op TenderNed waarin de motivatie tot enkelvoudig onderhands gunnen kenbaar wordt gemaakt aan de markt. Hierna heeft de markt 20 dagen (Alcatel) om hierop te reageren. Mochten er geen reacties binnen komen, is AQUON volledig rechtsgeldig om onderhands te gunnen. Op het moment van publiceren van de aankondiging op TenderNed krijgt de markt gelijktijdig informatie over de uit te besteden analyses in Perceel 3A en aan welke partij AQUON wenst te Gunnen.

6	<i>Bijlage VI</i>	<i>Moet bij Percelen 3B en 3C het Lab altijd aan de geëiste RG voldoen? Er is geen mogelijkheid om RG in te vullen.</i>	Dat klopt, zie voor perceel 3b eis nummer 38 en zie voor perceel 3c eis nummer 35.
7	<i>Bijlage VI</i>	<i>In de lijst met te bepalen componenten voor perceel 6 staat naast de ERa CALUX, waarmee activiteiten op de ERalfa receptor worden gemeten staat er ook nog de ER CALUX. Dit is normaliter een cellijn waarin beide receptoren ERalfa en ERbeta aanwezig zijn en de response dus een combinatie is van beiden. Is dit de bedoeling? Er bestaat namelijk ook een apart ERbeta CALUX cellijn waarmee je de effecten op de beta receptor apart kunt meten. Graag jullie reactie.</i>	Ja, dat is de bedoeling
8	<i>Aanbestedingsleidraad: Kerncompetentie</i>	<i>Kan de opdrachtnemer ook de opdrachtgever(Aquon) als referentie opgeven?</i>	Ja, Opdrachtnemer mag ook Opdrachtgever als referentie opgeven.
9	<i>Bijlage VI</i>	<i>Is het mogelijk om bij afvalwatermonsters hogere grenzen te rapporteren indien matrix of gehalten doelverbindingen een negatieve invloed kunnen hebben op de performance van de analyse bij normale hoeveelheid monsterinzet?</i>	Ja, alleen indien, door matrixstoring of gehalte doelverbindingen, gekozen moet worden voor een lagere monsterinzet dan de normale monsterinzet. Effluenten worden wel beschouwd als afvalwater maar daarvoor verwachten wij wel de gestelde rapportagegrenzen.
10	<i>Aanbestedingsleidraad: Omschrijving van de Opdracht</i>	<i>Worden de matrix afvalwater influent en effluent geschaard?</i>	Ja, effluenten worden beschouwd als afvalwater.

DISCLAIMER (versie mei 2018)

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De auteurs zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of consequenties.

Aanvullingen zijn welkom via COMMUNICATIE@AQUON.NL. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze publicatie is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQUON, kijk op WWW.AQUON.NL.
