

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

academisch ziekenhuis Maastricht

Nationale identificatie:

14124959

Postadres:

P. Debyelaan 25

Plaats:

Maastricht

NUTS-code:

NL

Postcode:

6229 HX

Land:

NL

Contactpersoon:

academisch ziekenhuis Maastricht

Telefoon:

+31 650039896

E-mail:

stephanie.schellinx@mumc.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.mumc.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=211015>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Vrijwillige transparantie MRI-scanners

Referentienummer: 211015

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33110000 - Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en
diergeneeskundig gebruik

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om een
overeenkomst te sluiten m.b.t. de levering, installatie, applicatie, opleiding en onderhoud van
MRI-scanners

De aanbesteding geschiedt volgens de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 0,01

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

-

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

Vrijwillige transparantie MRI scanners

II.2.5) Gunningscriteria

-

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

-

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: ja

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: ja

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: MRI scanners

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

08/06/2023

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Philips Nederland B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Eindhoven

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 0,01

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

-

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Limburg, locatie Maastricht

Postadres:

-

Plaats:

Maastricht

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

Commissie van Aanbestedingsexperts

Postadres:

-

Plaats:

Den Haag

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

09/06/2023

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Het MRI-centrum van het Maastricht UMC+ bestaat uit vier Philips MRI systemen, met een verschillende installatiedatum., Gelet op de grote omvang van de betreffende patiëntenzorg is een eenduidige setting met dezelfde inrichting van bedieningsruimtes, logistieke ketens en werkmethodeken noodzakelijk. Het werken met scanners van twee verschillende leveranciers leidt tot extra risico's (kans op fouten):

- Beeldkwaliteit:

De beeldkwaliteit van verschillende merken is slecht vergelijkbaar. Het is belangrijk dat de systemen gelijk zijn ten behoeve van beeldinterpretatie en vergelijken van onderzoeken voor verslaglegging. Vergelijking kan niet zonder meer plaatsvinden met beelden van andere merken MRI-scanners.

- Scanprotocollen:

Er zijn veel gestandaardiseerde scanprotocollen per MRI-scanner. Bij aanschaf van een ander fabricaat scanner zullen de scanprotocollen opnieuw gemaakt, ontwikkeld en geoptimaliseerd moeten worden: parameters en filters zullen moeten worden vertaald naar een ander fabricaat

scanner. Hetzelfde geldt voor de geavanceerde versnellingstechnieken in de kliniek, de bijgehorende iteraties rondom implementatie en het borgen van dusdanige beeldkwaliteit.

- User-interface:

Het hebben van een identieke user-interfase op alle MRI-scanners is van groot belang.

In het kader van patiëntveiligheid is het van belang dat medewerkers snel en foutloos kunnen werken. Indien een MRI scanner van een andere fabrikant wordt aangeschaft, moeten de laboranten opnieuw worden ingewerkt. Aangezien laboranten op meerdere scanners werken, kan het voortdurend omschakelen tussen verschillende fabrikaten tot fouten en inefficiëntie leiden.

- Onderhoud:

Op gebied van technisch onderhoud hebben de technici van MUMC+ veel expertise met betrekking tot de Philips MRI-scanners en wordt zelfstandig zowel eerste als tweede lijns onderhoud uitgevoerd. Aanschaf van een ander fabrikaat scanner zou betekenen dat er per fabrikaat een ander onderhoudsprotocol geldt en uitgevoerd moet worden. Dit kan tot fouten en uitval van apparatuur leiden.