

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Academisch Medisch Centrum ("AMC")

Nationale identificatie:

40531300 0000

Postadres:

Meibergdreef 9

Plaats:

Amsterdam

NUTS-code:

NL

Postcode:

1105 AZ

Land:

NL

Contactpersoon:

AMC Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 644492417

E-mail:

e.h.wiertsema@amsterdamumc.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.amc.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=222891>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Aanschaf van twee confocal microscopen voor de Core Faciliteit Cellular Imaging van de afdeling medische biologie, inclusief installatie, onderhoud en drie jaar software upgrades/updates

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

38510000 - Microscopen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhands gunnen van een overheidsopdracht boven de EU drempelwaarde. Afsluiten van een overeenkomst voor levering van twee confocal microscopen voor de Core Faciliteit Cellular Imaging van de afdeling medische biologie, inclusief installatie, onderhoud en drie jaar software upgrades/updates

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 0,01

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

38510000 - Microscopen

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

De huidige 12 jaar oude confocals, de Leica TCS SP8-X en Leica TCS SP8-X Falcon, moeten vervangen worden door twee nieuwe confocals vanwege oplopende problemen en defecten. In het afgelopen jaar zijn de systemen meerdere keren uitgevallen vanwege onverwachte reparaties, defecte detectors, hardnekkige problemen met de XY tafels en objectieven zijn niet meer optimaal. Bepaalde functies zijn permanent niet meer bruikbaar, en de wit licht lasers (in 2011 gekocht met een verwachte levensduur van 5 jaar) zijn sterk verminderd, met name in de lagere golflengtes.

II.2.5) Gunningscriteria

-

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

nvt

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

-

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: -

Perceel nr.: -

Benaming: -

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

30/06/2023

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Leica Microsystems B.V.

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:

-

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 0,01

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

Het AmsterdamUMC is voornemens om binnen 20 dagen na publicatie tot gunning aan Leica over te gaan, omdat mededinging om technische redenen ontbreekt. Indien u bezwaar heeft tegen deze voorgenomen gunning wordt u verzocht zich uiterlijk 19 juli 2023 juni 2023 vóór 17:00 uur via de email e.h.wiertsema@amsterdamumc.nl te melden bij de heer E.H. Wiertsema, inkoper laboratorium. Als dit tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol) gebeurt, is AmsterdamUMC vrij om over gaan tot verstrekken van bovengenoemde opdracht.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Het AmsterdamUMC is voornemens om binnen 20 dagen na publicatie tot gunning aan Leica over te gaan, omdat mededinging om technische redenen ontbreekt. Indien u bezwaar heeft tegen deze voorgenomen gunning wordt u verzocht zich uiterlijk 19 juli 2023 juni 2023 vóór 17:00 uur via de email e.h.wiertsema@amsterdamumc.nl te melden bij de heer E.H. Wiertsema, inkoper laboratorium. Als dit tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol) gebeurt, is AmsterdamUMC vrij om over gaan tot verstrekken van bovengenoemde opdracht.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

30/06/2023

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

- geen mededinging om technische redenen

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

De witlicht laser (WLL) met 440nm-790nm maakt het gebruik van verschillende nieuwe dyes en probes mogelijk die binnen het LCAM en de NL-BioImaging biosensor node worden ontwikkeld, inclusief de mogelijkheid om CFP/Venus te gebruiken aan de voorzijde van het spectrum, en de NIR fluorescente probes die met de nieuwe hybrid detectors gevoeliger te meten zijn.

- De gepulste witlichtlaser maakt lifetime unmixing mogelijk waarbij spectraal identieke moleculen toch uit elkaar kunnen worden gehaald. In combinatie met de AOBS zijn meerdere kleuren uit het zichtbare spectrum simultaan te meten, en kunnen bij meerdere kanalen meerdere lifetime probes gedetecteerd worden. Dit is van belang voor genetisch getransformeerde organismen of organoïden waar meer dan 5 verschillende fluorescente eiwitten worden ingebracht (e.g. in onze LEGO organoid modellen) gecombineerd met lifetime biosensors. De gepulste witlichtlaser wordt namelijk eveneens gebruikt voor het meten van lifetime (verschillen) van inter en intra-moleculaire FRET probes in verschillende lopende onderzoekslijnen.

- De confocals hebben een resonantie scanner voor snelle opnames van grote slides (wordt veel gebruikt).
- Uit (eigen) internationaal marktonderzoek is gebleken dat alleen de Leica Stellaris 8-Falcon en Stellaris 5 kunnen voldoen aan de specifieke eisen m.b.t. volledige spectrale vrijheid, gevoeligheid en confocaal lifetime contrast.
- De confocale systemen gaan onderdeel uitmaken van de open-access high end microscopen in LCAM (NKI, AMC en UvA-FNWI) waarbij NKI en UvA-FNWI hun open-access systemen gerealiseerd op Leica Stellaris-8 microscopen. Omdat LCAM een Europees Functional Imaging Flagship node is en LCAM daarbij gezamenlijk open access aanbiedt op functional imaging microscopie is het zeer wenselijk over eenzelfde software en hardware platform te beschikken.