

AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE VOORAF

Leveringen

Richtlijn 2014/24/EU

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Academisch Medisch Centrum ("AMC")

Nationale identificatie:

40531300 0000

Postadres:

Meibergdreef 9

Plaats:

Amsterdam

NUTS-code:

NL

Postcode:

1105 AZ

Land:

NL

Contactpersoon:

AMC Hoofdkantoor

Telefoon:

+31 644492417

E-mail:

e.h.wiertsema@amsterdamumc.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.amc.nl>

Adres van het kopersprofiel:

<https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=223035>

I.4) SOORT AANBESTEDENDE DIENST

Publiekrechtelijke instelling

I.5) HOOFDACTIVITEIT

- Gezondheid

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Sluiten van een aanvullende leveringsovereenkomst voor reagentia Phadia in verband met uitbreiding activiteiten van laboratorium auto immuun ziekten

Referentienummer: -

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33696000 - Reagentia en contraststoffen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Leveringen

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhands gunnen van een overheidsopdracht boven de EU drempelwaarde. Afsluiten van een overeenkomst voor aanvullende leverings van reagentia voor de Phadia in verband met uitbreiding activiteiten van laboratorium auto immuun ziekten

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen: neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde: 0,01

Munt: EUR

II.2) BESCHRIJVING

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.: -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

33696000 - Reagentia en contraststoffen

Subcategorie:

-

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:

NL NEDERLAND

Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

(aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)

In de huidige bedrijfsvoering wordt op beide locaties de auto-immuun diagnostiek en allergie diagnostiek uitgevoerd op het Phadia 250 platform inclusief de bijbehorende reagentia. (einddatum 01-01-2027; waarde 105K per jaar). De contracten tbv de auto-immuun diagnostiek van locatie AMC ondergebracht bij medische immunologie en de auto-immuun diagnostiek + allergie diagnostiek van locatie VUMC zijn verlopen.

Het Amsterdam UMC dient voor de continuering van de bedrijfsvoering de auto-immuun diagnostiek en allergie diagnostiek uit te blijven voeren.

Het is zeer onwenselijk om binnen 1 testportfolio gebruik te maken van de testen en/of apparatuur van 2 verschillende leveranciers. Dit introduceert foutgevoeligheid gevolgd door een zeer verhoogd risico voor de patiënt daar verschillende testen resulteren in verschillende normaalwaarden en een andere interpretatie behoeven

II.2.5) Gunningscriteria

-

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen:

nvt

AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) BESCHRIJVING

IV.1.1) Type procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: ja

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

Opdracht nr.: 1

Perceel nr.: -

Benaming: reantia tbv auto immuun en allergie

V.2) GUNNING VAN EEN OPDRACHT / CONCESSIEOVEREENKOMST

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:

05/07/2023

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant/concessiehouder

Officiële benaming:

Thermo Fisher Diagnostics

Nationale identificatie:

-

Postadres:

-

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

-

Land:

NL

Telefoon:

-

E-mail:

-

Fax:

-

Internetadres:

-

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst:
0,01

Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 0,01

Munt: EUR

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

-

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.3) NADERE INLICHTINGEN

Het AmsterdamUMC is voornemens om binnen 20 dagen na publicatie tot gunning aan Thermo Fisher Diagnostics over te gaan, omdat indien verandering van leverancier de aanbestedende dienst ertoe zou verplichten leveringen te verwerven met andere technische eigenschappen die niet verenigbaar zijn met de technische eigenschappen van reeds verworven leveringen. Indien u bezwaar heeft tegen deze voorgenomen gunning wordt u verzocht zich uiterlijk 26 juli 2023 vóór 17:00 uur via de email e.h.wiertsema@amsterdamumc.nl te melden bij de heer E.H. Wiertsema, inkoper laboratorium. Als dit tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol) gebeurt, is AmsterdamUMC vrij om over gaan tot verstrekken van bovengenoemde opdracht.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Het AmsterdamUMC is voornemens om binnen 20 dagen na publicatie tot gunning aan Thermo Fisher Diagnostics over te gaan, omdat indien verandering van leverancier de aanbestedende dienst ertoe zou verplichten leveringen te verwerven met andere technische eigenschappen die niet verenigbaar zijn met de technische eigenschappen van reeds verworven leveringen. Indien u bezwaar heeft tegen deze voorgenomen gunning wordt u verzocht zich uiterlijk 26 juli 2023 vóór 17:00 uur via de email e.h.wiertsema@amsterdamumc.nl te melden bij de heer E.H. Wiertsema, inkoper laboratorium. Als dit tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol) gebeurt, is AmsterdamUMC vrij om over gaan tot verstrekken van bovengenoemde opdracht.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

Rechtbank Amsterdam

Postadres:

-

Plaats:

Amsterdam

Postcode:

-

Land:

NL

E-mail:

-

Telefoon:

-

Internetadres:

-

Fax:

-

07/07/2023

I. II. IV. V. VI. D1.

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

05/07/2023

BIJLAGE D1 – ALGEMENE AANBESTEDING: MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN EEN OPROEP TOT MEDEDINGING IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE

Richtlijn 2014/24/EU

D1.1) Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden

D1.3) Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:

Het Amsterdam UMC dient voor de continuering van de bedrijfsvoering de auto-immuun diagnostiek en allergie diagnostiek uit te blijven voeren. Amsterdam UMC locatie AMC is al eigenaar van twee van de platforms waarvan er nog 1 onder contractuele bepalingen staat. Het is zeer onwenselijk om binnen 1 testportfolio gebruik te maken van de testen en/of apparatuur van 2 verschillende leveranciers. Dit introduceert foutgevoeligheid gevolgd door een zeer verhoogd risico voor de patiënt daar verschillende testen resulteren in verschillende normaalwaarden en een andere interpretatie behoeven.