

Aanbesteding: DNA Isolatie apparatuur

Aanbestedende Dienst: Erasmus MC

Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**

1 Systemen

Vraag:

In de offerte leiddraad wordt enerzijds vermeld dat er nood is aan 2 systemen en anderszijds dat de isolatie van 60 samples uit 2-4ml bloed binnen de 5 uur dienst afgehandeld te worden.

Kan u specificeren of deze doorvoer per systeem dienst gehaald te worden of is dt verspreid over de beide units?

Antwoord:

Doorvoer mag over 2 systemen verspreid worden.

Beantwoord op: 17-11-2022

Label: Inhoud