

---

## Nota van inlichtingen Europese aanbesteding voor Medische gebruik- en verbruiksartikelen en onderhoud & kalibratie

---

**Aanbesteding:** Europese aanbesteding voor Medische gebruik- en verbruiksartikelen en onderhoud & kalibratie  
**Aanbestedende Dienst:** GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch  
**Referentie:** HSCDOC-1368817716-5010

### Toelichting:

Als bijlage van deze Nota van Inlichtingen zijn toegevoegd:

- Aangepast Inschrijfbiljet;
- Concept opdrachtbrief

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                      Beschikbaar stellen bijlagen in bewerkbaar format

### Vraag:

Bent u bereid de bijlagen die Inschrijver moet invullen en ondertekenen in een bewerkbaar format beschikbaar te stellen?

### Antwoord:

Inschrijver ontvangt de bijlage in een bewerkbare versie als bijlage van deze Nota van Inlichtingen. Opdrachtgever tracht hierbij te voorkomen dat Inschrijver per abuis de verkeerd versie indient wanneer er naar de Nota van Inlichtingen nog aanpassingen plaatsvinden in het Inschrijfbiljet.

**Percelen:**                      P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:**              6 nov. 2023

**Label:**                              Inhoud

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                      Aanbestedingsdocument 2.2 Programma van Eisen

### Vraag:

Eis 26 stelt dat na gunning in afstemming met Inschrijver een SLA wordt opgesteld. Opdrachtgever ontvangt bij Inschrijving een voorbeeld SLA vanuit Inschrijver.

In Bijlage 8 Checklist is het voorbeeld SLA niet opgenomen. Kunt u aangeven of u verwacht dat Inschrijver een voorbeeld SLA aanlevert. Zo ja, waar dient Inschrijver dan toe te voegen?

### Antwoord:

U dient inderdaad een voorbeeld SLA aan te leveren. Deze als bijlage "SLA" ingediend worden bij de Inschrijving.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 3  
**Onderwerp:** Inschrijfbiljet

**Vraag:**  
Dient de inschrijver een "like-voor-like" aanbod te verstrekken of wordt verwacht de best passende oplossing voor te stellen? We merken op dat er vooral afwijkingen zijn in de hoeveelheden per doosje (bijvoorbeeld 150 stuks in plaats van 100 stuks) en de maat van de naaldencontainer. Wat is uw voorkeur met betrekking tot deze afwijkingen?

**Antwoord:**  
Opdrachtgever verwacht een aanbieding welke overeenkomt met het gevraagde in het Inschrijfbiljet. Indien het gevraagde product niet exact overeenkomt kan dit aangeboden worden onder het onderdeel "alternatief product".

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 4  
**Onderwerp:** Aanbestedingsdocument - Kwaliteitscriterium B - Duurzaamheid

**Vraag:**  
Kunt u verduidelijken hoe u 'duurzaamheid' definieert in de context van dit contract? Aangezien duurzaamheid een breed begrip is, zouden we graag meer inzicht krijgen in uw specifieke verwachtingen met betrekking tot duurzaamheid, zodat we ons antwoord kunnen afstemmen op uw vereisten.

**Antwoord:**  
Voor Opdrachtgever is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het contract. Hiertoe wordt Inschrijver gevraagd inzicht te geven op welke wijze duurzaamheid wordt toegepast op de volgende onderdelen: Transport, Producten, Personeel & Organisatie.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie  
6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
5 Aanbestedingsdocument - Kwaliteitscriterium C - Implementatie

**Vraag:**

U stelt een maximaal aantal te gebruiken pagina's van 3 A4 voor met een regelafstand van 1,5. Wij begrijpen de intentie om korte, concrete antwoorden na te streven, echter het aantal A4 dat u nu hanteert staat niet in verhouding ten aanzien het door u gevraagde. Daarom verzoeken wij u vriendelijk verruiming toe te passen. Inschrijver stelt daarom voor maximaal 5 A4 te hanteren. Gaat u met ons voorstel akkoord?

**Antwoord:**

Dit is akkoord voor Opdrachtgever.

**Perceelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
6 Prijzenblad

**Vraag:**

Bij enkele alle artikelen is de verpakkingseenheid/hoeveel per verpakkingseenheid niet duidelijk. Kunt u deze aangeven bij Regel 27 en 132?

**Antwoord:**

Regel 27, babydoekjes per 64 stuks. Regel 132, dermaplast kind per 20 stuks.

**Perceelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
7 Aanbestedingsdocument, 3.3 financile bepalingen

**Vraag:**

Aangegeven wordt dat opdrachtgever ernaar streeft om enkel bestellingen met een waarde van 50,- te plaatsen. Gaat u ermee akkoord dat inschrijver bij bestelling onder de 200,- aanvullende logistieke kosten in rekening mag brengen? Wij willen voorkomen dat er logistieke bewegingen komen voor zeer kleine besteleenheden. Omdat dit ons niet bekend is hoe vaak dit voor zal komen, zijn deze kosten lastig in te schatten voor ons.

**Antwoord:**

Nee dit is niet akkoord voor Opdrachtgever. Zoals reeds aangegeven streeft Opdrachtgever ernaar om enkel bestellingen boven een waarde van 50,- te plaatsen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
8

**Onderwerp:**  
Bijlage 6 - locaties

**Vraag:**

We zien binnen GGD Hart voor Brabant veel locatie terug met een zeer beperkte opening. De locatie Horstakker 46 in Erp is bijvoorbeeld alleen op donderdag tussen 09.00-09.45 uur geopend. Wordt er van de inschrijver verwacht dat er op donderdagen binnen deze tijden geleverd wordt of is er ruimte voor overleg en afstemmingen over de levermomenten en leverlocaties?

**Antwoord:**

Voor de locaties waarbij de openingstijden dusdanig beperkt zijn is er zeker ruimte voor overleg en afstemming met betrekking tot deze locatie(s).

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
9

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen, 2.2.12 vraag 63

**Vraag:**

Niet alle IFU's hebben een Nederlandstalige versie. Inschrijver verzoekt deze eis aan te passen naar: 'De gebruikersvoorschriften dienen in de Nederlandse of Engelse taal te zijn geschreven. Alle maten, gewichten en andere eenheden dienen te worden vermeld. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet,

waarom niet?

**Antwoord:**

Dit is akkoord voor Opdrachtgever.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Programma van Eisen, 2.2.11

**Vraag:**

Aanbestedende dienst vraagt naaldencontainers uit. Bent u bereid om aanbieders duurzamere producten met aantoonbare lagere CO2 voetafdruk, te waarderen met een hogere score?

**Antwoord:**

Nee, duurzaamheid is een separaat sub gunningscriterium van het aanbestedingsdocument. Binnen de eisen wordt geen fictieve korting gegeven. Het onderdeel kwaliteit geeft wel ruimte voor het behalen van een score en bijbehorende fictieve korting.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Programma van Eisen, 2.2.11 vraag 52

**Vraag:**

U eist UN2814. Deze norm is niet van toepassing op naaldencontainers en de UN3291 volstaat hierin. Inschrijver verzoekt UN2814 uit de eis te verwijderen. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan?

**Antwoord:**

Dit is akkoord voor Opdrachtgever.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 12                      **Onderwerp:** Programma van Eisen, 2.2.9 vraag 39

**Vraag:**  
Niet alle IFU's hebben een Nederlandstalige versie. Inschrijver verzoekt deze eis aan te passen naar: 'De gebruikersvoorschriften dienen in de Nederlandse of Engelse taal te zijn geschreven. Alle maten, gewichten en andere eenheden dienen te worden vermeld. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, waarom niet?'

**Antwoord:**  
Zie antwoord vraag 9.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 13                      **Onderwerp:** Programma van Eisen, 2.2.1 vraag 7

**Vraag:**  
Aanbestedende dienst eist dat alle producten dienen te voldoen aan de MDR wetgeving. Aangezien er nu een overgangperiode is van MDD naar MDR, zijn beide nog van toepassing. Daarnaast staan er producten in de uitvraag die geen Medical Device zijn. Is aanbestedende dienst bereid eis 2.2 aan te passen naar: 'Alle aangeboden Medical Devices voldoen aan de MDR of MDD? Inschrijver is verplicht dit aan te tonen indien Opdrachtgever het noodzakelijk acht om hiervoor de betreffende bewijslast op te vragen. Zo niet, hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan?'

**Antwoord:**  
Alle aangeboden Medical devices dienen te voldoen aan de MDR. De overgangperiode loopt af op 26 mei 2024 waardoor de MDD niet meer van toepassing is. De overeenkomst start op 1 juni 2024 waardoor betreffende eis is opgenomen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 14                      **Onderwerp:** Algemeen

**Vraag:**

Kunt u de omzet en afnamecijfers per locatie delen? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

Nee, de aantallen welke in het Inschrijfbiljet staan aangegeven zijn afgeleid van gegevens van afgelopen jaren. Dit is dus al een goede indicatie van de afname cijfers van de betreffende organisaties. Tevens kan Inschrijver geen rechten ontlenen aan deze aantallen. Deze gegevens zijn voldoende voor het indienen van een kwalitatief goede Inschrijving.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen

P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

4.5.3 - kwaliteit

**Vraag:**

Kunt u aangeven hoe de puntentelling van de aangegeven beoordelingscijfers zich verhoudt tot de percentages van de kwaliteitscriteria en kunt u daar een voorbeeld bij geven?

**Antwoord:**

0=0% fictieve korting, 3=30% fictieve korting 6=60% fictieve korting 10=100% fictieve korting. Dit als voorbeeld bij perceel 1, webshop met een fictieve waarde van 120.000 euro. Betreft 10 punten een fictieve korting van 120.000 euro, 6 punten een fictieve korting van 72.000 euro, 3 punten een fictieve korting van 36.000 euro en 0 punten een fictieve korting van 0 euro.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen

P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

4.5.3 / nadere beschrijving gunningscriteria - noot

**Vraag:**

Aangegeven wordt dat het voor inschrijver mogelijk is om op het inschrijfbiljet een alternatief artikel aan te bieden in tegenstelling tot het gevraagde product. Daarnaast wordt aangegeven dat - indien bij het testen van dit product- blijkt dat het niet als een gelijkwaardig product functioneert inschrijver het gevraagde product dient te leveren tegen de prijs van het

aangeboden alternatief. Dit is voor inschrijvers niet realistisch omdat de daadwerkelijke aanbidding hierdoor uiteindelijk heel anders kan uitvallen op basis van subjectiviteit van het beoordelingsteam. Is aanbestedende dienst bereid dit aan te passen? Zo niet, kunt u dan expliciet vermelden hoe en op welke specificaties getest wordt?

**Antwoord:**

Gelijkwaardigheid heeft betrekking op product samenstelling en prestatie-eisen en dient bij inschrijving expliciet te worden vermeld en schriftelijk aantoonbaar en gemotiveerd te zijn door Inschrijver, door middel van het indienen van een product specificatie (waaruit in ieder geval de product samenstelling en prestatie-eisen blijken) per gelijkwaardig product. Hierbij is van belang dat gelijkwaardigheid is toegestaan mits het compatibel is met de aanwezige medical devices.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
17

**Onderwerp:**  
Programma van Eisen, eis 31

**Vraag:**

Aangegeven wordt dat bestellingen besteld voor 12:00 uur de volgende werkdag geleverd moeten worden. Gaat u ermee akkoord dat er in reguliere situaties 1 werkdag tussen bestelling en uitlevering zit? Dus maandag voor 12:00 uur bestellen is woensdag leveren. Uitzonderingen hierop kunnen spoedleveringen zijn indien een locatie een of meerdere artikelen sneller nodig heeft.

Indien u hier niet mee akkoord gaat kan inschrijver wellicht geen aanbidding doen. Bent u bereid deze eis aan te passen? Wij hanteren vaste afleverdagen (in overleg met opdrachtgever) en zijn hier zeer flexibel in zodat er nooit mis wordt gegrepen. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan?

**Antwoord:**

Dit is akkoord voor Opdrachtgever mits er niet gevraagd wordt naar een specifiek later tijdstip voor levering en/of spoedlevering.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

18

Bijlage 6

**Vraag:**

In bijlage 6 staan de locaties weergegeven, leest inschrijver het goed dat het om uitlevering op 67 locaties gaat? Zo niet, om hoeveel locaties gaat het en kunt u dit specificeren per perceel?

**Antwoord:**

Dit is inderdaad correct. Locaties kunnen niet gespecificeerd worden per perceel, Inschrijver mag er vanuit gaan dat deze locaties voor alle percelen van toepassing betreft.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Algemene vraag

**Vraag:**

Kunt u aangeven wat de omzetwaarde per perceel was in 2021 en 2022? Zo niet, waarom niet?

**Antwoord:**

Nee, Opdrachtgever ziet geen toegevoegde waarde om dit te delen inzake de Inschrijving.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Prijzenblad

**Vraag:**

Inschrijver merkt op dat er artikelen tussen staan van van Wiechen (Mediost /Inventis). De huidige leverancier Mediost/Daxtrio wil echter enkel aan de eindklant leveren en niet aan een groothandel. Kunt u aangeven of er voor deze artikelen een vergelijkbaar alternatief mag worden gebruikt an aangegeven waarop toetsing plaats vindt bij deze vergelijkbare artikelen? Zo niet, kunt u de artikelen dan verwijderen uit het prijzenblad, daar deze niet door Inschrijver(s) geleverd kunnen worden en partijen hiermee automatisch

worden uitgesloten?

**Antwoord:**

Dit is correct, de van Wiechen artikelen zijn verwijderd uit het Inschrijfbiljet. Een nieuwe versie is als (bewerkbare) bijlage toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
21

**Onderwerp:**  
Prijzenblad

**Vraag:**

Kunt u huidige leveranciers artikelnummers toevoegen in het Inschrijfbiljet?  
Dit maakt het makkelijker het juiste artikel te traceren/specificeren

**Antwoord:**

Nee dit is niet akkoord voor Opdrachtgever. De producten zijn reeds volledig gespecificeerd waardoor deze makkelijk te traceren moeten zijn.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
22

**Onderwerp:**  
Concept overeenkomst, indexering, blz 3

**Vraag:**

Aangegeven wordt dat er pas per 1 juni 2025 een prijsverhoging mag plaatsvinden. Dit brengt een groot risico voor inschrijvers met zich mee en heeft wellicht een nadelig effect op de aanbiedingen. Grondstof- en transportprijzen van een aantal artikelen blijven onzeker en onstabiel, waardoor de inkooprijzen gedurende het jaar sterk fluctueren. De gehanteerde indexatiemethode is daarmee niet in verhouding met de werkelijke fluctuaties op de grondstoffenmarkt. Bent u ermee akkoord dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever bij significante prijswijzigingen (meer of minder dan 5%) in overleg treden over alternatieven en/of aanpassing van condities ?

**Antwoord:**

Bij onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Opdrachtnemer, kan

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzoeken de prijzen die direct geraakt worden door en betrekking hebben op de onvoorziene omstandigheden te wijzigen. Partijen treden in dat geval met elkaar in overleg en leggen de wijziging schriftelijk vast. Het doel van dit overleg is te komen tot voortzetting van de opdracht, waarbij de voorwaarden, condities en prijzen zoveel mogelijk gestand worden gedaan zoals vermeld in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken, respectievelijk de Inschrijving van Opdrachtnemer. Condities, voorwaarden en prijzen die niet getroffen worden door de onvoorziene omstandigheden blijven ongewijzigd in stand. Opdrachtnemer zal de onvoorziene omstandigheden en de invloed daarvan op deze opdracht aan dienen te tonen en het effect op de bedrijfsvoering met cijfers te onderbouwen. Bij het verzoek dient een specificatie te worden gevoegd van de reeds geldende tarieven en de nieuw voorgestelde tarieven. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om niet met de voorgestelde prijswijziging akkoord gegaan. Opdrachtgever behoudt zich tevens het recht voor de voorgestelde prijswijziging te laten toetsen door een daartoe bevoegde onafhankelijke organisatie.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
23

**Onderwerp:**  
Ondertekening / Aanbestedingsdocument, blz 10

**Vraag:**  
Inschrijver heeft volgens de KvK meer dan 1 bestuurder. In de statuten is opgenomen dat minimaal 2 bestuurders moeten tekenen, wil het document rechtsgeldig ondertekent zijn. Gaat u ermee akkoord dat deze bestuurders van de inschrijver een volmacht verklaring ondertekenen waarbij deze akkoord verklaren dat de gemachtigde inschrijver alle documenten in de inschrijving en de inschrijving in totaliteit alleen ondertekent?

**Antwoord:**  
Dit is akkoord voor Opdrachtgever.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
24

**Onderwerp:**  
waarde

**Vraag:**

Kunt u een indicatie geven van de huidige waarde van de percelen?

**Antwoord:**

Nee, gezien de covid afname is deze informatie niet representatief.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
Purchase to pay applicatie

**Vraag:**

"Er bestaat een mogelijkheid (gedurende de looptijd van het contract) dat de purchase-to-pay applicatie wordt vervangen door een ander systeem. Indien dit het geval betreft dient hier met dezelfde eisen rekening gehouden te worden zoals hierboven omschreven."

Betekent dit dat de aanbieder nogmaals de kosten moet betalen, indien u uw applicatie vervangt?

**Antwoord:**

Nee deze kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Wel wordt van opdrachtnemer verwacht dat zij alle medewerking verleend en mogelijke kosten voor ureninzet vanuit opdrachtnemer voor eigen rekening neemt.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Bijlage 9

**Vraag:**

3. Bijlage 9: er is geen sprake van een minimale orderwaarde dit is in ons geval ook niet van toepassing, echter in uw testaccount zal het systeem nog een bedrag laten zien als er onder een X bedrag wordt besteld Dit bedrag wordt echter voor uw organisatie uiteindelijk NIET berekend (gezien het KO karakter van de vraag vandaar deze opmerking).

**Antwoord:**

Indien dit in de liveomgeving is opgelost dan is dit akkoord voor opdrachtgever. Let op, het betreft een KO karakter als zijnde dat u minder fictieve korting ontvangt op dit onderdeel! Mocht dit in de live omgeving, na

gunning, niet werkend zijn, wordt dit gezien als het niet naleven van de overeenkomst en kan dit leiden tot het ontbinden van het contract.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Uitvoering

**Ref.nr.** 27  
**Onderwerp:** Eis 43

**Vraag:**

4. Eis 43: levertijd zichtbaar van ieder afzonderlijk product in ons geval toont de website altijd de voorraadhoeveelheid voor al onze gecontracteerde klanten zorgen wij voor voorraad in ons magazijn. Als de voorraad boven 0 is en deze vandaag vr 15h wordt besteld dan wordt deze de volgende dag geleverd vandaar staat deze niet nogmaals specifiek benoemd op de website zelf (wel in de kwalitatieve stukken die apart worden ingeleverd) is dit voldoende?

**Antwoord:**

Nee dit is niet voldoende gezien de besteller niet op de hoogte is van deze informatie.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Proces

**Ref.nr.** 28  
**Onderwerp:** Wiechen producten

**Vraag:**

Inschrijver merkt op dat er artikelen tussen staan van van Wiechen (Mediost). De huidige leverancier Mediost/Daxtrio wil echter enkel aan de eindklant leveren en niet aan andere medische groothandels. Inschrijver verzoekt aanbestedende dienst deze artikelen te verwijderen uit de aanbesteding om zo een eerlijk vergelijk tussen de verschillende aanbieders te doen.

**Antwoord:**

Zie hiervoor antwoord op vraag 20.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
29

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument pagina 25 - 4.5.5

**Vraag:**

Onder punt 2 van Perceel 3 Kalibratie vraagt aanbestedende dienst om een keurmeester gecertificeerd door het NMI. In hoeverre is het aantoonbaar hebben van deze certificaat een harde eis? Is bewust van of bekend zijn met deze ook voldoende? Zijn certificaten van gekalibreerde ijkgewichten niet voldoende de correctheid van de meetresultaten te waarborgen?

Graag uw toelichting dan wel aanpassing van deze eis.

**Antwoord:**

Dit betreft inderdaad een harde eis.

**Perceelen:** P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
30

**Onderwerp:**  
Bijlage 9 - Test account

**Vraag:**

Item 4: opstarten startpagina webshop.  
Bedoelt aanbestedende dienst hiermee dat de gebruiker na inloggen direct in de bestellijst komt?  
De wens is voor inschrijver onduidelijk. Kunt u dit nader toelichten?

**Antwoord:**

Dit is inderdaad correct.

**Perceelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
31

**Onderwerp:**  
Prijzenblad

**Vraag:**

Inschrijver merkt op dat er Beenlengtecorrectie plankjes worden uitgevraagd (Mediost/Inventis). De huidige leverancier Mediost/Daxtrio wil echter enkel aan de eindklant leveren en niet aan een groothandel. Kunt u aangeven of er voor deze artikelen een vergelijkbaar alternatief mag worden gebruikt

waarop toetsing plaats vindt bij deze vergelijkbare artikelen? Zo niet, kunt u de artikelen dan verwijderen uit het prijzenblad, daar deze niet door Inschrijver(s) geleverd kunnen worden en partijen hiermee automatisch worden uitgesloten?

**Antwoord:**

Ja deze mogen worden aangeboden onder het onderdeel "alternatief product".

**Percelen:** P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
32

**Onderwerp:**  
Prijzenblad

**Vraag:**

Perceel 2: kunt u meer informatie verstrekken over de (toepassing van) Thermometer Maximum Minimum Digitaal?

**Antwoord:**

Het dient een thermometer te zijn welke de maximum en de minimum temperatuur over een bepaalde periode aangeeft. Daarnaast dient ook de huidige temperatuur zichtbaar te zijn.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
33

**Onderwerp:**  
Prijzenblad

**Vraag:**

Perceel 2: Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de weegschalen moeten voldoen aan de Metrologiewet ijkklasse III?

**Antwoord:**

Ja dit is correct.

**Percelen:** P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

34 Prijzenblad

**Vraag:**

Het product dat wordt gevraagd in rij 11 van het inschrijfbiljet (BD Eclipse Veiligheidsnaald 20G 0,9x40mm geel) is niet meer leverbaar vanuit de fabrikant. Het kan zijn dat er nog batches in de markt in omloop zijn, maar er worden geen nieuwe producten meer geproduceerd. Hoe dienen inschrijvers hiermee om te gaan?

**Antwoord:**

Graag een alternatief product aanbieden onder het tabblad "alternatief product".

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
35 Prijzenblad

**Vraag:**

In het prijzenblad worden latex handschoenen uitgevraagd. Inschrijver merkt op dat latex handschoenen in steeds meer instellingen uit het assortiment worden gehaald in verband met verhoogd risico op allergien en worden vervangen door nitril onderzoekshandschoenen. Inschrijver ziet de nitril handschoenen als een volwaardig en gelijkwaardig alternatief. Gaat aanbestedende dienst ermee akkoord nitril handschoenen aan te bieden in plaats van de latex handschoenen?

**Antwoord:**

Dit is akkoord voor Opdrachtgever.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
36 Prijzenblad

**Vraag:**

Als Inschrijver een alternatief product aanbiedt met een andere verpakking dat het huidige product: hoe dienen inschrijver hiermee om te gaan?

**Antwoord:**

De verpakking is niet relevant als de inhoud verder min of meer gelijk is.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument 2.2 Programma van Eisen

**Vraag:**

In eis 23 is nu bepaald dat de prijs van een eventueel alternatief artikel niet mag afwijken. Echter, voor het stopzetten van producten (en eventuele alternatieven) zijn wij afhankelijk van onze leveranciers en wij kunnen dus niet op voorhand contractueel garanderen dat we altijd een alternatief voor dezelfde prijs kunnen leveren. Wij verzoeken daarom het volgende aan deze eis toe te voegen: "Indien het hanteren van dezelfde prijs niet mogelijk en/of redelijk is, zullen Partijen in overleg treden met als doel om een voor beide Partijen acceptabele oplossing te zoeken. Indien partijen onverhoeds geen overeenstemming bereiken over de kosten van de gewijzigde producten, is elke partij gerechtigd de betreffende producten waarover geen overeenstemming bestaat uit de Overeenkomst te halen. Daarnaast staat het Opdrachtgever vrij de betreffende producten bij een derde af te nemen." Wij horen graag of dit akkoord is.

**Antwoord:**

Dit is akkoord voor Opdrachtgever.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
38

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument 2.2 Programma van Eisen

**Vraag:**

In eis 24 is nu bepaald dat als inschrijver niet in staat is om de afgesproken producten binnen de afgesproken levertermijn te leveren, de producten bij een andere leverancier morgen worden afgenomen. Begrijpen wij hier uit dat er dus sprake is van exclusiviteit met betrekking tot de producten die onderdeel uitmaken van de aanbesteding en dat die exclusiviteit (enkel) vervalt als de producten niet of niet op tijd geleverd kunnen worden?

**Antwoord:**

Dit is inderdaad correct. Dit geldt voor de producten welke opgenomen staan binnen deze aanbesteding.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
39

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument 2.2 Programma van Eisen

**Vraag:**

In eis 26 staat dat na gunning een SLA wordt opgesteld. Bij inschrijving zouden we een voorbeeld ontvangen. Aangezien dit document niet voor inschrijving is ontvangen en niet bekend is wat hierin staat, gaan wij ervan uit dat dit document dus bij een eventuele gunning nog open staat voor onderhandeling/discussie. Graag vernemen wij of dit correct is. Graag vernemen wij of dit correct is. Zo niet, dan ontvangen wij graag voor inschrijving dit document, incl. de mogelijkheid om hierover vragen te stellen.

**Antwoord:**

Opdrachtgever verwacht een voorbeeld SLA vanuit Inschrijver, deze dient als bijlage opgenomen te worden bij de Inschrijving. Uiteraard wordt de inhoud van deze SLA na gunning in overleg met Inschrijver verder vorm gegeven.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
40

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument 2.2 Programma van Eisen

**Vraag:**

In eis 33 is opgenomen dat dat inschrijver zonder toedoen van derden besluit een product niet meer te leveren, de opdrachtgever gerechtigd is dit product bij een derde af te nemen en dat een eventueel nadelig prijsverschil gecompenseerd moet worden. Wat wordt er bedoeld met zonder toedoen van derden? Als bijvoorbeeld een leverancier van een bepaald product zijn prijzen dusdanig verhoogt dat de producten niet meer rendabel zijn en we besluiten te stoppen met dit product, is dit dan met of zonder toedoen van derden? En hoe zit het in de situatie dat we met een leverancier van een bepaald product er niet uitkomen in de contractsonderhandelingen waardoor geen nieuw contract wordt gesloten en wij het product niet meer leveren, is

dat dan met of zonder toedoen van derden? Graag ontvangen wij een nadere toelichting, inclusief enkele concrete voorbeelden.

**Antwoord:**

Toedoen door derden betreft het besluit van een derden. Indien een toeleverancier een product dusdanig hoog prijst en het hierdoor niet meer rendabel is om af te nemen ziet Opdrachtgever dit als toedoen van derden. Indien een contractonderhandeling niet naar tevredenheid wordt uitgevoerd en hierdoor wordt besloten om te stoppen met deze leverancier betreft dit een keuze vanuit Inschrijver en valt dit niet binnen het kader "toedoen door derden".

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
41

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument 2.2 Programma van Eisen

**Vraag:**

Eis 33 is niet erg concreet en staat daardoor open voor discussie. Kan dit artikel niet in zijn geheel gewijzigd worden, bijvoorbeeld als volgt: "Indien Inschrijver een product niet meer kan leveren, zullen Partijen in overleg treden over eventuele alternatieven, met als doel om een voor beide Partijen acceptabele oplossing te zoeken. Indien er geen alternatief voor dezelfde prijs beschikbaar is, of als partijen onverhoeds geen overeenstemming bereiken over een eventueel prijsverschil met betrekking tot een alternatief product, is elke partij gerechtigd de betreffende producten die niet meer leverbaar zijn en waarover geen overeenstemming bestaat over een alternatief, uit de Overeenkomst te halen. Daarnaast staat het Opdrachtgever vrij de betreffende producten bij een derde af te nemen." Wij horen graag of dit akkoord is.

**Antwoord:**

Nee dit is niet akkoord voor Opdrachtgever.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
42

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument 2.2 Programma van Eisen

**Vraag:**

Eis 34 bepaalt dat bij een eventuele recall de inschrijver de herroepen goederen direct dient te vervangen door een product dat overeenstemt met de eisen. Helaas blijkt in de praktijk dat er niet altijd een alternatief product beschikbaar is (of dit nu van dezelfde producent of een andere product is). Wij verzoeken daarom aan deze eis toe te voegen, dat er een alternatief product dient te worden geleverd voor zover een dergelijk product beschikbaar is. Wij vernemen graag of dit akkoord is.

**Antwoord:**

Dit is akkoord voor Opdrachtgever mits Inschrijver dit aantoonbaar kan maken.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 3.1 Overeenkomst

**Vraag:**

In artikel 3.1 van de leidraad staat dat de opdracht wordt vastgelegd door middel van een Opdrachtbrief. De opdrachtbrief zou ook gelijk de raamovereenkomst zijn. Aangezien dit document niet voor inschrijving is ontvangen en niet bekend is wat hierin staat, gaan wij ervan uit dat dit document dus bij een eventuele gunning nog open staat voor onderhandeling /discussie. Graag vernemen wij of dit correct is. Zo niet, dan ontvangen wij graag voor inschrijving dit document, incl. de mogelijkheid om hierover vragen te stellen.

**Antwoord:**

Zie als bijlage een voorbeeld van deze Opdrachtbrief van deze overheidsopdracht.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

44

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 3.1.3 Optie tot verlenging van de Overeenkomst

**Vraag:**

Volgens de aanbestedingsleidraad kan de overeenkomst na afloop van de initiale termijn nog 2 keer verlengd worden. Betekent dit dat de aanbestedende dienst eenzijdig kan besluiten tot een verlenging, of moet dit artikel zo worden gelezen dat de opdrachtnemer hier ook zijn goedkeuring voor moet geven? Uiteraard geeft wederzijdse goedkeuring minder onzekerheid voor de inschrijver, wat terug zal komen in de prijzen.

**Antwoord:**

Zoals aangegeven in het aanbestedingsdocument dient Inschrijver, indien deze gebruik wenst te maken van de verlengingsoptie, dit 8 maanden voor afloop van de contractperiode schriftelijk kenbaar te maken. Het betreft hier dus wederzijdse goedkeuring.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
45

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 3.3.3 Indexering

**Vraag:**

Er is nu enkel indexatie van de prijzen mogelijk, terwijl de markt nog steeds erg onstabiel is. In dit kader stellen wij voor de volgende bepalingen op te nemen:

Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, ten gevolge waarvan een partij van mening is dat ongewijzigde instandhouding van de overeengekomen voorwaarden (waaronder de overeengekomen prijzen) niet mag worden verwacht, zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de gevolgen hiervan, met als doel om een voor beide Partijen acceptabele oplossing te vinden, binnen de kaders die de Aanbestedingswet hiervoor biedt. Indien Partijen niet binnen een redelijke termijn een voor beide Partijen acceptabele oplossing vinden, dan is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van minimaal 1 maand. Wij vernemen graag of dit akkoord is.

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 22.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

46

**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 3.3.3 Indexering

**Vraag:**

Indexatie is nu enkel mogelijk na instemming van de aanbestedende dienst. Op welke gronden zou de aanbestedende dienst die instemming kunnen onthouden?

**Antwoord:**

Indien indexeringen niet conform afspraak of marktconform zijn.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen

P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen

P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:**

6 nov. 2023

**Label:**

Inhoud

**Ref.nr.**

47

**Onderwerp:**

VNG Voorwaarden

**Vraag:**

Artikel 13 van het addendum bij de VNG voorwaarden bepaalt dat er geen sprake is van overmacht in geval van (o.a.) staking van personeel, gronstoffentekort, transportproblemen, tekortkomingen of niet-nakoming van de verplichtingen van toeleveranciers. Dit zijn echter allemaal gevallen die buiten de directe invloedssfeer van de contractant liggen en daarmee is het zeer onredelijk dat dit niet als overmacht zou kwalificeren (en overigens ook niet in lijn met de wettelijke bepaling over overmacht). Wij verzoeken daarom dit artikel aan te passen en de hiervoor genoemde gevallen dus uit dit artikel te verwijderen. Wij vernemen graag of dit akkoord is.

**Antwoord:**

Staking van personeel, transportproblemen en tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers worden niet uit artikel 13.2 van het Addendum van de toepasselijke inkoopvoorwaarden verwijderd. Wel maakt Opdrachtgever hier een nuancering in. Het gaat om transportproblemen en tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen van toeleveranciers wegens controleerbaar menselijk toedoen. Enkele voorbeelden: als een toeleverancier eigen voorraad niet op orde heeft, waardoor dit niet kan worden uitgeleverd aan leverancier en diens klanten, dan is dit geen overmacht situatie. Als er bijvoorbeeld een landelijke terugroep actie is van een bepaald product, waardoor dit product niet meer te verkrijgen is, dan is dit wel een overmacht situatie. Grondstoffentekort wordt wel verwijderd uit dit artikel.

**Percelen:**

P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen

P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
48 VNG Voorwaarden

**Vraag:**

Artikel 14.1 van de VNG voorwaarden is nu erg ruim en daarmee niet proportioneel. Hierin is opgenomen dat de contractant de gemeente vrijwaart tegen aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst of het gebruik van de geleverde goederen. Dit zou betekenen dat de Contractant ook aansprakelijk is voor schade van derden als er niets mis is met de geleverde producten, maar de aanbestedende dienst de producten bijvoorbeeld verkeerd gebruikt. Graag ontvangen wij een bevestiging dat deze bepaling zo wordt uitgelegd dat eventuele aanspraken van derden enkel voor vergoeding in aanmerking komen, indien de schade is veroorzaakt door een door de Contractant geaccepteerd gebrek in een door hem geleverde goederen of het door de Contractant toerekenbaar niet tijdig of niet volledig nakomen van enige materiele verplichting uit de Overeenkomst. Wij horen graag of dit akkoord / juist is.

**Antwoord:**

Dit is niet akkoord, derden die een aanspraak willen maken op een schadevergoeding kunnen dit ook enkel op de in de wet gestelde gronden (aansprakelijkheidsbepalingen in het burgerlijk wetboek).

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Juridisch

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
49 VNG Voorwaarden

**Vraag:**

Artikel 14.5 van het addendum bij de VNG voorwaarden bepaalt dat de contractant aansprakelijk is voor schade van de Gemeente () die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de wederpartij. Wordt er met wederpartij de Contractant bedoeld? Zo niet, zou dit artikel dan kunnen worden uitgelegd en meer specifiek, wie is dan de wederpartij?

**Antwoord:**

Met wederpartij wordt inderdaad contractant bedoeld.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

50

**Onderwerp:**

VNG Voorwaarden

**Vraag:**

Artikel 14.7 van addendum bij de VNG voorwaarden bepaalt dat de maximering van de aansprakelijkheid zoals opgenomen onder 14.6 vervalt in het geval van aanspraken van derden. Dit is totaal niet marktconform en ongebruikelijk. Wij verzoeken dit artikel buiten toepassing te verklaren en vernemen graag of dit akkoord is.

**Antwoord:**

Dit is niet akkoord voor Opdrachtgever. In het door u genoemde geval, is geen sprake van onbeperkte of ongelimiteerde aansprakelijkheid; ook hiervoor blijven immers de beperkingen van het BW gelden.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**

51

**Onderwerp:**

VNG Voorwaarden

**Vraag:**

Artikel 21.1 van de VNG voorwaarden bepaalt nu dat de eigendom overgaat op het moment van aflevering. In het kader van de proportionaliteit en ter bescherming van de rechten van de leverancier, stellen wij voor om artikel 21.1 als volgt te wijzigen:

"De eigendom van de geleverde Prestaties gaat pas over nadat volledige betaling van de met de Prestaties corresponderende factuur door de Contractant is ontvangen

Zolang op de geleverde goederen nog een eigendomsvoorbehoud van Contractant rust, heeft Gemeente niet de bevoegdheid om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden, te bezwaren of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over

deze goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven. De Gemeente is wel bevoegd om in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening over de geleverde Prestaties te beschikken. Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud is Contractant gerechtigd de geleverde zaken terug te halen."

Wij vernemen graag of dit akkoord is.

**Antwoord:**

Akkoord, mits Opdrachtgever in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening over de aangekochte producten kan beschikken n gebruiken.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
52

**Onderwerp:**  
VNG Voorwaarden

**Vraag:**

In artikel 4.5 van de VNG voorwaarden is opgenomen: De Contractant vrijwaart de Gemeente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd.

Graag ontvangen wij een bevestiging dat dit artikel zo wordt uitgelegd dat deze vrijwaring uiteraard enkel van toepassing is als de boete of bestuurlijke sanctie wordt opgelegd door een handelen of nalaten van de Contractant (en dus niet als deze wordt opgelegd door handelen of nalaten van de aanbestedende dienst).

**Antwoord:**

Dit is inderdaad akkoord.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie

**Beantwoord op:** 6 nov. 2023

**Label:** Juridisch

**Ref.nr.**  
53

**Onderwerp:**  
Aanbestedingsdocument 4.5.3 Nadere beschrijving gunningscriteria

**Vraag:**

In de aanbestedingsdocumenten staat vermeld dat inschrijvers de mogelijkheid hebben om een alternatief product aan te bieden in plaats van het gevraagde product. Echter, als na het testen blijkt dat het alternatieve product niet als gelijkwaardig wordt beschouwd, worden we verplicht het gevraagde product tegen de prijs van het aangeboden alternatief te leveren.

We willen graag verduidelijking over dit punt om een goed begrip te hebben van de mogelijke financiële gevolgen van het aanbieden van alternatieven. Is het mogelijk om specifieker te definiëren wat als "niet gelijkwaardig" wordt beschouwd? Zijn er objectieve criteria die worden gebruikt om deze beoordeling te maken? En wordt de inschrijver betrokken bij deze beoordeling voordat de verplichting tot levering tegen de prijs van het alternatief wordt opgelegd?

**Antwoord:**

Zie antwoord op vraag 16. Als toevoeging op deze vraag, inschrijver wordt niet betrokken bij deze beoordeling. De beoordeling vindt plaats op een objectieve en deskundige wijze.

**Percelen:** P1 Perceel 1 - Medische verbruiksartikelen  
P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
54

**Onderwerp:**  
Kalibratie

**Vraag:**

U vraagt onderhoud (kalibratie) uit voor de audiometers. Wij vermoeden dat dit gaat om audiometers van Oscilla en Inventis - geleverd door Medios. De software voor het kalibreren is niet vrij beschikbaar waardoor slechts alleen Medios in staat is de kalibratie hiervan uit te voeren. Hiermee sluit u alle andere deelnemers aan de aanbesteding op voorhand uit. Wij verzoeken u om de kalibratie van de audiometers uit de aanbesteding te halen.

**Antwoord:**

Dit is voor Opdrachtgever niet bekend. Graag ontvangen we voor de tweede nota van inlichtingen bewijslast dat dit inderdaad enkel door Medios uitgevoerd kan worden.

**Percelen:** P3 Perceel 3 - Onderhoud & Kalibratie  
**Beantwoord op:** 6 nov. 2023  
**Label:** Inhoud