
Nota van inlichtingen Europese aanbesteding voor Medische gebruik- en verbruiksartikelen en onderhoud & kalibratie

Aanbesteding: Europese aanbesteding voor Medische gebruik- en verbruiksartikelen en onderhoud & kalibratie
Aanbestedende Dienst: GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Referentie: HSCDOC-1368817716-5010

Toelichting:

Derde Nota van Inlichtingen:
-Perceel 2
-Audiometers

Ref.nr. **Onderwerp:**
61 Extra vraag Audiometers P2

Vraag:

In perceel 2 worden de audiometers van Inventis en Oscilla uitgevraagd (regel 10, 11, 12). Wij hebben begrepen dat deze modellen landelijk de standaard zijn binnen de GGDs. Deze meters worden echter slechts door 1 partij geleverd (en onderhouden). Refererend aan het antwoord in NVI 2 (ref 58): graag ontvangen wij de eisen en wensen waaraan een alternatief systeem moet voldoen zodat er een vergelijkbaar alternatief systeem kan worden aangeboden dat aan de eisen voldoet.

Indien dit niet mogelijk is: hoe gaat u ermee om als een alternatief systeem niet door de gebruikerstest heen komt en inschrijver het originele systeem niet kan aanbieden?

Antwoord:

U kunt in dit geval een alternatief artikel aanbieden. Dit dient gelijkwaardig te zijn met de uitgevraagde artikelen in samenstelling en prestatie-eisen.

Indien een alternatief systeem niet door de gebruikerstest heen komt en Inschrijver kan aantonen het originele systeem niet kan aanbieden dan is Opdrachtgever gerechtigd het systeem elders af te nemen.

Percelen: P2 Perceel 2 - Medische gebruiksartikelen
Beantwoord op: 21 nov. 2023
Label: Inhoud