



Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Nota van Inlichtingen

Automated Immunostainer

t.b.v. het Nederlands Forensisch Instituut

Kenmerk : JvH/2023-02/NFI
Datum : 2-8-2023
Versienummer : 1

Nota van Inlichtingen

Het IUC DJI heeft 5 vragen ontvangen.

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen is bindend en maakt deel uit van de Aanbestedingsstukken. Deze Nota van Inlichtingen is gepubliceerd op www.tenderned.nl en is daarmee beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden van deze aanbesteding.

**Houd u rekening met het tijdig aanvragen van de Gedragsverklaring aanbesteden (GVA) ook voor eventuele derde(n) en/of leden in het kader van een samenwerkingsverband.
Voor meer informatie: paragraaf 2.12 Beschrijvend document.**

VRAGEN OVER HET PROGRAMMA VAN EISEN (BIJLAGE 1)				
NR.	§	BLZ.	VRAAG	ANTWOORD OPDRACHTGEVER
1.	1	3	Met betrekking tot de eisen ten aanzien van de opdracht, eis nr 3 & 4 (en verder); wie is in uw opzet de leverancier? Is dit de producent van de producten ofwel de verdeler van de producten (uw tussenpersoon) ?	De Leverancier is de wederpartij van de Koper. Met de Leverancier zal een Overeenkomst worden gesloten. De aanneming van de aanbestedende dienst is dat in uw bewoording de Leverancier de verdeler van de producten zal zijn.
2.	1	3	Eisnummer 5 Hoewel u aangeeft dat u 2 onderhoudsbeurten wenst, heeft het aangeboden systeem volgens technische specificaties slechts 1 keer per jaar een preventieve onderhoudsbeurt nodig. Kunt u akkoord gaan met 1 onderhoudsbeurt?	Daar gaat Koper niet mee akkoord. De eis van minimaal 2 onderhoudsbeurten (preventief onderhoud) per jaar blijft gehandhaafd.
3.	2	4	Eisnummer 22 en 24 De reagentia voor het systeem zijn verpakt in potjes met RFID waarin alle benodigde informatie over dat specifieke product (naam reagens, volume, lotnummer, expiratedatum) aan het systeem wordt doorgegeven. 2D barcoding wordt gebruikt op de stickers op de glaasjes. Is RFID op de potjes in plaats van een 2D barcode op de potjes toegestaan?	Ja, dit is toegestaan zolang Track&Trace van de reagentia gewaarborgd blijft.
4.	2	4	Eisnummer 27. Wij gaan ervan uit, dat een connectie met LIMS al bij de installatie gerealiseerd wordt. Hoe belangrijk acht u het, dat deze connectie pas in een later stadium tot stand komt?	Uw aanneming kan Koper niet bevestigen. LIMS is op dit moment nog niet gerealiseerd. Het systeem moet ook stand-alone kunnen draaien, zodat de LIMS connectie op een later moment tot stand kan worden gebracht (samenwerking Leverancier en LIMS-leverancier).
5.	2	5	Eisnummer 30 Het aangeboden systeem wordt met een PC (laptop) geleverd. De bij u aanwezige PC is van een ander merk met een andere aansturingsoftware. Uw huidige leverancier zou een connectie met een ander instrument (inclusief installatie van andere aansturingsoftware) niet accepteren. Wij leveren graag een volledige oplossing, welke op elkaar is afgestemd voor de beste performance. Zijn wij correct in de aanneming dat u dit laatste is wat u wenst?	Indien de bestaande APC niet geïntegreerd kan worden in uw oplossing of een APC van Koper is geen mogelijkheid, dan dient Leverancier te zorgen voor de apparatuur. Leverancier dient een goed werkend systeem op te leveren. Zie ook eis 30.
