

Aanbesteding: Europese aanbesteding Autoclaven
Aanbestedende Dienst: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Referentie: L-EU-23-02

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Garantieperiode

Vraag:
Welke garantieperiode moet er geboden worden? In twee documenten worden verschillende garantietermijnen genoemd

Antwoord:
De garantietermijn betreft 1 jaar.

Percelen: P1 Aanschaf twee autoclaven
Beantwoord op: 13 dec. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 BSL3 en luchtdichte afdichting

Vraag:
Moet er een luchtdichte afdichting geplaatst worden? Deze staat nergens beschreven, maar zou toch moeten indien BSL3.

Antwoord:
Nee, bioseal is niet nodig. Er moet BSL3 afval verwerkt kunnen worden, maar het is geen BSL3 omgeving.

Percelen: P1 Aanschaf twee autoclaven
Beantwoord op: 13 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Huisstoom

Vraag:
Moeten de toestellen op huisstoom worden aangesloten?

Antwoord:
Ja, de toestellen moeten op huisstoom worden aangesloten.

Percelen: P1 Aanschaf twee autoclaven
Beantwoord op: 13 dec. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 PQ

Vraag:

De initiële PQ voert LUMC normaal gesproken zelf uit. Toch staat in de documenten dat validatie door leverancier verwacht wordt. Is dit correct?

Antwoord:

Ja, opdrachtnemer dient een onafhankelijke validatiefirma te boeken.

Percelen: P1 Aanschaf twee autoclaven
Beantwoord op: 13 dec. 2023
Label: Inhoud