

Aanbesteding: EFO materialen Erasmus MC
Aanbestedende Dienst: Erasmus MC
Referentie: -

Toelichting:
Nota van inlichtingen 1.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage 5 AIV NFU Boetes

Vraag:

Erasmus MC stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV 2021). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien Erasmus MC daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht.

Antwoord:

Niet akkoord. Het Erasmus MC loopt een groot risico m.b.t. patiënt veiligheid en continuïteit van het zorgproces bij niet leveren van de leverancier. Het Erasmus MC wil met deze eis de Inschrijver motiveren om leverzekerheid te bieden aan het Erasmus MC.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Bijlage 5 AIV NFU Aansprakelijkheid

Vraag:

Erasmus MC stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting Erasmus MC geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV 2021). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van Erasmus MC: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende

opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die Erasmus MC leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens Erasmus MC, tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV 2021/21 per schade-incident of serie van schade-incidenten.

Antwoord:

Opdrachtgever kan bevestigen dat aansprakelijkheid van leverancier geldt voor de directe schade. Overige aanvullingen zijn niet akkoord.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Bijlage 5 AIV NFU Intellectueel eigendom

Vraag:

Erasmus MC stelt voor alle IE-rechten aan zichzelf toe te kennen en, onder meer door garanties en vrijwarings, alle IE-risico's bij leverancier (art. 17 NFU AIV 2021). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herzien Gids Proportionaliteit eist van Erasmus MC: “Om dit probleem te voorkomen is niet per se het intellectueel eigendom nodig, maar volstaat veelal een uitgebreid gebruiksrecht. Als men uitgaat van dat laatste, wordt recht gedaan aan de positie van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst” (sub 3.9.1.2). Graag uw bevestiging dat Erasmus MC zich, in plaats van voorgaande, aan het voorschrift van de Minister zal houden.

Antwoord:

Opdrachtgever kan bevestigen dat aansprakelijkheid van leverancier geldt voor de directe schade. Overige aanvullingen zijn niet akkoord.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Bijlage 5 AIV NFU Geheimhouding

Vraag:

Erasmus MC stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV 2021). Dit is in de sector ongebruikelijk. Graag uw bevestiging dat deze bepaling wederkerig is en dat ook Erasmus MC vertrouwelijke gegevens geheim zal houden.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage 5 AIV NFU Houdbaarheidsdatum

Vraag:

Erasmus MC stelt voor een minimale houdbaarheidstermijn van 2 jaar. Dit is in de sector ongebruikelijk. In het concrete geval lijkt zo'n lange periode ook onnodig en disproportioneel. Een minimale houdbaarheidsdatum van 6 maanden ligt meer voor de hand. Temeer indien de producten een hoge omloopsnelheid hebben en/of Erasmus MC deze kan retourneren. Erasmus MC wordt dan immers niet benadeeld door een minder verstreckende houdbaarheidsdatum. Graag uw bevestiging dat een redelijke houdbaarheidsdatum van 6 maanden wordt aangehouden.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 5 AIV NFU Wettelijke rente

Vraag:

Erasmus MC stelt dat de toepasselijke rente die van art. 6:119 BW is (art. 10.3 NFU AIV 2021). Echter de als gevolg van de aanbesteding te sluiten overeenkomst is een 'handelsovereenkomst' in de zin van art. 6:119a BW. Graag uw bevestiging dat het gaat om een fatale termijn, waarop het laatste

artikel van toepassing is.

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen:

P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 5 AIV NFU Rechtsbescherming

Vraag:

Erasmus MC stelt voor om leverancier wettelijke rechten en weren te ontzeggen, c.q. haar zonder ingebrekestelling in verzuim te laten raken (art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 NFU AIV 2021). Het verhinderen van effectieve rechtsbescherming en het ontzeggen van de mogelijkheid om een tekortkoming te repareren, is per definitie disproportioneel. Temeer nu Erasmus MC zichzelf wel alle rechten en weren voorbehoudt (vgl. bijvoorbeeld art. 10.6 en 10.7 NFU AIV 2021). Graag uw bevestiging dat eerdergenoemde voorstellen komen te vervallen, althans voor zover in afwijking van de wettelijke regeling. Voor zover Erasmus MC dit verzoek niet zou honoreert, gemotiveerd in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, verzoekt leverancier op zijn minst de desbetreffende bepalingen wederkerig te maken (in de zin dat partijen dezelfde rechten en weren krijgen).

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen:

P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 5 AIV NFU Prijspeil

Vraag:

Erasmus MC stelt vaste prijzen voor (art. 5.1 NFU AIV 2021). Wij stemmen daarmee in. Graag nog uw aanvullende bevestiging dat Erasmus MC het prijspeil gedurende de looptijd hetzelfde houdt (dat wil zeggen: dat partijen

bij meerjarige overeenkomsten het overeengekomen prijspeil compenseren voor eventuele geldontwaarding, conform de jaarlijkse instructies van de Rijksoverheid aan de gehele medische sector).

Antwoord:

Het Erasmus MC gaat akkoord met een jaarlijkse Indexatie op basis van de NZA prijscijferindex echter zal deze wel gemaximaliseerd zijn op 3%.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
9

Onderwerp:

Bijlage 5 AIV NFU Meer- en minderwerk

Vraag:

Erasmus MC stelt voor meer- en minderwerk te mogen verlangen (art. 4 NFU AIV 2021). Wij stemmen daarmee in. Echter dit is enkel toegestaan als het meer- of minderwerk geen wezenlijke wijziging oplevert (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat Erasmus MC deze bepaling ook zo uitlegt.

Antwoord:

Opdrachtgever neemt de aanbestedingsregels in acht.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Bijlage 5 AIV NFU Voortijdige beëindiging

Vraag:

Erasmus MC stelt voor een als gevolg van de aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst eenzijdig voortijdig te mogen beëindigen (art. 3.2 NFU AIV 2021). Dat is een wezenlijke wijziging en niet toegestaan (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat dit voorstel verval.

Antwoord:

Niet akkoord. Beëindiging van de overeenkomst kan tegen de vooraf genoemde voorwaarden. Dit is geen wezenlijke wijziging.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage 5 AIV NFU Algemeen beoordelingskader

Vraag:

Erasmus MC is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012).

Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan Erasmus MC: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9).

Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2021 (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012).

In zijn algemeenheid mag Erasmus MC een contractueel risico alleen bij de leverancier neerleggen, als Erasmus MC kan aantonen dat risico bij leverancier hoort: “De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden” (Voorschrift 3.9A).

De Herziene Gids Proportionaliteit schrijft voor: “De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden” (Voorschrift 3.9B). Erasmus MC is verplicht af te wijken of de door haar voorgestelde contractuele afwijkingen

van het wettelijke stelsel in het concrete geval gerechtvaardigd zijn en, zo ja, de afwijking deugdelijk te motiveren, in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en overige wet- en regelgeving (p. 64).

Graag uw bevestiging dat Erasmus MC vragen tijdens de NvI over de concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2021 op de voorgeschreven wijze zal beoordelen en, zo nodig, eventuele afwijkingen van het wettelijke stelsel deugdelijk zal motiveren.

Antwoord:

Het Erasmus MC volgt de aanbestedingswet.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bijlage 1 eis 39

Vraag:

Wij nemen aan dat u paroxysmaal en persistent AF bedoelt als betreffende toepassing. Is dit juist?

Antwoord:

Alleen voor paroxysmaal AF

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 1 eis 34

Vraag:

U stelt dat een gedeelte van de kwartaalomzet gecrediteerd moet worden bij bepaald leverbetrouwbaarheidpercentage. De leverancier wordt dus gestraft en Erasmus MC legt indirect hiermee een boete op. Leverancier maakt ernstig bezwaar tegen het opleggen van boetes of gedwongen kortingen, naast het neerwaarts drukken van prijzen, het opleggen van zware juridische voorwaarden en andere verplichtingen. Dat is niet de manier waarop wij gewend zijn om met elkaar samen te werken. Het leidt tot toenemende

verharding van onderlinge verhoudingen, die kunnen uitmonden in rechtszaken. Daarnaast biedt de overeenkomst en de AIVG NFU voldoende handvatten om de schade van het Erasmus MC vergoed te zien. Een dergelijke korting heeft een bepaald verdienmodel tot gevolg, hetgeen per definitie disproportioneel is en in strijd met aanbestedingsregels. Ik verzoek u met klem om deze bepaling te laten vervallen. Indien u daartoe niet zult overgaan, kunt u gemotiveerd toelichten waarom u een dergelijke voorwaarde proportioneel acht onder vermelding van de relevante bepaling van de Aw, de Gids Proportionaliteit en de rechtspraak?

Antwoord:

Niet akkoord. Het Erasmus MC ziet en gebruikt dit zeker niet als verdien model. Het Erasmus MC heeft de afgelopen jaren veel te maken gehad met Leveringsproblemen. Hiermee komt per direct de zorg aan patiënt en continuïteit van het zorgproces in gevaar. Het Erasmus MC wil hiermee Inschrijvers motiveren om leveringszekerheid aan te bieden en wellicht andere interne strategische keuzes maken om ook de verantwoordelijkheid van de patiëntenzorg te dragen.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 1 eis 15

Vraag:

Het is niet proportioneel om geen indexering toe te passen voor een overeenkomst van maximaal 4 jaar. De NZa-index is door de Rijksoverheid vastgesteld t.b.v. het compenseren van de kapitaallasten van de leverancier. Het niet mogen toepassen van deze index zorgt voor een ongezonde en risicovolle bedrijfsvoering bij de leverancier. Dit kan niet uw bedoeling zijn. Graag deze bepaling verwijderen.

Antwoord:

Het Erasmus MC gaat akkoord met een jaarlijkse Indexatie op basis van de NZA prijscijferindex echter zal deze wel gemaximaliseerd zijn op 3%.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 1 eis 9

Vraag:

Kan deze eis als volgt bijgesteld worden: “Inschrijver is in staat om bij acute problemen 24 per dag op werkdagen ma-vr) binnen 4 uur op locatie te zijn voor klinische ondersteuning”.

Antwoord:
Akkoord

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bijlage 1

Vraag:

Kunt u bijlage 1 in een bewerkbaar format beschikbaar stellen aangezien deze ingevuld dient te worden?

Antwoord:
Ja, Zie bijlage 1 in word in het documenten bestand.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Paragraaf 6.11

Vraag:

U verwijst bij perceel 2 en 3 voor het Prijsformulier naar bijlage 8. Betreft dit een kennelijke omissie en bedoelt u bijlage 4?

Antwoord:
Dit klopt. Het prijsinvulformulier betreft bijlage 4

Percelen: P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
18 **Onderwerp:**
Paragraaf 6.11

Vraag:

U geeft bij perceel 2 en 3 aan dat de prijs inclusief btw moet worden aangeboden. In het Prijsformulier staat echter vermeld dat de prijs excl. btw moet worden aangeboden. Kan inschrijver ervan uitgaan dat de prijs excl. btw moet worden aangeboden?

Antwoord:

Alle prijzen dienen Exclusief BTW te worden aangeboden.

Percelen: P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
19 **Onderwerp:**
Paragraaf 6.11

Vraag:

In uw voorbeelden van puntentoekenning geeft u aan dat Inschrijver A 50 punten heeft behaald. Het maximaal aantal punten is 40. Betreft dit een kennelijke omissie en bedoelt u 40 punten? Het puntenaantal van inschrijver B zal hierdoor ook wijzigen. Graag zien wij een aangepast voorbeeld.

Antwoord:

Dit betreft slechts een fictief voorbeeld hoe de rekensom in zijn werking gaat. De punten in dit voorbeeld verwijzen niet naar daadwerkelijke punten. De punten welke behaald worden voor prijsstelling is zoals ook aangegeven in paragraaf 6.11.1. 40 punten.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
20 **Onderwerp:**
Paragraaf 6.9

Vraag:

Het kunnen leveren van pediatrische katheters (4F) levert totaal 20 punten op. Dit staat echter niet in verhouding met de genoemde aantallen in paragraaf 3.1. Van de 1430 katheters zijn slechts 30 pediatrische katheters. Dit is 2% van het totaal.

Leveranciers die dus geen pediatrische katheters leveren worden hierbij dus praktisch uitgesloten aangezien ze 20% van de totaalscore mislopen. Zeker gezien het feit dat er in dit perceel maar aan 1 leverancier gegund wordt. Dit kan niet uw bedoeling zijn. Graag verzoeken wij u om de puntentoekenning naar verhouding van de aantallen te maken. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u motiveren waarom er 20% van de score wordt toegekend aan 2% van de aantallen?

Antwoord:

Het Erasmus MC heeft hiernaar gekeken en geconstateerd dat dit inderdaad niet proportioneel is om te vragen. Het Erasmus MC heeft daarom besloten de pediatrische katheters geheel uit de aanbesteding te halen en het gunningscriterium hierop komt te vervallen.

Percelen: P2 Diagnostische katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Paragraaf 6.5

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel pagina's A4 de inschrijver mag gebruiken in de beantwoording van uw vraag?

Antwoord:

Geen maximum aan pagina's. Het is aan Inschrijver daarin keuzes te maken, qua formats/pagina's/bijlagen, en rekening te houden met de genoemde beoordelingsaspecten. Het voorstel moet op een wijze zijn uitgewerkt dat er een oordeel is te vellen over de genoemde aspecten.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Hoofdstuk 6

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de beoordelingscommissie niet op de hoogte is van de aangeboden prijzen op het moment dat de kwalitatieve gunningscriteria worden beoordeeld?

Antwoord:

Dit kan het Erasmus MC bevestigen.

Percelen:

P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Proces

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Paragraaf 4.9.22

Vraag:

Bij de 4de bullet geeft u aan dat bijlage 7.2 ook ingevuld en ondertekend ingediend moet worden. Dit is echter een algemeen document. Hetgeen ingevuld dient te worden is een voorbeeld van wat er in Bijlage 7.1 ingevuld dient te worden. Is het akkoord om bijlage 7.2 niet in te dienen bij inschrijving?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Percelen:

P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Paragraaf 4.9.22

Vraag:

De documenten die u hier vereist komen niet volledig overeen met wat u in paragraaf 4.2 benoemd. Ook is het niet duidelijk of u een bijlage bedoelt die onderdeel is van het document 'Offerteleidraad' of dat die een apart document is. Beide hebben namelijk dezelfde bijlagenummering. Om onduidelijkheden op voorhand te voorkomen; kunt u ons een eenduidig overzicht geven van welke documenten u van inschrijvers verlangt waarbij ook duidelijk aangegeven is welke bijlage er bedoeld wordt?

Antwoord:

In hoofdstuk 4.9.22 staan de documenten genoemd welke u dient in te dienen bij de Inschrijving. De bijlage nummering staat achter het omschreven in te dienen document. Onder de hoofdstuknummering ziet u ook een bijlage nummering (inhoudsopgave) Deze verwijzen naar alle beschikbare bijlages welke of in de offerteleidraad zijn opgenomen en zo niet los zijn bijgevoegd in de TenderNed module.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Paragraaf 4.4

Vraag:

Ontvangen inschrijvers een proces-verbaal van opening van de kluis waarin minimaal het aantal en de namen van de overige inschrijvers vermeld worden?

Antwoord:

Het Erasmus MC zal een procesverbaal opmaken waarin u de uitslag krijgt met de naam van uw firma en de eventuele winnende firma. Daarnaast zal het Erasmus MC beoordeling en gunning middels TenderNed module kenbaar maken.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Proces

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Paragraaf 4.2

Vraag:

De referentieverklaring (bijlage 3) ontbreekt bij de aanbestedingsdocumenten. Kunt u deze alsnog toevoegen?

Antwoord:

Bijlage 3 betreft de UEA. Deze is toegevoegd in TenderNed in de documentenmap.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Paragraaf 4.2

Vraag:

U verwijst voor het Programma van Eisen en Wensen naar bijlage 1. Bedoelt u hier ook het Excel document van bijlage 2?

Antwoord:

Bijlage 2 is het wensenblad voor gunningscriterium (hoofdstuk 6.6) Wensen Duurzaamheid

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Paragraaf 4.2

Vraag:

Bedoelt u met de eigen verklaring Bijlage 2 het ingevulde UEA? Dit document heeft namelijk geen bijlagenummering.

Antwoord:

Dit klopt. Dit document is via de TenderNed module in de documenten map bijgevoegd.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Paragraaf 3.1

Vraag:

Hoe is de verdeling van de 2 consoles tussen de 2 gegunde leveranciers?
Moet de eerst geëindigde leverancier de 2 consoles leveren. Of moet iedere leverancier 1 console leveren?

Antwoord:

Iedere leverancier 2 consoles.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Paragraaf 3.1

Vraag:

Hoe vindt de controle plaats op de juiste verdeling tussen de 2 gegunde leveranciers in perceel 1 en 3?

Antwoord:

Het Erasmus MC zal dit per kwartaal intern evalueren.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen

P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Paragraaf 3.1

Vraag:

Zijn de gestelde 100 (P1) en 180 (P2) procedures per jaar of gedurende de gehele looptijd van dit contract?

Antwoord:

Dit betreft aantallen per jaar. N.B.: het aantal van 180 procedures heeft betrekking op P3 (ICE catheters) en niet op P2.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen

P2 Diagnostische katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bijlage 2a Bedrijf & 'productie informatie' en bijlage 2b. 'Productdata'

Vraag:

U vraagt enorm veel gedetailleerde informatie per product. De vraag is of deze informatie überhaupt te achterhalen is per product en zeker of dit tijdig kan gebeuren voor de inschrijfdatum. Kunt u nader toelichten waarom deze informatie als onderdeel van een gunningscriterium is opgenomen? De impact op duurzaamheid is minimaal voor deze aanbesteding, zeker gezien de gevraagde aantallen producten.

Antwoord:

Vraagsteller geeft niet specifiek aan welke informatie niet en/of niet op tijd te verschaffen is.

In tab1 van bijlage 2 (Impact PvW) staat expliciet het volgende:

"Aan de beantwoording worden de volgende eisen gesteld:

- compleet: op alle vragen dient waar vereist een antwoord te worden gegeven, daar waar staat "indien beschikbaar/if available" aangeven ja/nee
- elke antwoord dient logisch, samenhangend, voldoende specifiek (gericht op het product/dienst/systeem waar het om gaat) en gedetailleerd te zijn
- indien Inschrijver niet de technische en/of juridische fabrikant is, maar distributeur/importeur bijvoorbeeld, dan dient de Inschrijver de antwoorden samen met tenminste de "legal manufacturer" aan te leveren. "

Het gaat bij duurzaamheid en impact niet alleen om de producten, maar ook om hoe bedrijven er in hun bedrijfsvoering en keten mee omgaan. Erasmus MC wil bedrijven die daarin bedrijfsbreed en in de diepte investeren voor belonen.

Percelen:

P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, PvE, pag. 51 t/m 52. (85 t/m 93)

Vraag:

U geeft aan bij nr 86 dat de garantieperiode ingaat na oplevering. Hoe gaat het Erasmus ziekenhuis ermee om als na de garantieperiode de Lineaire transducer en TEE probe niet meer naar behoren functioneert door oneigenlijk gebruik of bijvoorbeeld molest? Kunt u hierop een toelichting geven en hoe gaat het Erasmus om met de extra kosten die gemaakt moeten worden als deze vervangen dienen te worden?

Antwoord:

Inschrijver dient in de service overeenkomst aan te geven wat hier wel en niet onder valt en zo niet wat de kosten daar dan voor zijn.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, PvE, pag. 51 t/m 52. (85 t/m 93)

Vraag:

U geeft aan bij nr 86 dat de garantieperiode ingaat na oplevering. Mogen wij aannemen dat de geleverde Echo Apparatuur waarvoor de garantieperiode geldt, door Inschrijver zelf als eigen product geleverd moet worden, want garantie kan alleen worden afgegeven op eigen apparatuur? Moet de garantieperiode ook verdisconteerd worden in de in de andere tarieven in het prijzenblad? Graag uw bevestiging en/of toelichting.

Antwoord:

De aanschaf van de apparatuur staat in het prijzenblad opgenomen. Hierin kunt u de garantie meegeven.

Percelen: P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, programma van Eisen: Prijzen, orders en facturatie blz 44 nr. 34.

Vraag:

Hier moet de inschrijver akkoord geven met de methode van meten van de leveringsbetrouwbaarheid. Mogen wij ervan uitgaan dat indien een bepaald product onverhoopt niet geleverd kan worden, dit product in dat geval vervangen en geleverd (voor dezelfde prijs) kan worden voor een alternatief product dat minimaal aan alle eisen, specificaties en functionaliteiten voldoet en dat dit dan niet ten koste gaat van de berekening van 'leveringsbetrouwbaarheid? Graag uw bevestiging en/of toelichting.

Antwoord:

Dit kan het Erasmus MC bevestigen

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad alinea 6.11.2 prijs perceel 2 blz 37

Vraag:

Hierin geeft u aan dat het Erasmus MC geen prijs stelt op manipulatieve inschrijvingen en dat het Erasmus MC gemachtigd is dit soort manipulatieve inschrijvingen terzijde te leggen. Welke criteria gebruikt u om te bepalen of een inschrijving manipulatief is of niet? Kunt u een voorbeeld geven?

Antwoord:

Het Erasmus MC zal na de Inschrijving controleren of de Inschrijving in grote mate afwijkt van de andere Inschrijvingen op dat perceel.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, perceel 3 blz 10

Vraag:

U geeft aan dat in dit perceel ook de bijbehorende Echo apparatuur geleverd moet worden. Om te komen tot een eerlijk prijsvergelijk vragen wij het Erasmus MC het onderhoud in te calculeren in de inschrijfprijs om zo een realistisch beeld te krijgen van de TCO. Kunt u dit bevestigen? De op-een-na-beste inschrijving krijgt 30% van 180 procedures, dus maximaal 54 procedures/catheters. Daar komt bij dat dit slechts een indicatie is en geen garantie. Indien wij aannemen dat de gevraagde Echo Apparatuur onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en dat deze geleverd moet worden door Inschrijver, dan zijn de kosten voor het leveren en onderhouden van de Echo apparatuur waarschijnlijk hoger dan de omzet van 54 procedures/ICE catheter afname. Kunt u uitleggen hoe inschrijver hiermee om moet gaan? Zelfs bij de afname van 126 procedures/ICE catheters zijn de kosten van het leveren en onderhouden van de apparatuur hoger dan de marge/omzet die gemaakt kan worden in een contractperiode van maar 2 jaar. Kunt u nader toelichten hoe Inschrijver hiermee om moet gaan en kunt u toelichten op welke wijze dit niet ten kosten gaat van een realistische inschrijfprocedure? Graag uw toelichting?

Antwoord:

Inschrijver mag apparatuur ook aanbieden in bruikleen, zodat de apparatuur niet in eigendom is van het Erasmus MC.

Percelen: P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, perceel 3 blz 9

Vraag:

U geeft aan dat alleen de 'niet-studie gebonden materialen onderdeel uitmaken van de aanbesteding, en dat de 'studie gebonden materialen' buiten de scope van deze opdracht vallen. Wat is op dit moment de verhouding tussen de studie gebonden materiaal versus niet-studie gebonden materiaal voor perceel 3? Welke studies verwacht u met 'studie gebonden materiaal' die normaal zou vallen onder perceel 3? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Op dit moment zijn er geen studies met ICE catheters

Percelen: P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, perceel 2 blz 9

Vraag:

Hier geeft u aan dat de verwachte aantallen een indicatie zijn op basis van historisch gebruik en dat er geen rechten aan ontleend kan worden. Kunt u een garantie aantal benoemen waarop de inschrijfprijs gebaseerd kan worden, zie ook onze voorgaande vraag? Wat in dit kader ook belangrijk is, is dat er ook de nodige apparatuur geleverd moet worden waarin geïnvesteerd moet worden, bijvoorbeeld Echo-apparatuur. Bij de levering van zeer lage aantallen is dit geen haalbare kaart. Dit geldt eigenlijk ook als Inschrijver 2e wordt en dus maar een beperkt aantal materialen mag leveren? Kunt u nader toelichten wat uw visie hierop is en hoe u daar mee omgaat?

Antwoord:

Inschrijver mag de Echoapparatuur ook in bruikleen aanbieden. Erasmus MC is in dat geval dan geen eigenaar van de machine.

Percelen: P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, perceel 2 blz 8.

Vraag:

U geeft aan dat alleen de ‘niet-studie gebonden’ materialen onderdeel uitmaken van deze aanbesteding. Dit betekent dat de ‘studie gebonden’ materialen buiten de scope van deze opdracht vallen. Kunt u bevestigen dat de aantallen die u noemt op pagina 9 zowel de ‘studie gebonden’ materialen als de niet studie gebonden’ materialen betreffen? Kunt u in dit kader aangeven wat de verwachte verhouding is tussen de ‘studie gebonden’ materialen en de niet studie gebonden’? Dit is voor ons belangrijk om een realistische inschrijfprijs voor onze producten te calculeren. Graag uw toelichting.

Antwoord:

Op dit moment zijn er geen studies die specifieke diagnostische katheters vereisen

Percelen: P2 Diagnostische katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 6.11.2 en 6.11.3.

Vraag:

U geeft hierin voorbeelden voor perceel 2 en 3 op welke wijze de punten voor de prijs worden berekend. In beide voorbeelden stelt u dat de maximale score voor prijs 50 punten is, terwijl op pagina 27 de maximale score voor prijs 40 punten is. Mogen wij aannemen dat de maximale score voor prijs 40 punten bedraagt? Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Dit betreft slechts een fictief voorbeeld hoe de rekensom in zijn werking gaat. De punten in dit voorbeeld verwijzen niet naar daadwerkelijke punten. De punten welke behaald worden voor prijsstelling is zoals ook aangegeven in paragraaf 6.11.2. en 6.11.3 40 punten.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, PvE, pag. 51, eis 93)

Vraag:

U stelt: 'De kosten voor service is bij voorkeur inclusief'. Ons inziens is dit geen passende formulering voor een eis. Om misverstanden te voorkomen en een gelijk speelveld te garanderen met betrekking tot de inschrijfprijs, verzoeken wij u de eis als volgt te formuleren: 'De kosten voor service zijn inclusief en dienen in de inschrijfprijs verdisconteerd te worden. Graag uw bevestiging en/of toelichting.

Antwoord:

De kosten voor service (onderhoudscontract) zijn opgenomen in het prijzenblad en dienen 'verplicht' ingevuld te worden. Deze kosten maken deel uit van de Inschrijfprijs. Zie Prijzenblad.

Percelen:

P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, PvE, pag. 51 t/m 52. (85 t/m 93)

Vraag:

U wenst service op de Echo Apparatuur. Mogen wij aannemen dat de geleverde Echo Apparatuur waarop service verleend moet worden, door Inschrijver zelf als eigen product geleverd moet worden? Graag uw bevestiging en/of toelichting

Antwoord:

Ja, de service dient op het, door de Inschrijver, geleverde echosysteem verleend te worden.

Percelen:

P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, PvE, pag. 50 t/m 51. (82 t/m 84)

Vraag:

Gezien het feit dat er geen ruimte is gedefinieerd in het prijzenblad om Echo Apparatuur aan te bieden, mogen wij dan aannemen dat de kosten voor Echo Apparatuur verdisconteerd moeten worden in de andere tarieven in het

prijzenblad? Graag uw toelichting. Indien ja, kunt u tevens toelichten voor hoeveel jaar de Echo Apparatuur ingecalculeerd moet worden, in verband met eventuele afschrijving? Graag uw toelichting.

Antwoord:

Prijs van het Echosysteem mag niet verdisconteerd worden in andere tarieven, maar moet ingevuld worden bij producten bij “Prijs voor aanschaf apparatuur”.

Percelen: P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, PvE, pag. 50 t/m 51.

Vraag:

In eis 82 t/m 84 spreekt u over ‘Echo Apparatuur’ en stelt u daar eisen aan. Mogen wij aannemen dat de gevraagde Echo Apparatuur onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en dat deze geleverd moet worden door Inschrijver? Graag uw bevestiging en/of toelichting.

Antwoord:

Ja Het echosysteem maakt deel uit van de aanbesteding en dient door de inschrijver geleverd te worden. U kunt de echo machine ook in bruikleen aanbieden.

Percelen: P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden - artikel 11

Vraag:

Wij verzoeken het EMC om artikel 11 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het EMC aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In aanvulling op dit artikel geldt dat alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer UMC, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, de geleverde Prestaties bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt, alsmede wanneer de gebruiksinstructies ten aanzien van de Prestaties niet worden nageleefd.' Mocht het EMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het EMC daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Akkoord

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden - artikel 19

Vraag:

Uit de op de opdracht van toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden van het EMC blijkt dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor 'alle schade die door UMC of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn Prestatie en/of als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst'. Blijkens (de toelichting op) Voorschrift 3.9 A van de Gids Proportionaliteit dient een aanbestedende dienst bij het opstellen van aansprakelijkheidsbepalingen onder meer rekening te houden met de in redelijkheid en onder redelijke voorwaarden verzekeraarbaarheid van bepaalde risico's. Kan het EMC bevestigen dat - zoals gebruikelijk is in de branche - en is voorgeschreven in Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit, de opdrachtnemer in voorkomend geval enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor directe schade en zij niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie? Mocht het EMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het EMC meent dat opdrachtnemer aansprakelijk moet kunnen worden gesteld voor eventueel geleden indirecte schade.

Antwoord:

Dit kan opdrachtgever bevestigen

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden - artikel 16

Vraag:

EMC stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV 2021). Hierbij vragen wij u om dit artikel wederkerig te maken

zodat gehouding geldt voor alle partijen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Niet akkoord

Percelen:

P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Inkoopvoorwaarden - artikel 45

Vraag:

Hierbij vragen wij het EMC om artikel 45.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het EMC aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In afwijking op dit artikel is Leverancier niet verplicht om een escrow overeenkomst aan te gaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.' Mocht het EMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het EMC daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Eens, niet van toepassing.

Percelen:

P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters

Beantwoord op:

1 feb. 2024

Label:

Juridisch

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Programma van Eisen 15 en Inkoopvoorwaarden art. 5.1

Vraag:

Wij vragen EMC indexatie toe te staan. Wij merken daarbij op dat EMC de gelegenheid geeft dezelfde compensatie terug te ontvangen van zorgverzekeraars en/of overheid, zodat het disproportioneel is om inschrijvers diezelfde compensatie te ontfangen. Wilt u rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van inschrijvers en toestaan dat, net zoals elders in de medische sector, jaarlijks wordt geïndexeerd conform aanwijzing van de Rijksoverheid? Zo nee, waarom acht u het huidige voorstel proportioneel?

Antwoord:

Het Erasmus MC gaat akkoord met een jaarlijkse Indexatie op basis van de NZA prijscijferindex echter zal deze wel gemaximaliseerd zijn op 3%.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Impact Programma van Wensen - 3. Duurzaamheid Wensen

Vraag:

3. Duurzaamheid Wensen - 18 - Hierbij vragen wij u om de vraag nader te specificeren. Graag ontvangen wij een toelichting op wat u bedoelt met "oplossing" en wat u bedoelt met monitoren en reduceren van het energie verbruik en materiaal?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld of Inschrijver Erasmus MC in staat kan stellen om het verbruik van energie en materialen (bijv. disposables) te meten, monitoren en daarmee mogelijkheden te identificeren om daar reductie in te realiseren (kWh/J, afval bijvoorbeeld). Of/welke/hoe oplossing de Inschrijver heeft, is aan Inschrijver. Dit is geen onderdeel van de vereiste scope / te leveren producten en maakt geen onderdeel uit van de TCO.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Impact Programma van Wensen - 3. Duurzaamheid Wensen

Vraag:

3 Onderdeel Code(s) of conduct (in keten)
Wat bedoelt EMC met technische manufacturer?

Antwoord:

De manufacturer is de juridische entiteit die (conform EU MDR) de eigenaar is van de technische documentatie (inclusief klinische data) en IP van het product, dit is de legal manufacturer. Omdat de manufacturer ook een andere fabrikant kan contracteren, bijvoorbeeld voor het ontwerp of productie, wordt hier met technische manufacturer de partij/entiteit bedoeld die de

feitelijke (eind)fabricage doet, hier de "technische manufacturer". Ook de technische (contract) manufacturer moet aan alle verplichtingen voldoen van de "legal manufacturer" (conform EU MDR).

Voor de beantwoording geldt dat indien Inschrijver niet de technische en/of juridische fabrikant is, maar distributeur/importeur bijvoorbeeld, dan dient de Inschrijver de antwoorden samen met tenminste de "legal manufacturer" aan te leveren. Dit geldt voor alle antwoorden die gegeven moeten worden. Specifiek voor de genoemde wens 3 (in bijlage 2/ tabblad 3. Wensen) Code (s) of conduct (in keten) geldt dat voor maximale score ook de Supplier Code of Conduct van de technische fabrikant (dus de code die deze firma hanteert richting eigen suppliers) gedeeld moet worden. Bij andere wensen is het optioneel voor Inschrijver als ook de technische manufacturer - naast legal manufacturer - antwoorden geeft.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Impact Programma van Wensen - 3. Duurzaamheid Wensen

Vraag:
3 Onderdeel Code(s) of conduct (in keten)
Wat u bedoelt EMC met legal manufacturer?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 52.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Offerteleidraad 4.2.1.

Vraag:
4.2.1. Hier staat de tekst "Fout! Verwijzingsbron niet gevonden". Waarnaar wordt verwezen?

Antwoord:
Dit moet zijn paragraaf 4.2.2

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

Eis 34 - EMC stelt dat een gedeelte van de kwartaalomzet gecrediteerd moet worden bij het bereiken van een bepaald leverbetrouwbaarheidspercentage. Leverancier maakt bezwaar tegen het opleggen van deze penalties, naast het neerwaarts drukken van prijzen, het opleggen van juridische voorwaarden en andere verplichtingen. Daarnaast bieden de overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden voldoende mogelijkheden om nadeel als het gaat om leverbetrouwbaarheid vergoed te zien. Genoemde penalties zijn disproportioneel en daarom vragen wij u om deze eis te herzien. Voorstel is om bijvoorbeeld een boete op te leggen over de omzet van de producten die daadwerkelijk niet geleverd zijn binnen het gestelde percentage leverbetrouwbaarheid van 98%. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet dan ontvangen wij graag een toelichting.

Antwoord:

Niet akkoord. Het Erasmus MC heeft de afgelopen jaren veel te maken gehad met Leveringsproblemen. Hiermee komt per direct de zorg aan patiënt en continuïteit van het zorgproces in gevaar. Het Erasmus MC wil hiermee Inschrijvers motiveren om leveringszekerheid aan te bieden en wellicht andere interne strategische keuzes maken om ook de verantwoordelijkheid van de patiëntenzorg te dragen.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Programma van Eisen

Vraag:

Eis 83 en eis 84 - Deze eisen en de manier van beoordelen lijken een "level playing field" met meerdere gegadigden in de weg te staan, en is mogelijk door de dreigende uitsluiting strijdig met het gekozen raamwerk voor

aanbesteden. Is het daarom mogelijk deze eisen om te zetten naar een wens?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P2 Diagnostische katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Programma van Eisen

Vraag:

Eis 50 dient met ja of niet beantwoord te worden, maar de vraagstelling is dusdanig dat deze alleen beantwoord kan worden met een toelichting. Kunt u de eis s.v.p. omzetten in een wens met de mogelijkheid tot het toevoegen van een toelichting?

Antwoord:

Ja beantwoord dan graag de toelichting erbij los indienen.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Perceel 3

Vraag:

De voorgestelde beoordeling van deze eis lijkt een verwarring van functionaliteit en uitkomst: mogelijkheden tot cathether manipulatie (functionaliteit) bepalen de mate van beeldvorming (gewenste uitkomst). Als de mate van beeldvorming (gewenste uitkomst) op een andere manier dan cathether manipulatie (een andere Functionaliteit) tot dezelfde gewenste uitkomst of beter leidt, zal deze dan ook als zodanig beoordeeld worden?

Antwoord:

niet akkoord.

Percelen: P3 ICE katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

59

Perceel 2

Vraag:

Waarom wordt er in verhouding een hoog aantal punten toegekend aan pediatrische katheters die maar ongeveer 2% van het totale volume katheters uitmaken?

Antwoord:

Het Erasmus MC heeft hiernaar gekeken en geconstateerd dat dit inderdaad niet proportioneel is om te vragen. Het Erasmus MC heeft daarom besloten de pediatrische katethers geheel uit de aanbesteding te halen en het gunningscriterium hierop komt te vervallen.

Percelen: P2 Diagnostische katheters**Beantwoord op:** 1 feb. 2024**Label:** Proces**Ref.nr.**

60

Onderwerp:

Perceel 2

Vraag:

Waarom is in perceel 2 niet gekozen voor meerdere leveranciers zoals omschreven in Perceel 1 en 3 (risico spreiding)?

Antwoord:

Het Erasmus MC ziet dit perceel als minder risicovol

Percelen: P2 Diagnostische katheters**Beantwoord op:** 1 feb. 2024**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

61

Onderwerp:

Perceel 2

Vraag:

Wat zijn de verwachte aantallen indien EMC volledig op sterilisatie overstapt?

Antwoord:

Het betreft alleen de kabel, de voortgang hierin is nog te onzeker om hier aantallen in te kunnen benoemen op dit moment.

Percelen: P2 Diagnostische katheters**Beantwoord op:** 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Perceel 2

Vraag:

Aantallen kabels katheters. 10 polige stuurbare diagnostische katheters
Kabels (60) komen niet overeen met aantallen katheters (600). Kunt u de
juiste aantallen communiceren?

Antwoord:

Dit is een typefout, het aantal kabels hoort ook 600 te zijn.

Percelen: P2 Diagnostische katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Perceel 2

Vraag:

Aantallen kabels katheters. Bij de 20-polige stuurbare diagnostische
katheters kabels (160) komen niet overeen met aantallen katheters (80). Kunt
u de juiste aantallen communiceren?

Antwoord:

Dit is een typefout, het aantal kabels hoort 80 te zijn.

Percelen: P2 Diagnostische katheters

Beantwoord op: 1 feb. 2024

Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Perceel 1

Vraag:

De bedieningmogelijkheden van cryoapparatuur kunnen een positieve invloed
hebben op de door EMC in de PVE geformuleerde gezochte effectiviteit en
op het georganiseerd en veilig verloop van de procedure en de uitkomst; zal
de mate van geboden beschikbare bedieningsfunctionaliteit per individueel
aangeboden systeem als zodanig worden beoordeeld ?

Antwoord:

In het gunningscriterium functionaliteit heeft Inschrijver de mogelijkheid om

positieve effectiviteit te beargumenteren. De beoordelingscommissie zal aan de hand van de daarvoor beschreven beoordelingstabel beoordeling of het door de Inschrijver ingediende stuk een positieve effectiviteit heeft.

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Perceel 1

Vraag:

Publicaties tonen de klinische meerwaarde van een aanpasbare cryoballon aan (zie ref). Ons inziens rechtvaardigen deze publicaties een hogere puntwaarde dan 10, bijvoorbeeld 20. Is EMC genegen om de puntentoekenning langs deze motivatie aan te passen? Zo niet kan EMC dan aangeven waarom de herwaardering niet toegepast wordt? REF: FROzEN-AF US IDE Clinical Trial

Antwoord:
Niet akkoord

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Impact Programma van Wensen - 3. Duurzaamheid Wensen

Vraag:

19 - Belasting transparantie - De verplichte ingangsdatum is vastgesteld op 22 juni 2024 en daarom vragen wij het Erasmus MC om deze wens te verwijderen aangezien de sluitingsdatum van deze aanbesteding is vastgesteld op 7 maart 2024. Indien dit niet aangepast wordt, ontvangen wij graag een toelichting waarom niet.

Antwoord:

Wens 19 'belastingtransparantie' in bijlage 2 tab.3 Duurzaamheid Wensen wordt aangepast naar:
"Inschrijver kan gedurende de uitvoering van de overeenkomst uiterlijk per 1 oktober 2024 het volgende verschaffen:
- beschikbaar stellen (report) van "country-by-country taxes paid in operating locations"
- in lijn met EU Reporting directives (<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2023/04/eu-public-country-by-country-reporting.pdf>)

Inschrijver voegt formeel schrijven/commitment toe van beslissingsbevoegde (die UEA/Eigen Verklaring tekent)."

Percelen: P1 Cryo- ballonnen
P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 1 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Nadere vragen

Vraag:
Beste Stephanie,

Wij zijn gestart met het invullen van bijlage 2. Tijdens het invullen lopen wij nog tegen redelijk veel vragen aan. Is het mogelijk om deze vragen nog te stellen per omgaande?

Antwoord:
Er is nog een Nota ronde waarin vragen beantwoord kunnen worden.

Percelen: P2 Diagnostische katheters
P3 ICE katheters
Beantwoord op: 30 jan. 2024
Label: Inhoud