Aanbesteding: Total Laboratory Automation (TLA) workflow zonder vertraging
Aanbestedende Dienst: Erasmus MC
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. 106

Onderwerp:
Looptijd voor genoemde bodem en plafond TCO

Vraag:
In de uitvraag wordt gesproken over een bodemprijs (perceel 2) van:
Bodem: € 2,6M excl. BTW
Plafond: € 3,0M excl. BTW

Gezien het contract initieel op 10 jaar gevraagd wordt (+ 5x 1 jaar verlenging als optie) gaan we ervan uit dat bovengenoemde bedragen ook op een looptijd van 10 jaren berekend werden (dus excl. de optionele 5 extra jaren).
Klopt deze aanname?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op: 08-02-2023
Label: Contract

Ref.nr. 107

Onderwerp:
Body Fluid lic. voor digitale microscopie

Vraag:
Uit de standaard vraagstelling is het onduidelijk of er een Body Fluid mode licentie gewenst is voor de digitale microscoop en indien ja, dient deze dan in het kansendossier aangeboden te worden of in de basisconfiguratie?

Antwoord:
Zit nu in de basisconfiguratie, moet blijven.

Percelen: P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op: 08-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 108

Onderwerp:
RBC advanced lic. voor digitale microscoop

Vraag:
Uit de standaard vraagstelling is het onduidelijk of er een RBC advanced mode licentie (pre-classificatie RBC) gewenst is voor de digitale microscoop en indien ja, dient deze dan in het kansendossier aangeboden te worden of in de basisconfiguratie?

Antwoord:
Opnemen in het kansendossier.

Percelen: P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op: 08-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 109

Onderwerp:
Remote werkplekken voor digitale microscopie

Vraag:
Uit de standaard vraagstelling is het onduidelijk of er een Remote Review licentie (remote werkplekken in de cloud) gewenst is voor de digitale microscoop en indien ja, dient deze dan in het kansendossier aangeboden te worden of in de basisconfiguratie?

Antwoord:
Ja, in de basisconfiguratie.

Percelen: P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op: 08-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 110

Onderwerp:
Aantal werkplekken (client lic.) middle-ware

Vraag:
Hoeveel werkplekken (client lic.) wenst u voorde EDTA/Urine middle-ware (hematologie, ESR, HbA1c, Urine)?

Antwoord:
Minimaal 10.

Percelen:	P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	15-02-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 111

Onderwerp:
Plafondprijs ook van toepassing voor kansendossier?

Vraag:
In de toegestuurde stukken wordt er gesproken over een bodem en plafondprijs over de TCO. Is deze enkel van toepassing op de basisconfiguratie (excl. kansendossier) of moeten ook de aangeboden kansen binnen deze plafondprijs vallen?

Antwoord:
Ja, enkel van toepassing op de basisconfiguratie (excl. Kansendossier).

Percelen:	P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 112

Onderwerp:
Omschrijving en profielschets sleutelfunctionarissen

Vraag:
Bij de omschrijving en profielschets van sleutelfunctionarissen worden er 3 functienamen benoemd:
- Projectmanager
- IT applicatiespecialist
- Implementatiemanager

Wat is voor jullie het verschil tussen een Projectmanager en een Implementatiemanager? Interpreteren wij het goed dat een Projectmanager de persoon is die het dossier (project) heeft ingevuld en de aanbieding heeft gemaakt waarbij de Implementatiemanager de persoon is die als projectleider zal fungeren bij de levering, installatie en implementatie? Kunnen jullie de exacte wensen/verwachtingen van de sleutelfunctionarissen

specifiëren?

Antwoord:
Projectmanager is de Projectleider en begeleidt het gehele dossier vanuit de leverancier. Implementatiemanager is de implementatiespecialist die zich focust op de implementatie van de apparatuur. Het is aan de expert om invulling te geven aan deze rollen. Deze personen zijn degenen die het totale proces op de locatie begeleiden en uitvoeren.

Percelen:	P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 113

Onderwerp:
Vraag m.b.t. bijlage 11 en 12 - Bekwaamheid en draagkracht derde

Vraag:
Indien de hoofdaannemer tevens de directe distributeur in Nederland is van de door hem aangeboden producten van derde (dus geen beroep moet doen op onderaannemers in Nederland), dan dienen de stukken m.b.t. 'derde' niet ingevuld te worden dachten wij aangezien dit enkel van toepassing is wanneer de hoofdaannemer met Nederlandse onderaannemers zou samenwerken/aanbieden.
Klopt deze aanname?

Antwoord:
Slechts indien hoofdaannemer geen beroep doet op derden/onderaannemers voor het realiseren van de Prestatie, hoeven deze stukken niet te worden ingevuld. Indien hoofdaannemer wel beroep doet op derden - ongeacht herkomst van die derden/onderaannemers - dan dienen de stukken wel te worden ingevuld.

Percelen:	P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 114

Onderwerp:
Hardware (Rack builders) en LAS connecties aan TLA

Vraag:
In de toegestuurde stukken staat dat de verantwoordelijkheid voor de

koppeling van deeloplossingen (lees perceel 2) aan de TLA bij de hoofdaannemer van perceel ligt. Klopt het dan ook dat de benodigde hardware (rack builders) en software (LAS connecties) voor deze TLA connectie, aangeboden dienen te worden door de hoofdaannemer van perceel 1? De hoofdaannemer van perceel 2 dient uiteraard een bi-directioneel connecteerbare oplossing te offreren die meteen aan een RBM van perceel 1 gekoppeld kan worden.

Antwoord:
Ja.

Percelen:	P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 115

Onderwerp:
Deelname interviews door de sleutelfunctionarissen

Vraag:
Er zijn 3 sleutelfunctionarissen uitgenodigd voor het interview.

Wij gaan ervan uit dat alle 3 de sleutelfunctionarissen samen uitgenodigd worden in 1 interview over perceel 2. Klopt deze aanname?

Antwoord:
Nee. De sleutelfunctionarissen worden één-voor-één separaat geïnterviewd. In totaal drie interviews per Inschrijver per perceel.

Percelen:	P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Proces

Ref.nr. 116

Onderwerp:
Extra vraag bij antwoord vraag 14 TAT

Vraag:
U geeft aan dat we het LIS kunnen aanhouden voor de rapportagetijd (ipv ZIS).
Echter op de vraag of wij het moment van aanbieding van het monster op onze apparatuur mogen aanhouden ipv de gestelde aanbieding op TLA (waar de verantwoordelijkheid ligt bij perceel 1) hebben wij geen antwoord

ontvangen. Kan u dit alsnog verduidelijken?

Antwoord:
De TAT gaat in op het moment van aanmelden op TLA en eindigt op het moment dat er een uitslag in het LIS wordt gerapporteerd.

Percelen:	P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Proces

Ref.nr. 117

Onderwerp:
Bijlage 4 Koopovereenkomst Artikel 2 Overeenkomst, Artikel 2,2 Bijlage A toevoegen Raamovereenkomst Oracle en Bruikleenovereenkomst

Vraag:
Vanuit de 1e publicatie hebben wij van u de Raamovereenkomst Oracle en Standaardovereenkomst - Apparatuur Bruikleen 2021 mogen ontvangen. Kunt u aangeven wat de rangorde wordt bij het opnemen van deze ontvangen overeenkomsten bij artkel 2.2 van de koopovereenkomst (bijlage 4).

Antwoord:
De volgordelijkheid van de stukken zal zijn als volgt:

1) Koopovereenkomst OF bruikleenovereenkomst
2) Raamovereenkomst
3) WIBAZ
4) Bijlagen A tot en met G.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 118

Onderwerp:
Bijlage 1. Offerteleidraad TLA_ErasmusMC - Pag. 37. 3.7 Overeenkomst, 1e Publicatie referentienummer 8

Vraag:

De beantwoording, ten aanzien van referentienummer 8, vanuit de 1e publicatie is deze van toepassing op perceel 1 en 2? Indien dit niet het geval is, kunt u de vraagstelling bij dit referentienummer dan ook beantwoorden voor perceel 1?

Antwoord:
Dit geldt voor beide percelen.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 119

Onderwerp:
Bijlage 4 Koopovereenkomst beschikbaarheidsgarantie, Artikel 11.4

Vraag:
Kunt u instemmen met de volgende aanvulling op de bestaande eerste zinsnede : ….. en toe te rekenen valt aan de opdrachtnemer.

Antwoord:
Niet akkoord. Toerekenbaarheid is geen voorwaarde.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 120

Onderwerp:
Bijlage 16 WIBAZ-Samenstelling-Overeenkomst-invuldocument-SSO-versie-4, Artikel 3.3

Vraag:
In de ontvangen Raamovereenkomst Orcale, Artikel 3.3 staat vermeld dat indien de Partijen tot verlenging van de afspraken besluiten, heeft de Opdrachtnemer, indien goed onderbouwd, de mogelijkheid om de prijzen te verhogen met maximaal conform het vastgestelde NZa indexatiecijfer van

het laatste jaar van deze overeenkomst. Dit artikel willen wij ook van toepassing laten gelden op de SSO WIBAZ Artikel 3.3. Kunt u instemmen met de volgend vermelding bij SSO WIBAZ Artikel 3.3;
Indien de Partijen tot verlenging van de afspraken besluiten, heeft de Opdrachtnemer, indien goed onderbouwd, de mogelijkheid om de prijzen te verhogen, over de dan overeengekomen verlengingsduur van de SSO WIBAZ overeenkomst, conform het vastgestelde NZa indexactiecijfer voor 2 /3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het laatste jaar van deze overeenkomst en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het laatste jaar van deze overeenkomst, zoals gehanteerd en gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Antwoord:
Akkoord.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
121 Bijlage 4 Koopovereenkomst, Artikel 13 Aansprakelijkheid, Artikel 13.1

Vraag:
In uw beantwoording op de 1e Nota van Inlichtingen vraagt u om een voorstel in te dienen in de 2e Nota van Inlichtingen indien een leverancier een afwijking wenst op artikel aansprakelijkheid, art. 19.2. Om goed te begrijpen en te interpreteren wat de hoogte van de aansprakelijkheid is doen wij u een voorstel:
Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van 1 maal de contractwaarde van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een duur van langer een 1 jaar, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot 1 maal de gemiddelde waarde van het contract gedurende 1 contractjaar. In geval van opzet of grove schuld is Opdrachtnemer ook voor gevolgschade aansprakelijk, kunt u hiermee instemmen? Indien u hiermee niet kunt instemmen kunt u dit toelichten?

Antwoord:
Niet akkoord. Erasmus MC ziet hier een misverstand. Artikel 19 (inclusief 19.2) blijft in deze aanbesteding onveranderd van toepassing. In artikel 19.2 worden de minimale aansprakelijkheidsbedragen beschreven waaraan Inschrijver/Opdrachtnemer moet voldoen. Artikel 13.1 biedt de mogelijkheid

om de aansprakelijkheidsbedragen te verhogen indien er tijdens de concretiseringsfase hogere risico's naar voren komen dan nu kunnen worden voorzien.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	15-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 122

Onderwerp:
Bijlage 6 / 6a Sjabloon Prestatieonderbouwing_1A/1S_Perceel 1_07062022_EM, aanpassing sjabloon

Vraag:
Kunt u instemmen met een aanpassing van het aangeleverde sjabloon, zie Bijlage 6/6a, maar ook van bijlage 7/8, met betrekking tot de verhouding van het tabel, binnen de marges van dit document.

Antwoord:
Akkoord. Mits aan alle overige voorwaarden In Hoofdstuk 4.2 van de offerteleidraad wordt voldaan.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Uitvoering

Ref.nr. 123

Onderwerp:
Bijlage 15 Inkoopvoorwaarden Erasmus MC NFU (NL) 27 mei 2021, Artikel 20.Ontbinding, Beëindiging, overmacht en opzegging van de Overeenkomst

Vraag:
Kunt u akkoord gaan met de aanvulling op de beantwoording van 19-01-2023 betreffende art. 20.1f en 20.1g, dat art. 20.1f en 20.1g AIV ook niet van toepassing is op externe herstructureringen van de leverancier als die geen invloed hebben op het dienstverleningsniveau en de overige verplichtingen

van leverancier.

Antwoord:
Akkoord en mits de juridische standplaats van de leverancier niet wijzigt.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 124

Onderwerp:
Bijlage 17 Aansluitvoorwaarden EMC Netwerk, Artikel 2,5.f Classificatie

Vraag:
Graag zouden wij van u document 4 "CLA-R-1, Richtlijn Classificatie van bedrijfsprocessen, informatiesystemen en informatie", welke genoemd staat in de Appendix A: literatuurlijst van de aansluitvoorwaarden Erasmus MC-netwerk, willen ontvangen, kunt u deze aanleveren?

Antwoord:
Bijlage met naam "I-SO-RP-CLA-JWS-3.0.pdf" is gepubliceerd samen met de NvI 2.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 125

Onderwerp:
Bijlage 14/14a Verwerkersovereenkomst BOZ, Leverancier heeft reeds een overeengekomen VWO

Vraag:
Wij hebben een aantal aanvullingen op het model Verwerkersovereenkomst BOZ, versie 11-12-2017, die wij standaard in de verwerkersovereenkomst opnemen.
De leverancier is niet NEN maar ISO gecertificeerd. Door het internationale

karakter van de leverancier worden subverwerkers bij verwerking van persoonsgegevens ingeschakeld. Daarnaast hanteert de leverancier eigen technische organisatorische maatregelen om zo goed mogelijk met de verwerking van persoonsgegevens om te kunnen gaan. Kunt u instemmen om bij concretiseringsfase hierover in overleg te treden en tot afstemming komen ten aanzien van deze aanvullingen?

Antwoord:
Ja.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 126

Onderwerp:
Bijlage 4: Artikel 7.2 Upgrades

Vraag:
Ref 69: Indien er een upgrade is dan zal Leverancier voorafgaand aan de upgrade schriftelijke informatie verstrekken over de aard en inhoud van de upgrade en de wijzigingen die de uitvoering van de upgrade met zich mee kan brengen met betrekking tot het gebruik van en het onderhoud aan de Apparatuur. Upgrades welke leiden tot grote verbeteringen qua efficiëntie zullen de eerste vijf jaar kosteloos worden aangeboden. Upgrades welke de Leverancier verplicht acht, zullen gedurende de gehele loopduur van het contract gratis worden aangeboden. Graag akkoord.

Antwoord:
Niet akkoord, Artikel 7.2 heeft betrekking op verplichte upgrades. Al deze upgrades gelden voor de volledige duur van de koopovereenkomst.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 127

Onderwerp:
Doubleure AD-P1-2.7 en AD-P1-2.1

Vraag:
Klopt het dat de doelstelling beschreven in AD-P1-2.7 ook staat in AD-P1-2.1?
De eis dat de TLA-oplossing na implementatie een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en efficiency levert welke tenminste vergelijkbaar of beter is dan de te vervangen oplossing wordt in onze interpretatie ook omschreven in de doelstelling welke stelt dat door de implementatie van de TLA-oplossing de doelstelling van het kernlaboratorium worden bereikt (een geïntegreerde TLA-oplossing). Zo ja, kan AD-P1-2.7 dan vervallen? Dit is ook prettig m.b.t. verwijzingen in het prestatiedossier.

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 128 **Onderwerp:**
Bijlage 4: artikel 8.1 Koopoveeenkomst

Vraag:
Ref 67: Onderhoud is nodig aan apparatuur zodra de apparatuur is geïnstalleerd om alle functionaliteiten te behouden. Voor onderhoud kunnen kosten in rekening gebracht worden. Die werkzaamheden vallen niet onder de garantie. Onder garantie in de garantieperiode vallen de werkzaamheden bijv. storing verhelpen die kosteloos kunnen worden uitgevoerd. Toelichting op de vraag ziet dus akkoord op kosten voor onderhoud ook gedurende garantieperiode?

Antwoord:
Niet akkoord.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Contract

Ref.nr. 129 **Onderwerp:**
AR-P1-2.8

Vraag:

Ref 24: AR-P1-2.8; deze eis slaat enkel op het product van hoofdaannemer of op het geheel dat is aangeboden?

Antwoord:
Hoofdaannemers van beide percelen zijn verantwoordelijk voor de "best of breed" oplossing.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 130

Onderwerp:
Definitie 'best of breed'

Vraag:
Ref 29: Het antwoord dat gegeven is lijkt niet te passen bij de gestelde vraag.

Antwoord:
Wij hebben een fout gemaakt in de beantwoording van vraag 28 en 29. Om deze reden worden deze vragen met de juiste beantwoording herhaald onder vraag 131 (dit is herhaling van vraag 28) en 132 (dit is herhaling van vraag 29).

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem.
Beantwoord op:	08-02-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 131

Onderwerp:
AR-P1-2.16

Vraag:
AR-P1-2.16: proces en productiemonitoring:
Welke gegevens/karakteristieken wilt u monitoren? Welke kenmerken zijn voor u belangrijk om in te kunnen zien.

Antwoord:
Tot aan individuele testen traceerbaarheid van de positie op de TLA. Hierbij beschouwen wij het kleinst wenselijke detail de individuele mechanische unit (analyser module, track component) waar het monster, of de analyse zicht bevind op elk mogelijk moment van de analyse waarbij de TLA oplossing betrokken is. Data dient volgens FAIRS onsluitbaar te zijn voor

latere analyse, maar dient ook direct (voor o.a. realitime visualisatie) in het LIS beschikbaar te zijn.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	06-02-2023
Label:	Proces

Ref.nr. 132

Onderwerp:
Definities: “Best of Breed”

Vraag:
Definities: “Best of Breed” : Wat maakt een oplossing “Best of Breed”, op basis van welke kenmerken/criteria wordt dat vastgesteld. Kunnen er meerdere analyse-apparaten van verschillende leveranciers “Best of Breed” zijn?

Antwoord:
“Best of Breed” Producten of systemen die het hoogste prestatieniveau in hun soort bieden.
Dit wordt uiteindelijk bepaald door de aanbieder en het te plaatsen portfolio aan analysers, dus de oplossing. Dit kunnen in het TLA-concept verschillende leveranciers zijn. De expert aanbieder is bekend met de markt en kan de “Best of Breed” oplossing aanbieden en gedurende de looptijd van de overeenkomst zo ook in stand houden.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem. P2 Perceel twee (2) betreft: hemocytometrie (inclusief digitale microscopie), Hb- elektroforese en urinediagnostiek.
Beantwoord op:	06-02-2023
Label:	Inhoud

Ref.nr. 133

Onderwerp:
Aanvulling op het antwoord van vraag 80 uit de NvI 1

Vraag:
Bijlage 3 EU aanbesteding scope perceel 1: wat is de exacte configuratie van het te koppelen Atellica systeem? Kunt u een icoon delen voor het intekenen?

Antwoord:
Gegeven antwoord op vraag 80 van de NvI1:
Atellica IM1300 analyzer
footprint 150,0(h) x 145,3(w) x 116,7(d) cm, geen icoon beschikbaar

In aanvulling op het gegeven antwoord op vraag 80 van de NvI 1, met betrekking tot de Atellica IM1300 analyzer:

• Gekoppeld aan de track bestaat de Atellica configuratie uit Sample Handler Connect + Sample Handler + Atellica IM1300
• Afmetingen die daarbij horen: Zie document "Aanvulling op referentienr 80 1e publicatie nvi.pdf" gepubliceerd met de NvI 2.

Percelen:	P1 Perceel één (1) betreft: klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem.
Beantwoord op:	15-02-2023
Label:	Uitvoering