

Marktconsultatie Erasmus MC – Robot voor voor-toediening-gereed-maken van geneesmiddelen (VTGM - Robot)

Geachte heer/mevrouw,

Als onderdeel van voorbereidingen voor een aanbesteding VTGM - Robot, nodigt Erasmus MC u uit voor deelname aan een marktconsultatie. Deze marktconsultatie heeft als doel kennis en ervaring van marktpartijen op te doen om deze vervolgens in te zetten voor een effectieve aanbesteding.

Doel

Erasmus MC wenst voor de ziekenhuisapotheek een robot aan te schaffen voor het voor-toediening-gereed-maken van geneesmiddelen. Met deze robot heeft de ziekenhuisapotheek twee doelen:

1. de bereidingen die bij de medewerkers veel ARBO klachten veroorzaken door een robot te laten maken
2. de bereidingscapaciteit vergroten, zodat de ziekenhuisapotheek geen Nee hoeft te verkopen op verzoeken van afdelingen om bereidingen van de verpleging over te nemen.

Beide zaken vergen een oplossing op korte termijn.

Wij komen graag in contact met leveranciers die een VTGM-robot kunnen leveren die minimaal aan de volgende eisen kan voldoen.

Eisen:

- a. De robot moet komen te staan in een bereidingsruimte (klasse D) van de ziekenhuisapotheek. De beschikbare ruimte heeft een afmeting van maximaal 160 cm lengte, 80 cm diepte en 200 cm hoogte. Dan staat de robot tegen de muur en kan een persoon aan de lengtezijde (voorkant) de robot bedienen. De robot mag ook kleiner zijn.
- b. De plaatsing van de robot mag niet leiden tot verbouwingen van structurele aard (moet passen binnen de bestaande bouw)
- c. De doorlooptijd van aanschaf tot in gebruik name is maximaal 9 maanden. In die periode moet de aanschaf, de plaatsing en het validatietraject afgerond zijn. Wij willen de robot uiterlijk 31 maart 2025 in gebruik nemen. Deze tijdsplanning laat eigenlijk geen verbouwingen van ruimten toe.
- d. De robot moet in ieder geval de volgende aflevervormen kunnen bereiden: infuuszakken, injecties in spuit, elastomeerpompen en medicatiecassettes.
- e. De robot moet onder klasse A omstandigheden bereiden of in een veiligheidswerkbank kunnen worden geplaatst.
- f. De robot moet zowel cytostatica als niet-cytostatica kunnen bereiden.
- g. De productiecapaciteit van de robot moet minimaal 110 bereidingen per werkdag van 8 uur zijn, uitgaande van 10% elastomeerpompen, 5% medicatiecassettes, 50% infusen en 35% spuiten.
- h. De robot kan een tekstbestand met de bereidingsorders inlezen.
- i. De leverancier is bereid tot een proefplaatsing van minimaal 1 maand of het moet mogelijk zijn voor het Erasmus MC om een referentiebezoek af te leggen in de straal van 300 kilometer vanaf Rotterdam bij een ziekenhuis, waar de VTGM-robot in gebruik is.
- j. De robot heeft een CE-keurmerk.

Wensen:

- k. De robot kan injectiepoeders oplossen en deze bereiden tot een van de bij punt d. genoemde aflevervormen.
- l. Het Erasmus MC is vrij in de keuze van leveranciers voor de aflevervormen en te gebruiken disposables.
- m. De G-Standaard is ten behoeve van het onderhoud van de medicatiegegevens in te lezen in de robotsoftware.
- n. De software van de robot is GAMP-5 gevalideerd en de documentatie daarvan wordt beschikbaar gesteld.

Inschrijven marktconsultatie

Indien u geïnteresseerd bent in deze marktconsultatie, verzoeken wij u om een schriftelijke reactie op het Programma van Eisen en Wensen. Tevens ontvangen wij graag van u een richtbedrag voor de levering en het bijpassende onderhoud van een robot die aan bovenstaande eisen en wensen voldoet.

Wij verzoeken uw antwoorden uiterlijk in te dienen op **6 maart 2024 12:00 uur** via de berichtenmodule van TenderNed, met vermelding van uw contactgegevens.

Graag maken wij met de leverancier, die tot de levering van een dergelijke VTGM-robot in staat is en geïnteresseerd is, een afspraak. Bij deze afspraak zullen geen andere marktpartijen aanwezig zijn. Wel is het mogelijk dat informatie verkregen via de marktconsultatie, geanonimiseerd ingezet wordt in het verdere aanbestedingstraject.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen en opmerkingen kunt u communiceren via TenderNed, de berichtenmodule. Graag zien wij uw schriftelijke toelichting tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Afdeling inkoop, Erasmus MC

Disclaimer

De marktconsultatie is een separaat proces dat wordt uitgevoerd voorafgaand aan een formeel aanbestedingsproces. De marktconsultatie is geen oproep tot deelname en maakt geen deel uit van een pre-kwalificatie procedure. De informatie afkomstig uit de marktconsultatie wordt gebruikt om een goed aanbestedingsproces te kunnen doorlopen. Door middel van het doorlopen van een goed aanbestedingsproces is de kans voor het Erasmus MC groter op een passende aanbieding. De informatie die aan het Erasmus MC wordt verstrekt middels het beantwoorden van vragen, gedurende 1 op 1 sessies of anderszins wordt door het Erasmus MC gebruikt om het vervolg van de marktconsultatie en de aanbestedingsstrategie vorm te geven. De informatie wordt eigendom van het Erasmus MC. Om een gelijke behandeling te garanderen zal relevante informatie met andere partijen worden gedeeld. De informatie die u verstrekt zal ten hoogste in een openbaar document verschijnen waarin niet herleidbaar is wie de originele informatieverstrekker is geweest. U dient er zich van bewust te zijn dat u mogelijke commerciële of anderszins sensitive informatie zou kunnen verstrekken of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten van u of van andere partijen op van toepassing zijn en die u niet wilt delen. Het Erasmus MC kan met inachtneming van het voorgaande hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.