

**Aanbesteding:** Transmission Electron Microscope  
**Aanbestedende Dienst:** Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  
**Referentie:** L-EU-23-11

**Toelichting:**

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
1 min en max prijs

**Vraag:**  
Price Sheet: De minimumprijs om maximale score en de maximumprijs voor de minimale score liggen vast voor zowel onderhoud als aanschafprijs. Is dat correct?

**Antwoord:**  
Yes, this is correct

**Percelen:** P1 Purchase and Maintenance of a Transmission Electron Microscope

**Beantwoord op:** 6 mrt. 2024

**Label:** Proces

**Ref.nr.** **Onderwerp:**  
2 Beoordeling

**Vraag:**  
Price Sheet: Wat gebeurt als de score gelijk is, c.q. als twee partijen beide op de minimumprijzen of maximumprijzen aanbieden?

**Antwoord:**  
If, after awarding points based on the award criteria, two or more Tenderers achieve the same highest final score, the intention to grant the Agreement / Assignment will be issued to the Tenderer who has the lowest offer for maintenance.

If also on maintenance the Tenderers with the highest final score have achieved an equal score, a draw will take place between the Tenderers concerned under the supervision of an independent colleague appointed by the LUMC, to determine to whom the intention to award is awarded.

**Percelen:** P1 Purchase and Maintenance of a Transmission Electron Microscope

**Beantwoord op:** 6 mrt. 2024

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**  
3

**Onderwerp:**  
Onderhoud

**Vraag:**

Appendix V. vraag 34. Het is niet zeker of service en ondersteuning voor de camera voor 15 jaar is te garanderen. Hoe gaat het LUMC hier mee om? Zouden we ter informatie een service contract voorstel kunnen afgeven exclusief camera voor jaar 11 t/m 15?

**Antwoord:**

Yes, this is fine

**Percelen:** P1 Purchase and Maintenance of a Transmission Electron Microscope

**Beantwoord op:** 6 mrt. 2024

**Label:** Contract

**Ref.nr.**  
4

**Onderwerp:**  
Opties

**Vraag:**

Is het mogelijk om geheel vrijblijvend en ter informatie opties aan te bieden? Dit met het oog op recente ontwikkelingen die nog niet eerder vermeld of aangeboden zijn, maar ons insziens een meerwaarde kunnen hebben en/of interessant kunnen zijn voor het LUMC. Het LUMC zou dan kunnen overwegen deze aan te schaffen.

**Antwoord:**

Yes, this is allowed. The tender entry should however be completely separate from the optional offer to avoid misunderstanding and mix-ups on the offered system and price

**Percelen:** P1 Purchase and Maintenance of a Transmission Electron Microscope

**Beantwoord op:** 6 mrt. 2024

**Label:** Inhoud