

Aanbesteding: FCF-LUMC Tender voor twee flowcytometers
Aanbestedende Dienst: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Referentie: L-EU-22-11

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage D

Vraag:

Moeten we in deze eerste oproep de volgende documenten invullen en indienen Bijlage D Koopovereenkomst Flowcytometers en Bijlage D SSO Flowcytometers?

Antwoord:

Zie voor antwoorden het document gepload bij "Nota van Inlichtingen"

Percelen: P1 Prijs-Kwaliteit
Beantwoord op: 3 nov. 2023
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Programma van Eisen_384

Vraag:

In de Bijlage E- Programma van Eisen staat in 5.9 Deze kan geautomatiseerd 96-wells en 384-wells platen analyseren. Kunnen we een instrument aanbieden met de 96-wells mogelijkheid, tube rack mogelijkheid maar met de 384 well mogelijkheid in ontwikkeling? Dit betekent dat het aangeboden instrument op dit moment nog niet over de mogelijkheid voor 384 wells beschikt, maar dat deze mogelijkheid in ontwikkeling is en dat we deze mogelijkheid voor 384 wells zullen upgraden zodra deze beschikbaar is.

Antwoord:

Zie voor antwoorden het document gepload bij "Nota van Inlichtingen"

Percelen: P1 Prijs-Kwaliteit
Beantwoord op: 3 nov. 2023
Label: Inhoud