



Belastingdienst

Toelichting op Rectificatie

Europees openbare aanbesteding **Draagbare Gasdetectiemiddelen (IUC23-714)**

Publicatienummer 456222

In het kader van bovengenoemde aanbesteding is op 15 mei 2024 een rectificatie gepubliceerd op TenderNed. Hierbij zijn de volgende Aanbestedingsdocumenten aangepast:

- IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V2
- IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V2

Verder deelt Aanbesteder in deze rectificatie mededelingen uit eigen beweging Aanbesteder mee. Deze mededelingen uit eigen beweging Aanbesteder vormen een integraal onderdeel van de Aanbestedingsdocumenten.

Mededelingen uit eigen beweging Aanbesteder

Nummer	Mededeling
1.	Aanbesteder meldt dat het UE18 uit het document “IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V2” heeft aangepast. Voor de inhoudelijke aanpassing verwijst Aanbesteder naar de tabel toelichting op inhoudelijke aanpassingen in dit document.
2.	Aanbesteder meldt met betrekking tot paragraaf 4.2.2 in het document “IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V2” dat er minimaal 6 van de 8 in UE17 beschreven sensoren in het gasdetectieapparaat geleverd dienen te worden in een door inschrijver gekozen configuratie. Het leveren van de 2 extra sensoren is hierbij niet nodig.

Toelichting op aangepaste documenten

Naar aanleiding van de rectificatie zijn de volgende documenten aangepast:

Was	Wordt	Toelichting aanpassingen
IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V2	IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V3	Zie mededeling 1 van de mededeling uit eigen beweging Aanbesteder
IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V2	IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V3	Vanwege de rectificatie geldt er een nieuwe planning die wordt opgenomen in het nieuwe Beschrijvend document en gepubliceerd op TenderNed.

De nieuwe documenten (zie kolom “Wordt”) vervangen de oude documenten (zie kolom “Was”). Overal waar nog de titel van het oude document staat vermeld en overal waar naar het oude document wordt verwezen, wordt het nieuwe document bedoeld.

Toelichting op inhoudelijke aanpassingen

Naar aanleiding van de rectificatie zijn de volgende documenten (met aangepaste tekst in **ROOD**) als volgt aangepast:

Document	Eis / regel	Oude tekst	Nieuwe tekst
IUC23-714 Bijlage 1 Specificatie van de opdracht V3	Uitvoeringseis 18	Deze PID meter kan VOC's detecteren met minimaal de volgende resolutie: 0,1 ppm voor waarden tussen de 0 en 1000 ppm 1 ppm voor waarden tussen de 1000 en 5000 ppm Deze meter wordt gebruikt in de koffer configuratie van Uitvoeringseis 22a en kan o.a. de volgende gassen met een onnauwkeurigheid van maximaal 10 ppm relatief detecteren: Benzeen (C₆H₆), Toluene (C₇H₈), Xyleen (C₈H₁₀), Fosfine (PH₃), Ammoniak (NH₃), Styreen (C₈H₈), Methylbromide (CH₃Br), Formaldehyde (CH₂O), Ethyleenoxide (C₂H₄O) Bereik in ppm: 0-5000 ppm	Deze PID meter kan VOC's detecteren met minimaal de volgende resolutie: 0,1 ppm voor waarden tussen de 0 en 1000 ppm 1 ppm voor waarden tussen de 1000 en 2000 ppm Deze meter wordt gebruikt in de koffer configuratie van Uitvoeringseis 22a en kan o.a. de volgende gassen met een onnauwkeurigheid van maximaal 10 ppm relatief detecteren: Benzeen (C₆H₆), Toluene (C₇H₈), Xyleen (C₈H₁₀), Fosfine (PH₃), Ammoniak (NH₃), Styreen (C₈H₈), Methylbromide (CH₃Br), Formaldehyde (CH₂O), Ethyleenoxide (C₂H₄O) Bereik in ppm: 0-2000 ppm
IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V2	Paragraaf 6.2 Planning	Uiterste datum stellen vragen ten behoeve van Nota van inlichtingen Woensdag 24 april 2024 12.00u	Uiterste datum stellen vragen ten behoeve van Nota van inlichtingen Vrijdag 24 mei 2024 12.00u
IUC23-714 Beschrijvend document Draagbare Gasdetectie V2	Paragraaf 6.2 Planning	Publicatie Nota van inlichtingen op TenderNed Donderdag 2 mei 2024	Publicatie Nota van inlichtingen op TenderNed Maandag 3 juni 2024

IUC23-714 Beschrijvend Draagbare Gasdetectie V2	document	Paragraaf 6.2 Planning	Uiterste datum van inschrijving Vrijdag 24 mei 2024 12.00u	Uiterste datum van inschrijving Dinsdag 18 juni 2024 12.00u
IUC23-714 Beschrijvend Draagbare Gasdetectie V2	document	Paragraaf 6.2 Planning	Verzending mededeling van de gunningsbeslissing Vrijdag 28 juni 2024	Verzending mededeling van de gunningsbeslissing Maandag 26 augustus 2024
IUC23-714 Beschrijvend Draagbare Gasdetectie V2	document	Paragraaf 6.2 Planning	Verificatiefase Maandag 1 juli t/m woensdag 10 juli 2024	Verificatiefase Dinsdag 27 augustus t/m donderdag 5 september 2024
IUC23-714 Beschrijvend Draagbare Gasdetectie V2	document	Paragraaf 6.2 Planning	Einde bezwaartermijn, tevens vervaltermijn Vrijdag 19 juli 2024	Einde bezwaartermijn, tevens vervaltermijn Zondag 15 september 2024
IUC23-714 Beschrijvend Draagbare Gasdetectie V2	document	Paragraaf 6.2 Planning	Ondertekening van de Raamovereenkomst, dit is tevens de definitieve gunning Vrijdag 26 juli 2024	Ondertekening van de Raamovereenkomst, dit is tevens de definitieve gunning Maandag 23 september 2024