

NL-LEIDEN: Drukmeetsystemen

REFERENTIE: M-EU-24-10

Datum: 14-05-2024

CPV-code(s)	Omschrijving
38423000-6	Drukmeters

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING VAN EEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT (ART. 2.32 AW 2012, GEWIJZIGD BIJ AANBESTEDINGSBESLUIT 2016)

Het LUMC is voornemens een opdracht voor gesloten drukmeetsystemen voor de volwassenen & kinder IC en het operatiecomplex te gunnen aan de onderneming Edwards Lifesciences B.V. gevestigd te Verlengde Poolseweg 16 in Breda.

De aanbestedende dienst kan de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toepassen aangezien mededinging om onderstaande technische redenen ontbreekt en de betreffende levering alleen door deze specifieke leverancier kan worden geleverd:

Het LUMC gebruikt gesloten drukmeetsystemen van Edwards, in combinatie met de HemoSphere monitor en alle technologieën welke beschikbaar zijn op de HemoSphere. Dit systeem wordt op zowel het operatiecomplex, de volwassenen IC, alsmede de kinder IC gebruikt.

Allereerst is het in het kader van patiëntveiligheid cruciaal dat er één universeel drukmeetsysteem wordt gebruikt, met drukmeetsensoren die zijn gevalideerd voor de betreffende patiëntencategorie (van neonat tot volwassene), onder meer vanwege transfers van patiënten tussen deze afdelingen. Dat betekent dat er in geval van de keuze voor een ander drukmeetsysteem, op al deze afdelingen moet worden gewijzigd. Dat brengt de volgende problemen met zich mee:

- Alle kabels dienen gewisseld en dus nieuw aangeschaft te worden op alle afdelingen
- Monitoren voor de cardiac output, behorend bij het platform – welke nog lang niet afgeschreven zijn – moeten gewisseld en dus nieuw aangeschaft worden op alle afdelingen
- Voor bepaalde technologieën heeft LUMC de Truewave sensor (drukmeetsysteem) nodig, bijvoorbeeld bij het gebruik van de geavanceerde Swan Ganz 774F75 of de 777F8 (FastCCO). Deze technologie werkt enkel met het drukmeetsysteem van Edwards.
- Voor de technologie middels pulsecontouranalyse wordt gebruik gemaakt van het platform van Edwards met het daarbij behorende drukmeetsysteem, welke niet is te combineren met een ander drukmeetsysteem.

Voorgestelde opdracht

LUMC is voornemens een overeenkomst te sluiten met leverancier Edwards voor het leveren van drukmeetsystemen voor de afdelingen ICV, ICK en OK. De overeenkomst zal een looptijd kennen van twee (2) jaar initieel en twee (2) maal één (1) jaar optie verlenging.

Afsluiting

Volledigheidshalve wil het LUMC u middels deze aankondiging op de hoogte brengen en in de gelegenheid stellen om hier een gemotiveerd bezwaar tegen aan te tekenen. Indien u bezwaar heeft tegen de voorgenomen Opdracht bij Edwards wordt u verzocht zich uiterlijk maandag 3 juni, vóór 12:00 uur via de email op g.b.bekema@lumc.nl te melden bij Gerben Bekema, sr. inkoper. Als dit tijdens de bovengenoemde periode niet (succesvol), is het LUMC vrij om over te gaan tot verstrekking van bovengenoemde opdracht.