

Nota van Inlichtingen

Betreft	Nota van Inlichtingen II	Datum	2 mei 2024
Van	IUC EZK	Referentie	IUC 202309088
Project	Aanbesteding 'Gasdetectiemeters voor mestgassen voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)'		

Het beantwoorden van vragen vindt plaats middels deze Nota van Inlichtingen, welke integraal onderdeel wordt van het Aanbestedingsdocument met betrekking tot de aanbesteding 'Gasdetectiemeters voor mestgassen voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)'.

Vraagnr.	Verwijzing	Vraag
27.	Bijlage 2 Prijzenblad	Kunt u de compositie van de sensoren voor de gasdetectie apparaten opgeven zodat we de juiste uitvoering kunnen bepalen?
	Antwoord: De Aanbestedende Dienst laat het aan de inschrijver over om voor de beschreven werkzaamheden een zo goed en economisch voordelig mogelijk aanbod te doen m.b.t. de compositie van de sensoren. Onderbouwing: Er zijn verschillende soorten sensoren die op verschillende manieren de gevraagde gassen kunnen detecteren. Welk type toegepast wordt kan o.a. afhankelijk zijn van de fabrikant. Wanneer we nu een bepaalde sensor voorschrijven lopen we het risico dat we partijen hierdoor uitsluiten. Zoals in eerdere adviezen al aangegeven is het wel van belang om te kijken naar de te verwachten levensduur van een sensor. Zo zijn er O2 sensoren met een te verwachten levens duur van 2 jaar en van 5 jaar. Daarom is het bij een goede weging van belang om te kijken naar de total cost of ownership over een vastgestelde periode.	