

Aanbesteding: Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Aanbestedende Dienst: Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Referentie: M-EU-23-16

Toelichting:

Toelichting:

Drug Eluting Stents

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

M-EU-23-14

Hierbij de 1e nota van inlichtingen.

Geïnteresseerden hebben de mogelijkheid om in een 2e vragenronde (deadline 4 maart) vragen te stellen m.b.t. de gegeven antwoorden in de 1e nota van inlichtingen.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Eisen wet- en regelgeving - PvE 11

Vraag:

Om verspilling te voorkomen en ons de gelegenheid te geven dit product nog elders aan te bieden verzoeken wij u de termijn naar 6 maanden te aan te passen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Inkoopvoorwaarden - artikel 11

Vraag:

Wij verzoeken het LUMC om artikel 11 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het LUMC aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In aanvulling op dit artikel geldt dat alle aanspraken op de garantie vervallen wanneer UMC, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, de geleverde Prestaties bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt, alsmede wanneer de gebruiksinstructies ten aanzien van de Prestaties niet worden nageleefd.' Mocht het LUMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het LUMC daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Inkoopvoorwaarden - artikel 19

Vraag:

Uit de op de opdracht van toepassing verklaarde Algemene Inkoopvoorwaarden van het LUMC blijkt dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor 'alle schade die door UMC of door derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn Prestatie en/of als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst'. Blijkens (de toelichting op) Voorschrift 3.9 A van de Gids Proportionaliteit dient een aanbestedende dienst bij het opstellen van aansprakelijkheidsbepalingen onder meer rekening te houden met de in redelijkheid en onder redelijke voorwaarden verzekeraarbaarheid van bepaalde risico's. Kan het LUMC bevestigen dat - zoals gebruikelijk is in de branche - en is voorgeschreven in Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit, de opdrachtnemer in voorkomend geval enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor directe schade en zij niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gedane investeringen, verworven goodwill, reputatieschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie? Mocht het LUMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het LUMC meent dat opdrachtnemer aansprakelijk moet kunnen worden gesteld voor eventueel geleden indirecte schade.

Antwoord:

Niet akkoord. Leverancier is jegens het LUMC aansprakelijk voor alle schade die op grond van de wet of de Overeenkomst voor vergoeding door Leverancier in aanmerking komt. Dit kan vanzelfsprekend ook schade zijn die voortvloeit uit aansprakelijkheid van Leverancier voor derden op grond van de wet of de Overeenkomst.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Inkoopvoorwaarden - artikel 16

Vraag:

LUMC stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV 2021). Hierbij vragen wij u om dit artikel wederkerig te maken zodat geheimhouding geldt voor alle partijen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Artikel 16 wordt wederkerig gemaakt, met uitzondering van benchmarkactiviteiten verricht vanuit NFU.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Inkoopvoorwaarden - artikel 45

Vraag:

Hierbij vragen wij het LUMC om artikel 45.1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden van het LUMC aan te vullen met de volgende zinsnede: 'In afwijking op dit artikel is Leverancier niet verplicht om een escrow overeenkomst aan te gaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.' Mocht het LUMC daartoe niet bereid zijn, ontvangen wij graag een motivering waarom het LUMC daartoe niet overgaat.

Antwoord:

Artikel 45 is niet van toepassing, de levering van DES betreft geen ICT. Zoals ook in de AIV beschreven: artikel 45 is enkel van toepassing op een ICT PRESTATIE of op ICT onderdelen van de Prestatie.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
6

Onderwerp:
PvE 15 & Inkoopvoorwaarden artikel 5.1

Vraag:

Wij vragen LUMC indexatie toe te staan op basis van het volledige NZa prijsindexcijfer. LUMC ontvangt een vergelijkbare compensatie terug via de zorgverzekeraars en/of overheid, zodat het disproportioneel is om inschrijvers diezelfde compensatie te ontfangen. Wilt u rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van inschrijvers en toestaan dat, net zoals elders in de medische sector, jaarlijks wordt geïndexeerd conform aanwijzing van de Rijksoverheid? Zo nee, waarom acht u het huidige voorstel proportioneel?

Antwoord:

Prijzen blijven vast gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst, zijnde 4 jaar. Inschrijver is prima in staat om eventuele kostenstijgingen in die periode in te schatten en te verwerken in de inschrijvingsprijs. LUMC is

bereidt het maximum van 1%, wat eventueel van toepassing zou zijn na de initiële periode, te laten vervallen. Dit artikel is aangepast in de concept raamovereenkomst, er is een nieuwe concept raamovereenkomst geupload onder aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.

7

Onderwerp:

PvE- D10

Vraag:

Indien eis D2 wordt bijgesteld naar 6F t/m 8F vragen wij u om eis D10 te laten vervallen?

Antwoord:

Akkoord, eis D10 vervalt. Het PVE is aangepast en een nieuwe versie is geupload op Tendered onder documenten.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

PvE - D2

Vraag:

Kan deze eis bijgesteld worden naar 6F t/m 8F?

Antwoord:

Akkoord, de eis wordt bijgesteld naar 6 t/m 8F (5F is verwijderd). Het PVE is aangepast en een nieuwe versie is geupload op Tendered onder documenten.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 27 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

AIV NFU Boetes

Vraag:

LUMC stelt voor - naast aansprakelijkheid, garanties en vrijwaringen - ook

nog boetes op te leggen (art. 16.3 en 20.2 NFU AIV 2024). Dat is in de sector ongebruikelijk. Een toelichting waarom dit proportioneel zou zijn in het concrete geval, ontbreekt. Graag verzoeken wij boetebepalingen achterwege te laten. Indien LUMC daartoe niet bereid is, verzoeken wij op zijn minst duidelijk te motiveren hoe deze boetebepalingen, de hoogte van de boetes en de afwezigheid van een boetemaximum proportioneel zijn, in het licht van de (waarde van de) opdracht.

Antwoord:

Niet akkoord. De toepasselijke inkoopvoorwaarden van de NFU zijn gangbare voorwaarden die al langere tijd gebruikt worden, ook in de lopende overeenkomsten. De inkoopvoorwaarden 2016 zijn eerder door de rechter in Den Haag als niet disproportioneel beoordeeld. Op deze opdracht zijn niet de AIV 2016 van toepassing, maar de AIV 2024, zoals terug te vinden bij de aanbestedingsstukken op Tendered. Enige verschil tussen AIV 2016 en AIV 2024 is de MDR wetgeving. Om deze reden nemen we toch de vragen in behandeling.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
10

Onderwerp:
AIV NFU Aansprakelijkheid

Vraag:

LUMC stelt voor om leverancier voor alle categorieën schade aansprakelijk te maken; en ook voor schade van derden; met een verzekeringsplicht; en ook nog de verplichting LUMC geheel te vrijwaren (art. 19 NFU AIV 2024). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van LUMC: “Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de aanbestedende dienst in ieder geval acht op: (a) de risico’s die de aanbestedende dienst daadwerkelijk loopt; (b) de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang” (Voorschrift 3.9D(2)). Graag uw bevestiging dat leverancier uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade die LUMC leed als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door leverancier in de nakoming van een contractuele verbintenis jegens LUMC, tot het maximumbedrag vermeld in art. 19.2 NFU AIV 2024 per schade-incident of serie van schade-incidenten.

Antwoord:

Niet akkoord. Leverancier is jegens het LUMC aansprakelijk voor alle schade die op grond van de wet of de Overeenkomst voor vergoeding door Leverancier in aanmerking komt. Dit kan vanzelfsprekend ook schade zijn die voortvloeit uit aansprakelijkheid van Leverancier voor derden op grond

van de wet of de Overeenkomst.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 AIV NFU Intellectueel eigendom

Vraag:

LUMC stelt voor alle IE-rechten aan zichzelf toe te kennen en, onder meer door garanties en vrijwaringen, alle IE-risico's bij leverancier (art. 17 NFU AIV 2024). Dat is niet toegestaan, althans disproportioneel. De Herziene Gids Proportionaliteit eist van LUMC: "Om dit probleem te voorkomen is niet per se het intellectueel eigendom nodig, maar volstaat veelal een uitgebreid gebruiksrecht. Als men uitgaat van dat laatste, wordt recht gedaan aan de positie van zowel de inschrijver als de aanbestedende dienst" (sub 3.9.1.2). Graag uw bevestiging dat LUMC zich, in plaats van voorgaande, aan het voorschrift van de Minister zal houden.

Antwoord:

Akkoord met een gebruiksrecht anders dan volledige IE-rechten. Zie in dat verband artikel 17 AIV dat tegemoet komt aan die eisen.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
12 AIV NFU Geheimhouding

Vraag:

LUMC stelt voor eenzijdige geheimhouding af te spreken (art. 16 NFU AIV 2024). Dit is in de sector ongebruikelijk. Graag uw bevestiging dat deze bepaling wederkerig is en dat ook LUMC vertrouwelijke gegevens geheim zal houden.

Antwoord:

Artikel 16 wordt wederkerig gemaakt, met uitzondering van benchmarkactiviteiten verricht vanuit NFU.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
13

Onderwerp:
AIV NFU Houdbaarheidsdatum

Vraag:

LUMC stelt voor een minimale houdbaarheidstermijn van 2 jaar. Dit is in de sector ongebruikelijk. In het concrete geval lijkt zo'n lange periode ook onnodig en disproportioneel. Een minimale houdbaarheidsdatum van 6 maanden ligt meer voor de hand. Temeer indien de producten een hoge omloopsnelheid hebben en/of LUMC deze kan retourneren. LUMC wordt dan immers niet benadeeld door een minder verstrekkende houdbaarheidsdatum. Graag uw bevestiging dat een redelijke houdbaarheidsdatum van 6 maanden wordt aangehouden.

Antwoord:

LUMC is bereid de houdbaarheidsdatum te verlagen naar 12 maanden vanaf levering.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
14

Onderwerp:
AIV NFU Wettelijke rente

Vraag:

LUMC stelt dat de toepasselijke rente die van art. 6:119 BW is (art. 10.3 NFU AIV 2024). Echter de als gevolg van de aanbesteding te sluiten overeenkomst is een 'handelsovereenkomst' in de zin van art. 6:119a BW. Graag uw bevestiging dat het gaat om een fatale termijn, waarop het laatste artikel van toepassing is.

Antwoord:

Het betreft hier de toepasselijkheid van artikel 6:119b BW , specifiek voor overheidsopdrachtgevers. Er is inderdaad sprake van een maximale betalingstermijn van 30 dagen na het moment van acceptatie en het ontvangen van een juiste factuur.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
15

Onderwerp:
AIV NFU Rechtsbescherming

Vraag:

LUMC stelt voor om leverancier wettelijke rechten en weren te ontzeggen, c. q. haar zonder ingebrekestelling in verzuim te laten raken (art. 3.2, 6.3, 10.2, 10.8, 18.1 en 20 NFU AIV 2024). Het verhinderen van effectieve rechtsbescherming en het ontzeggen van de mogelijkheid om een tekortkoming te repareren, is per definitie disproportioneel. Temeer nu LUMC zichzelf wel alle rechten en weren voorbehoudt (vgl. bijvoorbeeld art. 10.6 en 10.7 NFU AIV 2024). Graag uw bevestiging dat eerdergenoemde voorstellen komen te vervallen, althans voor zover in afwijking van de wettelijke regeling. Voor zover LUMC dit verzoek niet zou honoreert, gemotiveerd in het licht van het proportionaliteitsbeginsel, verzoekt leverancier op zijn minst de desbetreffende bepalingen wederkerig te maken (in de zin dat partijen dezelfde rechten en weren krijgen).

Antwoord:

De toepasselijke inkoopvoorwaarden van de NFU zijn gangbare voorwaarden die al langere tijd gebruikt worden, ook in de lopende overeenkomsten. De inkoopvoorwaarden 2016 zijn eerder door de rechter in Den Haag als niet disproportioneel beoordeeld. Op deze opdracht zijn niet de AIV 2016 van toepassing, maar de AIV 2024, zoals terug te vinden bij de aanbestedingsstukken op Tendered. Enige verschil tussen AIV 2016 en AIV 2024 is de MDR wetgeving. Om deze reden nemen we toch de vragen in behandeling.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
16

Onderwerp:
AIV NFU Prijspeil

Vraag:

LUMC stelt vaste prijzen voor (art. 5.1 NFU AIV 2024). Wij stemmen daarmee in. Graag nog uw aanvullende bevestiging dat LUMC het prijspeil gedurende de looptijd hetzelfde houdt (dat wil zeggen: dat partijen bij meerjarige overeenkomsten het overeengekomen prijspeil compenseren voor eventuele geldontwaarding, conform de jaarlijkse instructies van de Rijksoverheid aan de gehele medische sector).

Antwoord:

Na de initiële periode van 4 jaar biedt LUMC opdrachtnemers de mogelijkheid om het overeengekomen prijspeil te compenseren voor eventuele geldontwaarding conform NZA index.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr.
17

Onderwerp:
AIV NFU Meer- en minderwerk

Vraag:

LUMC stelt voor meer- en minderwerk te mogen verlangen (art. 4 NFU AIV 2024). Wij stemmen daarmee in. Echter dit is enkel toegestaan als het meer- of minderwerk geen wezenlijke wijziging oplevert (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat LUMC deze bepaling ook zo uitlegt.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie

Beantwoord op: 20 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
18

Onderwerp:
AIV NFU Voortijdige beëindiging

Vraag:

LUMC stelt voor een als gevolg van de aanbestedingsprocedure gesloten overeenkomst eenzijdig voortijdig te mogen beëindigen (art. 3.2 NFU AIV 2024). Dat is een wezenlijke wijziging en niet toegestaan (artikel 2:163a Aw 2012). Graag uw bevestiging dat dit voorstel vervalt.

Antwoord:

LUMC gaat hier niet mee akkoord.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie

Beantwoord op: 20 feb. 2024

Label: Juridisch

Ref.nr.
19

Onderwerp:
AIV NFU Algemeen beoordelingskader

Vraag:

LUMC is als aanbestedende dienst gebonden aan het proportionaliteitsbeginsel: “Een aanbestedende dienst [...] stelt bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht [...] uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht” (art. 1.10(1), 1.13(1) en 1.16(1) Aw 2012).

Om het proportionaliteitsbeginsel nader in te kleuren, stelde de Minister een

richtsnoer vast, de zogenaamde Herziene Gids Proportionaliteit. Dat bevat algemene voorschriften aan LUMC: “Op basis van dit beginsel zijn aanbestedende diensten gehouden in het kader van de aanbestedingsprocedure proportionele eisen en voorwaarden te stellen. Het begrip ‘proportioneel’ betekent daarbij ‘in redelijke verhouding staan tot’. Meer concreet betekent dit in geval van aanbesteding van een opdracht, het in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht in termen van de aard en omvang van die opdracht. [...] Elke aanbestedende dienst moet zijn keuze tot afwijking van deze voorschriften kunnen motiveren, bijvoorbeeld wanneer zwaardere eisen gekozen worden. [...] In voorkomend geval zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Afwijking van de voorschriften kan derhalve niet zonder goede grond” (p. 9).

Het proportionaliteitsbeginsel geldt in alle fasen van de aanbesteding en is ook van toepassing op de voorgestelde concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2024 (art. 1.10(2)(h), 1.13(2)(h) en 1.16(2)(d) Aw 2012).

In zijn algemeenheid mag LUMC een contractueel risico alleen bij de leverancier neerleggen, als LUMC kan aantonen dat risico bij leverancier hoort: “De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden” (Voorschrift 3.9A).

De Herziene Gids Proportionaliteit schrijft voor: “De aanbestedende dienst biedt tijdens de aanbestedingsprocedure potentiële inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden” (Voorschrift 3.9B). LUMC is verplicht af te wegen of de door haar voorgestelde contractuele afwijkingen van het wettelijke stelsel in het concrete geval gerechtvaardigd zijn en, zo ja, de afwijking deugdelijk te motiveren, in het licht van het proportionaliteitsbeginsel en overige wet- en regelgeving (p. 64).

Graag uw bevestiging dat LUMC vragen tijdens de NvI over de concept-overeenkomst inclusief NFU AIV 2024 op de voorgeschreven wijze zal beoordelen en, zo nodig, eventuele afwijkingen van het wettelijke stelsel deugdelijk zal motiveren.

Antwoord:

LUMC zal de vragen volgens de voorgeschreven wijze beoordelen.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch

Ref.nr. 20
Onderwerp: Concept raamovereenkomst art 5.2

Vraag:

Het is niet proportioneel om geen indexering toe te passen voor een overeenkomst van 4 jaar en daarna een maximum van 1% te hanteren. De NZa-index is door de Rijksoverheid wettelijk vastgesteld t.b.v. het compenseren van de kapitaallasten van de leverancier. Het niet mogen toepassen van deze index zorgt voor een ongezonde en risicovolle bedrijfsvoering bij de leverancier. Dit kan niet uw bedoeling zijn. Graag deze bepaling verwijderen en de reguliere NZa- index toestaan, zowel in de raamovereenkomst en de wachtkamerovereenkomst.

Antwoord:

Prijzen blijven vast gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst, zijnde 4 jaar. Inschrijver is prima in staat om eventuele kostenstijgingen in die periode in te schatten en te verwerken in de inschrijvingsprijs. LUMC is bereidt het maximum van 1%, wat eventueel van toepassing zou zijn na de initiële periode, te laten vervallen. Dit artikel is aangepast in de concept raamovereenkomst, er is een nieuwe concept raamovereenkomst geupload onder aanbestedingsdocumenten.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Concept raamovereenkomst art 2.3

Vraag:

U benoemt hier dat maximaal 10% van de totale omvang buiten de af te sluiten raamovereenkomst valt. Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend studie- en/of onderzoeksdoeleinden betreft, zoals u benoemt in par. 2.6 van het beschrijvend document?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Contract

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Paragraaf 3.5.2

Vraag:

Ontvangen inschrijvers een proces-verbaal van opening van de kluis waarin minimaal het aantal en de namen van de overige inschrijvers vermeld

worden?

Antwoord:

Er wordt een proces-verbaal van opening van de kluis verstuurd, waarin het aantal inschrijvers staat vermeld, maar niet de namen.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Paragraaf 3.4.1

Vraag:

U geeft aan dat er een gestandsdoeningstermijn tot 9 maanden van kracht is. Dit is ongebruikelijk lang in deze branche. Gaat u ermee akkoord om de gestandsdoeningstermijn van de gebruikelijke 60 dagen te hanteren?

Antwoord:

LUMC is bereid de gestandsdoeningstermijn aan te passen naar 6 maanden.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Paragraaf 2.6

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de maximale looptijd van de wachtkamerovereenkomst gelijk is aan de initiële looptijd van de raamovereenkomst van 4 jaar?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Paragraaf 2.6

Vraag:

Kunt u aangeven wat de verwachte startdatum van de opdracht is?

Antwoord:

De verwachte startdatum van de opdracht is uiterlijk 01-07-2024 (einddatum huidige lopende contracten).

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
26 Paragraaf 2.6

Vraag:

U benoemt hier dat maximaal 10% van de totale omvang buiten de af te sluiten raamovereenkomst valt. Kunt u bevestigen dat dit uitsluitend studien/of onderzoeksdoeleinden betreft?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
27 Paragraaf 1.6

Vraag:

U refereert hier aan een checklist. Deze ontbreekt echter. Kunt u deze alsnog ter beschikking stellen?

Antwoord:

Per abuis werd dit nog vermeld in het beschrijvend document, dit had verwijderd moeten worden. Het klopt dus dat er geen checklist bij zit.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
28 Planning

Vraag:

U heeft geen 2de vragenronde opgenomen in de planning. Hierdoor geeft u (potentiële) leveranciers niet de mogelijkheid om vragen te stellen n.a.v. uw antwoorden indien verdere verduidelijking noodzakelijk is. Dit komt echter de kwaliteit van de inschrijvingen én de daaropvolgende uitvoering van het contract zeer ten goede. Bent u daarom bereid om een 2de vragenronde toe te voegen in uw planning?

Antwoord:

Akkoord, de planning is aangepast inclusief een 2e vragenronde. LUMC benadrukt wel graag dat er in de 2e vragenronde enkel vragen zullen worden beantwoord die betrekking hebben op een vraag & antwoord uit de 1e vragenronde.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Proces

Ref.nr.
29

Onderwerp:
AIV Houdbaarheidsdatum

Vraag:

Inschrijver kan geen houdbaarheidsdatum garanderen. Wel kunnen wij toestaan dat artikelen in een ongeopende, onbeschadigde verpakking gratis mogen worden omgeruild tot 4 maanden voor de houdbaarheidsdatum. Wij verzoeken u deze eis hierop aan te passen.

Antwoord:

LUMC is bereid de houdbaarheidsdatum te verlagen naar 12 maanden vanaf levering.

Percelen: P1 Guiding katheters t.b.v. interventie cardiologie
Beantwoord op: 20 feb. 2024
Label: Juridisch