

Algemene informatie

Aanbesteding: Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) inclusief onderhoud, onderdelen en accessoires
Aanbestedende Dienst: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Pakket van eisen AED

Vraag:

In bijlage 6, het pakket van eisen AED, onderdeel 1 (algemeen) staat beschreven dat de AED dient te voldoen aan de Europese- en Nederlandse wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen.

Onze organisatie kan een grote diversiteit aan type AED's aanbieden die voldoen aan deze eis. Vanuit economisch oogpunt overweegt onze organisatie om een merk van Chinese afkomst aan te bieden. Gezien de geopolitieke situatie kijken sommige instanties argwanend naar producten uit China. Welke mening is de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid toegedaan met het oog op AED's van Chinese afkomst?

Antwoord:

Zolang product voldoet aan de Europese- en Nederlandse wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, is er geen bezwaar. Indien de inschrijver garant kan staan voor de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid is dit geen probleem.

Percelen: P1 AED's
Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr. 2
Onderwerp: 2.6 Digitaal Display

Vraag:

Wat bedoelt u met relevantie informatie?

Antwoord:

De te doorlopen stappen tijdens reanimatie, tijdsduur, optioneel hartrimte etc.

Percelen: P1 AED's
Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

3

Onderwerp:

2.6 digitaal display

Vraag:

Welke afmetingen gelden voor het digitaal display?

Antwoord:

Er gelden geen voorgeschreven afmetingen. Echter het display dient te allen tijde duidelijk leesbaar te zijn, ook tijdens donker/licht situatie.

Percelen:

P1 AED's

Beantwoord op:

12 sep. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

1.1 Elektroden

Vraag:

Door gekozen puntentelling is er een significant voordeel voor Corpuls. Realiseert u zich dat met de deze puntentelling / beloning alle andere AED merken buiten Corpuls uitsluit?

Antwoord:

Bijlage 1A Invulformulier Gunningscriterium 1 Toepassingen; Gunningscriterium 1.1 komt te vervallen. Herzien Beschrijvend document AED's VRZHZ V1.1 wordt toegevoegd aan de aanbestedingsstukken.

Percelen:

P1 AED's

Beantwoord op:

12 sep. 2024

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Prijzenblad

Vraag:

Bij het prijzenblad staat achter elektroden (let op: 2 sets per AED). We gaan er dus van uit dat alle AED's geleverd moeten worden met 1 aangesloten set en 1 reserve set. Om verwarring te voorkomen: Vullen we dan achter aantal 1 het bedrag voor 1 of 2 sets in?

Antwoord:

Het gestelde is correct. Alle AED's dienen geleverd moeten worden met 2 sets elektroden.

Percelen:

P1 AED's

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 1A Invulformulier Gunningscriterium 1 Toepassingen

Vraag:

In Bijlage 1A Invulformulier Gunningscriterium 1 Toepassingen, worden diverse toepassingen gevraagd die volledig gericht zijn op de Corpuls AED. Deze AED wordt enkel aangeboden door Corpuls Benelux, waardoor andere inschrijvers bij voorbaat kansloos zijn. Om een eerlijk(er) speelveld te creëren voor andere inschrijvers, zijn er aanpassingen nodig in de uitvraag, programma van eisen en gunningscriteria toepassingen. Bent u bereid om hier aanpassingen in door te voeren waarin bijvoorbeeld een kwaliteitsplan kan worden aangeleverd met alternatieve oplossingen/toepassingen die niet enkel en alleen door Corpuls kunnen worden gerealiseerd.

Antwoord:

Bijlage 1A Invulformulier Gunningscriterium 1 Toepassingen; Gunningscriterium 1.1 komt te vervallen. Herzien Beschrijvend document AED's VRZHZ V1.1 wordt toegevoegd aan de aanbestedingsstukken.

Percelen: P1 AED's

Beantwoord op: 12 sep. 2024

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Programma van Eisen

Vraag:

In het Programma van Eisen wordt bij punt 3.3. gevraagd om een AED toestel welke verbinding maakt tussen AED en het platform op basis van dataverbinding via mobiele netwerk (simkaart), geleverd en onderhouden door de inschrijver. Dit is een eis die al jaren uitgevraagd wordt bij tenders en aanbestedingen maar welke in de praktijk vrijwel altijd voor veel problemen zorgt en niet wordt ingezet als gewenst. Advies zou zijn om het stuk connectiviteit te laten vervallen, aangezien leverancier alle relevante gegevens in het gevraagde platform reeds aan kan leveren en bijwerkt (tijdens jaarlijks preventief onderhoud of bij andere wijzigingen). Daaropvolgend, indien aanvrager deze eis niet laat vallen, kan er dan concessie worden gedaan in de levensduur van de batterij van 5 naar 4 jaar? Zo wordt er een eerlijker speelveld gecreëerd van type AED's die wel voldoen aan alle eisen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst stemt niet in met het verzoek. Eis 3.3 blijft van kracht. Opdrachtgever wil actueel inzicht in status van de AED's en daarmee is een

koppeling noodzakelijk. De levensduur van 5 jaar wordt niet aangepast.

Percelen: P1 AED's
Beantwoord op: 12 sep. 2024