

De Universiteit Utrecht is voornemens om de hierna omschreven opdracht rechtstreeks te gunnen aan Canon Medical Systems Nederland, gevestigd aan de Bovenkerkerweg 59, 1185 XB te Amstelveen, Kamer van Koophandel nummer 27143943.

Opdracht

De opdracht betreft de levering, installatie en het onderhoud van drie echografiesystemen ten behoeve van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs binnen het departement Clinical Sciences van de faculteit Diergeneeskunde.

Onder de levering, installatie en onderhoud valt:

- Het leveren van de apparatuur op locatie van de Universiteit Utrecht, inclusief eventuele benodigde import- en transportvergunningen.
- Het plaatsen van de apparatuur in de beoogde ruimte.
- Installeren en bedrijfsklaar opleveren van de drie systemen.
- Het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT). Hiermee controleren we of de systemen voldoen en blijft voldoen aan onze specificaties.
- Trainen in het gebruik van de hardware en software van de radiologen en Sio's van de Afdeling Diagnostische Beeldvorming van de Universiteit Utrecht.
- Verstrekken van productdocumentatie, inclusief systeemdokumentatie en gebruikershandleiding, in het Engels. Indien beschikbaar wordt deze documentatie ook in het Nederlands verstrekt.
- Het afvoeren van emballage.
- Verzorgen van softwarematige en hardware upgrades en updates.
- Standbyou Gold Plus onderhoudscontract voor het systeem voor paarden.
- Standbyou Silver onderhoudscontract voor de twee systemen voor gezelschapsdieren.

De overeenkomst heeft een looptijd van tien (10) jaar, die als volgt is opgebouwd:

1. Na het accepteren van de SAT gaat een garantieperiode van één (1) jaar in.
2. Na het verstrijken van de garantieperiode gaat een vaste periode in één (1) jaar aan onderhoud.
3. Na het verstrijken van de vaste periode van één (1) jaar kunnen we de overeenkomst acht (8) keer met één (1) jaar verlengen.

De geraamde opdrachtwaarde is 311.862 euro exclusief btw gedurende de initiële looptijd (de garantieperiode van één (1) jaar plus de vaste periode van één (1) jaar aan onderhoud).

Vrijwillige transparantie vooraf

Deze aankondiging betreft een 'Aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf'.

De Universiteit Utrecht is van mening dat de opdracht door middel van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging aan Canon Medical Systems Nederland gegund kan worden, omdat:

- 1) mededinging om technische redenen ontbreekt (artikel 2.32 lid 1 sub b punt 2 Aw 2012), en
- 2) er geen redelijk alternatief of substituut bestaat en het ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige beperking van de voorwaarden van de aanbesteding (Artikel 2.32 lid 3 Aw 2012).

Motivering

De drie echografiesystemen zullen ingezet worden voor echografische onderzoeken bij gezelschapsdieren en paarden in het kader van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De drie echografiesystemen van Canon Medical Systems Nederland hebben een combinatie van benodigde eigenschappen die deze systemen uniek maakt. Deze eigenschappen zijn:

- De mogelijkheid voor een lineaire ultra-high frequency transducer van minimaal 24 MHz en scanoppervlak van minimaal 4 cm voor gedetailleerde weergave van oppervlakkig gelegen organen en spier- en peesstructuren.
- De mogelijkheid voor een intraoperatieve transducer welke tussen de vingers gehouden kan worden ten behoeve van transrectale onderzoeken bij paarden.
- Gemotoriseerde hoog-/laagfunctie van het bedieningspaneel voor optimale ergonomische instelling.
- De aanwezigheid van een techniek voor de visualisatie van microvascularisatie met trage flow (, 1 mm/sec) in structuren met hoge sensisiviteit en framerate (> 40 fps).

- Een shared service echografiesysteem dat geschikt is voor zowel cardiale, abdominale als musculo skeletale toepassingen bij gezelschapsdieren en paarden.
- De echografiesystemen zijn voorzien van een abdominale transducer met frequentiebandbreedte van minimaal 1 tot 8 MHz voor abdominaal echografisch onderzoek van zowel gezelschapsdieren als paarden met een maximaal in te stellen diepte van 50 cm.
- De abdominale transducer is voorzien van een scanhoek van minimaal 140 graden zonder verlies framerate en detail voor de "volledige" weergave van milt en nieren.
- Optioneel is Shear Wave Elastography beschikbaar met mogelijkheid om stijfheid tot 700 kPa te meten.
- Echobeelden zijn altijd volledig gefocuseerd middels "full focus technology", maar bieden ook de mogelijkheid om het focus manueel aan te passen.
- Zowel de abdominale als lineaire transducer is voorzien van matrixtechnologie voor maximale penetratie gecombineerd met hoge detailwaarneembaarheid bij de echografische beeldvorming van paarden.
- De cardiale transducer heeft een minimale frequentie van 1,5 MHz en maximale scandiepte van minimaal 28 cm of meer voor cardiale beeldvorming van paarden.
- Het echografiesysteem is voorzien van Speckle Tracking geschikt voor toepassing op paarden.
- Het echografiesysteem heeft een maximale (koude) opstarttijd van 30 seconden en maximaal 20 seconden vanuit standby.
- Reeds ontwikkelde protocollen in vooraanstaande veterinaire referentiehuizen zullen worden gedeeld.
- Global Longitudinal Strain van Linker Ventrikel is onderdeel van het cardiologische meetpakket. Automatisch, semi-automatisch en handmatig.
- 2D speckletracking (global en segmentale berekeningen) is volledig automatisch op standaard views (herkenning caviteit + automatische contour tracking). Op niet standaard views kan deze handmatig worden toegepast.

Daarnaast is de mogelijkheid tot volledige uitwisseling van de transducers tussen de drie systemen noodzakelijk. Om ontwikkeling en mogelijke samenwerking te garanderen is aantoonbare ervaring en ontwikkeling van de systemen binnen de humane geneeskunde als wel andere universitaire dierenklinieken op het gebied van gezelschapsdieren en paarden vereist. Applicatie medewerkers met ruime ervaring op zowel humaan als veterinair vlak moeten on site aanwezig zijn voor training en optimalisatie van de instellingen van de systemen voor de door ons gewenste toepassingen en workflow.

Deze aankondiging wordt enkel gebruikt om de voorgenomen procedurekeuze vooraf bekend te maken aan de markt teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om eventuele bezwaren kenbaar te maken. Indien belanghebbenden, ondanks bovenstaande motivering, bezwaar wensen aan te tekenen tegen bovengenoemd voornemen, dienen zij binnen een termijn van 20 kalenderdagen (uiterlijk 23 september 2024) na publicatie van deze aankondiging een met reden omkleed bezwaar tegen de voortzetting van deze procedure in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Rocky van Genderen via r.m.vangenderen@uu.nl.

De Universiteit Utrecht neemt een eventueel bezwaar mee in haar afweging. Mocht u zich, ondanks onze toelichting/reactie op uw vragen of bezwaren, niet kunnen verenigen met deze aankondiging, dan kunt u een kort geding aanhangig maken bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. U dient hiertoe over te gaan binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging. Indien er gedurende deze termijn geen bezwaar kenbaar is gemaakt, vervallen de rechten van ondernemingen om nog op te komen tegen de voorgenomen procedure.