

## **Bijlage 8 Acceptatieprotocol**

### **1. Toepassing**

Deze bijlage bevat het Acceptatieprotocol waarin de door UMC te hanteren procedure is vastgelegd ten einde te beoordelen of de door Leverancier geleverde Prestatie voldoet aan de in de Aanbestedingsdocumenten c.q. Offerteaanvraag en/of Overeenkomst vastgelegde technische/functionele eisen en specificaties en daarmee voor Acceptatie in aanmerking komt.

### **2. Acceptatieprocedure bepalingen aanvullend bij artikel 8 van de Overeenkomst en artikel 13 (Keuring) AIV**

De acceptatieprocedure wordt gecoördineerd door [Namen]

Acceptatie van de Prestatie vindt plaats nadat aan alle in artikel 3 van deze Bijlage 8 vastgelegde acceptatiecriteria is voldaan. Wanneer Acceptatie heeft plaatsgevonden zal dat schriftelijk door UMC bevestigd worden aan Leverancier, m.b.v. ingevuld en ondertekend acceptatieprotocol. Afwijkingen die leiden tot non-conformiteit waardoor er geen (volledige) Acceptatie kan plaatsvinden zullen door UMC schriftelijk aan Leverancier worden meegedeeld zodra een test- of controle is afgerond.

Het einde van de acceptatieprocedure staat gepland op [Startdatum]

Het streven is dat de acceptatieprocedure dan door UMC wordt afgerond.

### **3. De acceptatiecriteria**

1. Administratieve controle: de administratieve controle omvat de controle door UMC van de compleetheid van de door Leverancier geleverde Prestatie volgens specificatie.
2. Visuele inspectie: omvat visuele inspectie door UMC van de door Leverancier geleverde Prestatie volgens specificatie in bijlage 10 en/of door aangeleverde documentatie handleiding 1.
3. Mechanische controle: de mechanische controle door UMC omvat een controle van de mechanische opbouw van de door Leverancier geleverde Apparatuur. Hierbij wordt gekeken naar compleetheid, robuustheid en beschadiging en wordt gecontroleerd volgens IEC-601-1
4. Elektrische controle: bij elektrische controle wordt de elektrische installatie van de door Leverancier geleverde Apparatuur gecontroleerd door UMC volgens NEN 1010 en NEN3134. Bij elektrische controle wordt de elektrische Apparatuur gecontroleerd volgens IEC 601-1
5. Functionele controle: Alle systeemfuncties van de door Leverancier geleverde Prestatie worden door UMC beproefd volgens de in de Aanbestedingsdocumenten c.q. Offerteaanvraag en/of Overeenkomst vastgelegde technische/functionele Eisen en specificaties en de gebruikershandleidingen.



6. Programmatuur controle: Alle bij de door Leverancier geleverde Prestatie geleverde Programmatuur wordt gecontroleerd door UMC op compleetheid en op correct functioneren conform de in de Aanbestedingsdocumenten c.q. Offerteaanvraag en/of Overeenkomst vastgelegde technische/functionele Eisen en specificaties.
7. Netwerkkontrolle: Door UMC wordt het functioneren van de door Leverancier geleverde Prestatie in combinatie met het afdelingsnetwerk gecontroleerd. De Prestatie dient op het afdelingsnetwerk van UMC volledig en volgens de in de Aanbestedingsdocumenten c.q. Offerteaanvraag en/of Overeenkomst vastgelegde technische/functionele Eisen en specificaties te functioneren zonder dat andere delen van het afdelingsnetwerk van UMC beperkt worden in hun functioneren. De datafiles moeten correct worden overgezonden naar de beoordelingssystemen op de afdeling.
8. Klinische controle: een uitvoerige test door UMC van de door Leverancier geleverde Prestatie volgens in de Aanbestedingsdocumenten c.q. Offerteaanvraag en/of Overeenkomst vastgelegde technische/functionele Eisen en specificaties; er zal daarbij door UMC ook worden nagegaan of de Prestatie voldoet aan de voor deze Prestatie normaal geldende functie-eisen onder zo regulier mogelijke bedrijfsomstandigheden (bedrijfstest).

## Acceptatieformulier

Leverancier: [Naam leverancier]

Onderwerp: [Naam onderwerp/ onderwerpomschrijving]

Kenmerk/nummer Overeenkomst: [Kenmerk]

Aanschaf-formulier dossiernummer: [Dossiernummer]

Ordernummer: [Ordernummer]

Ondergetekenden verklaren dat te leveren Prestatie in de zin art 1 sub E van de Algemene Inkoopvoorwaarden UMC januari 2024 (AIV) bedrijfsvaardig is opgeleverd, dat de goede werking is aangetoond en dat hiermede de Prestatie van Leverancier wordt geaccepteerd (Acceptatie)

met voorbehoud van

Restpunt.

De in de Overeenkomst overeengekomen Garantie vangt aan op de datum van ondertekening van dit Acceptatieformulier.

<OPTIONEEL UMC zal na het oplossen door Leverancier van de restpunten daarvan een schriftelijke bevestiging sturen aan Leverancier.

Datum: <invullen>

<Naam>

Functie gebruiker UMC

<Naam>

UMC-inkoper

<Naam>

Leverancier

<Naam>

UMC Medische Technologie

<Naam>

UMC-afdelingshoofd [Functie]