

Bijgevoegd informatie ter verduidelijking van de uitvraag.

Locaties	Aantal nieuwe units conform PVE	Waarvan LED lampen ombouw	Aanschaf nieuwe spleetlampen
Poli (VU)	34	30	4
AMC	4	4	0
Kliniek (VUMC)	3	3	0
Totaal	41	37	4

Om dit overzichtelijker te maken is het prijzenblad omgebouwd. Gebruik bij inschrijving dit nieuwe prijzenblad.

Indirecte oogspiegel bij elke unit, skiaskoop bij 5 units.

De nieuwe spleetlampen moeten gelijk of minstens gelijkwaardig zijn aan de kwaliteit van Haag-Stret BQ 900LED.