

Nota van inlichtingen 2 – Medische apparatuur – GGD IJsselland

Begin nota van inlichtingen:

Nr.	Pag.	Par.	Vraag	Antwoord
Aanbestedingsleidraad				
1.		Nvl 1 Vraag 4	U geeft aan dat alternatieve artikelen binnen 10 kalenderdagen na gunning geleverd moeten worden. Bent u bereid om iets meer tijd in te ruimen en akkoord te gaan met een leveringstermijn van 15-20 kalenderdagen?	Akkoord. Dit kan als gevolg hebben dat de definitieve gunning ook later verstuurd wordt. Opdrachtgever wil de artikelen kunnen beoordelen voordat de definitieve gunning wordt verstuurd.
2.		Nvl 1 Vraag 5	Er wordt aangegeven dat er maximaal 6 pagina's gebruikt mogen worden. Gezien de omvang van de onderwerpen, lijkt dit echter wat krap. Zou het mogelijk zijn om voor het Plan van Aanpak maximaal 4 A4-pagina's te gebruiken, voor samenwerking 3 A4-pagina's en voor duurzaamheid 2 A4-pagina's? Dit zou beter aansluiten bij de vraagstelling.	Niet akkoord.
3.	17	Open vragen, perceel 2	Er wordt bij zowel Plan van Aanpak als bij samenwerking gevraagd naar de dagelijkse bereikbaarheid klantenservice/gebruikersondersteuning. Kunt u aangeven in welk onderdeel dit uitgewerkt dient te worden om herhaling te voorkomen?	Bij vraag 1 Plan van aanpak.
Bijlage 1. Programma van Eisen Algemene eisen perceel 1 en 2				
4.		Nvl 1 Vraag 7 en 16	U geeft aan dat de Seca 762 komt te vervallen en vervangen wordt door de Seca 761. Echter, de Seca 761 voldoet ook niet aan ijkklasse III. Kunt u het PvE daarom aanpassen en de functionele omschrijving hierin opnemen?	De Seca 761 voldoet aan ijkklasse III, deze weegschaal voldoet voor de GGD en kan dus zo blijven staan.
Bijlage 1. Programma van Eisen perceel 1				
5.	4	Eis 20	Welke preventief onderhoudsfrequentie wordt gehanteerd op apparatuur?	Eis 20 komt te vervallen.
6.		Nvl 1 Vraag 22	Kunt u LED als vereiste opnemen? Als voorbeeld: leverancier Heine levert geen instrumenten meer zonder LED-verlichting. LED-verlichting heeft onder andere een langere levensduur, biedt een helder en consistent licht, en is energiezuiniger dan halogeen of xenon. Het opnemen van LED als vereiste zorgt voor een goede kwaliteit voor opdrachtgever en voor een eerlijker vergelijk tussen opdrachtnemers, aangezien LED vaak duurder is dan halogeen of xenon, wat in het prijzenblad wel uit zou kunnen maken.	Akkoord, de eis wordt aangepast naar LED-verlichting die dimbaar is.
7.	5	Eis 27	Is een sticker met daarop de datum voor het volgende onderhoud toegestaan? Dit is duidelijker voor gebruiker of het instrument nog ingezet mag worden.	Dit is toegestaan.
8.		Nvl 1 Vraag 20	Kunt u delen welk elektronisch kinddossier opdrachtgever nu gebruikt?	KD+

9.	6	Eis 33	Mag hier een audiometer worden aangeboden, waarbij de test via een laptop wordt afgenomen?	Ja, dat mag.
Bijlage 4B. Prijzenblad perceel 2				
10.			Het werkblad is zwaar beveiligd waardoor het calculeren lastiger is, we kunnen er nu geen kopie van maken, is het mogelijk de beveiliging aan te passen?	Niet akkoord. Inschrijver dient enkel de oranje cellen in te vullen.
11.	1	Rij 6	T.b.v. welk merk otoscoop?	Zie het aangepaste prijzenblad voor perceel 2. Deze is bij deze Nvl gepubliceerd. Hierop zijn de EAN-codes opgenomen.
12.	1	Rij 7	T.b.v. welk merk otoscoop?	Zie het aangepaste prijzenblad voor perceel 2. Deze is bij deze Nvl gepubliceerd. Hierop zijn de EAN-codes opgenomen. In dit geval de Heina Beta set 200 LED.
13.	1		Is het mogelijk om er referentienummers bij te plaatsen?	Voor zover bekend zijn de nummers toegevoegd aan het prijzenblad dat bij deze Nvl is gepubliceerd.
Overige bijlagen				
14.		Bijlage 6 Overzicht huidige medische apparatuur	Wat is het aantal locatie waar preventief onderhoud uitgevoerd moet worden? Wordt apparatuur geclusterd op de regiolocaties? Welke aantallen zijn per locatie aanwezig van de opgegeven apparatuur?	De apparatuur staat verdeeld over alle locaties, zie bijlage 'Te kalibreren apparatuur' bij deze Nvl. Tijdens het jaarlijkse kalibreren wordt ook het onderhoud uitgevoerd. Onderdelen die kapot zijn en/of niet meer goed zijn worden op dat moment vervangen. Verder vindt er geen preventief onderhoud plaats.
15.		Nvl 1 Vraag 40 (bijlage 6).	Er wordt aangegeven dat de apparatuur die gekalibreerd moet worden al is omschreven op merk en model. Echter, de huidige omschrijving geeft alleen een 'soort' aan, zoals Audiometer. Voor een correcte aanbieder is het noodzakelijk om specifiek te weten om welk type het gaat, bijvoorbeeld: betreft het een Seca 757 babyweegschaal of een Inventis Triangle Audiometer?	Bij deze Nvl is de bijlage 'Te kalibreren apparatuur' opgenomen. Hierop staan de gegevens.

Bijlage:

- Bijlage 4B Prijzenblad Medische Verbruiksartikelen Nvl 2
- Te kalibreren apparatuur

Einde nota van inlichtingen: