

Algemene informatie

Aanbesteding: Interventie Statieven
Aanbestedende Dienst: Erasmus MC
Referentie: -

Toelichting:

Bij deze ontvangt u de Nota van Inlichtingen 1 waarbij we opmerken dat wanneer u de in te ruilen apparatuur wenst te schouwen, u hiervoor een afspraak kunt maken. Dit is mogelijk op een dinsdag, donderdag of vrijdag einde dag. Graag een mail sturen aan aanbestedingen@erasmusmc.nl ovv tenderned nummer

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Vraag mbt PvE Perceel 1 punt 12.2

Vraag:

Hierin wordt verwezen naar een Recall procedure die als bijlage F in de koopovereenkomst zou moeten zitten, maar in de koopovereenkomst is enkel een leeg/blanco bijlage F te zien.

Daardoor de inhoud niet beoordelen en dus ook niet kunnen bevestigen of die inhoud akkoord is. Hebben jullie bijlage F voor ons? Of is de recall procedure wellicht niet van toepassing?

Antwoord:

Bijlage F inmiddels gepubliceerd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst artikel 3.2

Vraag:

Dit artikel stelt dat Leverancier bijgevoegde coördinatieovereenkomst zou moeten tekenen. Er is voor zover wij kunnen nagaan geen coördinatieovereenkomst bijgevoegd, en daarnaast lijkt zo'n soort overeenkomst in dit geval niet aan de orde te zijn, nu er geen noodzaak is tot coördinatie, anders dan tussen UMC en Leverancier. Kunt u de verwijzing naar die coördinatieovereenkomst schrappen?

Antwoord:

Akkoord, coördinatieovereenkomst passage schrappen we uit de uiteindelijke overeenkomst na gunning

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst artikel 3.2

Vraag:

Dit artikel stelt dat Leverancier bijgevoegde coördinatieovereenkomst zou moeten tekenen. Er is voor zover wij kunnen nagaan geen coördinatieovereenkomst bijgevoegd, en daarnaast lijkt zo'n soort overeenkomst in dit geval niet aan de orde te zijn, nu er geen noodzaak is tot coördinatie, anders dan tussen UMC en Leverancier. Kunt u de verwijzing naar die coördinatieovereenkomst schrappen?

Antwoord:

Akkoord, coördinatieovereenkomst passage schrappen we uit de uiteindelijke overeenkomst na gunning

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst artikel 3.4

Vraag:

Kunt u bevestigen dat deze verplichting enkel ziet op het correct installeren en instellen van de door leverancier zelf geleverde apparatuur? Leverancier heeft immers geen (technische) kennis van andere aanwezige systemen en op welke wijze deze moeten worden ingesteld en kan daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen.

Antwoord:

"Zoals artikel vermeld gaat EMC er van uit dat er een inspanning verplichting is voor inschrijver. en geen verantwoordelijkheid Leverancier beperkt zich tot aanpassingen van systemen die zij zelf geleverd heeft. Voor zover het deelsystemen van andere leveranciers betreft dient Leverancier aan EMC aan te geven welke deelsystemen op welke wijze aangepast dienen te worden en Leverancier dient zich in te spannen om eventuele problemen met betrekking tot de onderlinge samenhang met andere (deel) systemen op te lossen met andere Leverancier(s)."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst artikel 9

Vraag:

Wij begrijpen en bevestigen dat de gegeven garantie geldt ten aanzien van gebreken in de Prestatie die aan Leverancier te wijten zijn, wat wij echter missen in de garantie zoals uiteengezet in de overeenkomst en algemene voorwaarden is dat er ook situaties zich kunnen voordoen waarbij een mogelijk gebrek het gevolg is van een aan Instelling te wijten handeling of nalaten. In dergelijke gevallen is de garantie niet van toepassing. Het gaat om de volgende situaties:

De door Leverancier verstrekte garantie geldt niet geldt voor gebreken die het gevolg zijn van:

- a. onjuist(e), ongepast(e) of ongeoorloofd(e) onderhoud, wijzigingen of ijking door of namens Instelling;
- b. door Instelling of derden geleverde programmatuur, koppelingen of benodigdheden;
- c. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en/of andere beschadigingen welke niet het gevolg zijn van aan Leverancier toerekenbare handelingen;
- d. foutieve voorbereiding van de plaats van installatie door of namens Instelling;
- e. schade aan de producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak;
- f. virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de producten op een netwerk;
- g. het gebruik van andere dan door Leverancier goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de producten;
- h. het gebruik van de producten in combinatie met andere dan door Leverancier goedgekeurde en/of anderszins incompatibele (rand-)apparatuur of (rand-)programmatuur;
- i. het niet nakomen door Instelling van gemaakte afspraken in verband met het onderhouden van de producten.

Bent u bereid deze te accepteren, en zo niet, aan te geven welke situaties wel akkoord zijn?

Antwoord:

Eventuele nalatigheid door EMC valt natuurlijk niet onder garantie van inschrijver

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:

Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst artikel 9

Vraag:

Dit artikel bepaalt weliswaar de verplichting van leverancier tot het verlenen van garantie, maar daarbij worden niet de gebruikelijke randvoorwaarden van garantie benoemd. Bent u derhalve bereid de volgende randvoorwaarden toe te voegen aan de garantie:

1. Leverancier garandeert en staat er voor in dat de geleverde Producten:
 - beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen;
 - beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen;
 - deugdelijk en vrij van Gebreken zijn;
 - in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie;
 - geschikt zijn voor het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en
 - voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder de Europese en Nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en/of certificering; alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van het Product.
2. De door Leverancier verstrekte garantie geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van 12 maanden na levering en enkel voor gebreken die ontstaan zijn bij juist, correct en oordeelkundig gebruik van de producten door opdrachtgever in overeenstemming met de documentatie, het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en/of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier.
3. De door Leverancier in het kader van garantie aangeboden vervangingsonderdelen hoeven niet altijd nieuw of exact overeenstemmend met de originele onderdelen te zijn, maar dienen wel altijd qua prestatie met nieuwe onderdelen gelijkwaardig te zijn.
4. Garantie is beperkt tot het – naar het oordeel en de keuze van Leverancier - herstellen of vervangen van het product of een gedeelte daarvan, en niet tot het herstellen of vervangen van (een gedeelte van) andere (al dan niet gekoppelde) apparatuur, gebouwen en/of faciliteiten.
5. Opdrachtgever zal, om Leverancier in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen, gebreken die vallen onder de garantie zo

spoedig mogelijk melden aan Leverancier, Leverancier alle benodigde informatie omtrent de gebreken en hoe deze zijn ontstaan overleggen alsmede Leverancier alle benodigde toegang geven tot de producten om haar garantieverplichtingen na te komen, uiteraard in goed onderling overleg met Opdrachtgever en zonder onnodige verstoringen van het bedrijfsproces van Opdrachtgever.

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst artikel 12.1

Vraag:

Kunt u bevestigen dat in dergelijke gevallen wel de schade, die leverancier als gevolg hiervan lijdt, wordt vergoed? De gronden voor ontbinding vinden zich dan namelijk geheel buiten de invloeds- en risicosfeer van leverancier en de risico's hiervan zijn voor leverancier dan ook niet te voorzien.

Antwoord:

Niet akkoord. Voor eventuele vergoedingen dient u zich dan te wenden tot de Rijksoverheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Vraag mbt de Concept Koopovereenkomst artikel 13.1

Vraag:
Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is?

Antwoord:
Akkoord, artikel start met "indien" en dat is niet het geval in deze.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 3.2

Vraag:
Wanneer partijen een overeenkomst aangaan, moeten beide partijen erop kunnen vertrouwen dat deze niet kan worden opgezegd, tenzij sprake is van tekortkomingen of bijzondere omstandigheden dan wel opzegging gepaard gaat met vergoeding van alle gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Bent u daarom bereid dit artikellid te schrappen dan wel overeen te komen dat opzegging enkel mogelijk is na vergoeding van alle gemaakte kosten en gederfde inkomsten van leverancier?

Antwoord:
Niet akkoord. Dit artikel heeft alleen betrekking op het niet aanvangen van

de werkzaamheden overeengekomen in de overeenkomst. Dit is wat ons betreft een geldige reden om de overeenkomst op te zeggen zonder vergoeding

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 3.4

Vraag:

Kunt u dit zo aanpassen, dat de Overeenkomst pas tot stand komt nadat leverancier de Order heeft ontvangen? Anders kan een overeenkomst tot stand komen, zonder dat leverancier hier ooit kennis van heeft kunnen nemen.

Antwoord:

Niet akkoord, betreft hier overigens een artikel voor afroepcontracten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

11

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 3.5

Vraag:

Kunt u bevestigen dat dit geldt onder de voorwaarde dat UMC leverancier tijdig en volledig deze gegevens heeft verstrekt? Deze informatie is immers van UMC en leverancier kan deze alleen weten als UMC deze verstrekt.

Antwoord:

Niet akkoord, onze doelstellingen voor deze aanbesteding staan verwoord in de leidraad. Daarnaast is er voldoende publiek toegankelijke informatie beschikbaar op internet

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 3.6

Vraag:

Kunt u bevestigen dat dit artikel vervalt? Dit leidt immers tot de redelijke situatie dat de AIV pas van toepassing zijn indien dat in een getekend contract is overeengekomen.

Antwoord:

Niet akkoord. Prestatie wordt pas geleverd na ondertekening van de koopovereenkomst waar de AIV onderdeel van is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 4.1

Vraag:
Kunt u bevestigen dat artikel 2.5 hierop van overeenkomstige toepassing is?

Antwoord:
Niet akkoord. Artikel 4.1 heeft specifiek betrekking op meer- of minderwerk, waarvoor Erasmus MC de opdracht verstrekt. Artikel 2.5. heeft niet deze specifieke toepassing

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 4.2

Vraag:
Kunt u bevestigen dat alle wijzigingen van de overeenkomst (daaronder dus begrepen meerwerk, minderwerk, prijswijzigingen en andere wijzigingen) enkel na schriftelijke overeenstemming tussen beide partijen mogelijk zijn en dat, indien partijen hierover geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet?

Antwoord:
Nee, Erasmus MC kan dit niet bevestigen. Artikel 4.2 blijft gehandhaafd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 5.1

Vraag:

De op te geven prijzen zijn voor een deel aan fluctuaties onderhevig, welke op dit moment niet voorzienbaar zijn. Het is daarom niet redelijk om voor alle nu op te geven prijzen te bepalen dat deze niet kunnen worden aangepast voor de duur van de overeenkomst.

Bent u daarom bereid overeen te komen dat de overeengekomen prijzen jaarlijks per 1 januari kunnen worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil, conform het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten (ten aanzien van 1/3e deel van de vergoeding) en het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten (ten aanzien van 2/3e deel van de vergoeding) zoals gepubliceerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)?

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 6

Vraag:

Dit artikel vestigt enkel de verplichting van leverancier tot levering, maar niet de verplichtingen die de opdrachtgever bij levering en installatie heeft. Bent u bereid aan dit artikel het navolgende toe te voegen?

Leverancier zal, indien overeengekomen, na levering ook zorgdragen voor de installatie van het geleverde op de aangewezen locatie van levering. Eventuele kosten voor installatie op een andere locatie komen voor rekening van Instelling. Instelling is in geval van installatie voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor:

- een geschikte en vergrendelbare ruimte nabij de plaats van installatie waar Leverancier gereedschappen, instrumenten en de producten kan opslaan voor en gedurende de installatie, waarbij tijdens de opslag verloren of beschadigde voorwerpen op kosten van Instelling worden vervangen of hersteld;
- een tijdige uitvoering en voltooiing van voorbereidende werkzaamheden op of om de plaats van installatie, conform de eisen die Leverancier hiervoor aan de Instelling heeft medegedeeld alsmede welke van een goed opdrachtgever mogen worden verwacht en in overeenstemming met alle geldende veiligheids-, elektrische- en (werktuig-)bouwkundige voorschriften die op de producten en de installatie daarvan betrekking hebben;
- het tijdig kunnen beschikken over de benodigde vergunningen en machtigingen van bevoegde overheden voor of in verband met de installatie van de producten;
- eventuele benodigde graaf-, breek-, metsel-, schilder-, hijs-, sleep-, takel- of bekabelingswerkzaamheden alsmede alle andere bouwkundige werkzaamheden;
- een tijdige vrije en onbelemmerde toegang voor de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede het verkrijgen en tijdig aan Leverancier ter beschikking stellen van eventueel benodigde machtigingen, toegangs-, uitgangs-, verblijfs-, werk- of andere vergunningen voor de producten, de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren alsmede hun benodigde materialen en gereedschappen;
- het verlenen van alle hulp en bijstand aan de door Leverancier aangewezen personen die de installatie uitvoeren in verband met het transporteren van de producten naar de plaats van installatie, waaronder het verwijderen van panelen of obstakels en het herstellen van de omgeving;
- het tijdig voorafgaand aan de installatie inspecteren van de plaats van installatie en het verwijderen en afvoeren van alle gevaarlijke materialen van de plaats van installatie;
- het realiseren van de voor installatie en de correcte werking van de

producten en diensten benodigde koppelingen en/of netwerkvoorzieningen en de voldoende beschikbaarheid van personen en middelen hiervoor.

Indien bovengenoemde voorwaarden niet, niet naar behoren of niet tijdig door Instelling zijn vervuld of Leverancier de levering of installatie anderszins moet onderbreken of uitstellen als gevolg van redenen die niet aan Leverancier toerekenbaar zijn, is Leverancier gerechtigd alle bijkomende kosten aan Instelling in rekening te brengen. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld en geeft geen garantie voor de conditie of geschiktheid van de gebouwen of van de in die gebouwen beschikbare voorzieningen waarin de producten moeten worden opgeslagen, geïnstalleerd of gebruikt

Antwoord:

Niet akkoord. Erasmus MC handhaaft dit artikel over Leveringen. Verdere afspraken over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn vastgesteld in andere artikelen. Wel commiteerd het Erasmus MC zich aan goed Opdrachtgeverschap

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 6.3

Vraag:

Onder deze overeenkomst zullen verschillende (deel-)leveringen moeten plaatsvinden. Het is daarbij niet redelijk alle termijnen aan te merken als fatale termijnen, wat zou betekenen dat een enkele overschrijding van een levertermijn kan leiden tot ontbinding van de gehele (raam)overeenkomst en alle daaronder vallende nadere overeenkomsten en/of bestellingen. Kunt u derhalve bevestigen dat, in geval van termijnoverschrijdingen welke toerekenbaar zijn aan leverancier, opdrachtgever leverancier in gebreke zal stellen en een redelijke termijn voor herstel zal gunnen, passend bij de aard

van de tekortkoming en de inspanningen welke met herstel gemoeid zijn?

Antwoord:

Niet akkoord, deze artikelen blijven gehandhaafd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 8.1-3 en 35

Vraag:

U bepaalt hier dat het eigendom op het geleverde overgaat bij levering. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien het geleverde dan nog niet betaald is en leverancier dan enkel nog een (achtergestelde) financiële vordering heeft. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat eigendom overgaat na volledige betaling van het geleverde?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 8

Vraag:

Gaat u ermee akkoord dat, aangezien het eigendom overgaat bij levering, ook het risico op de goederen bij levering overgaat op instelling? (bijvoorbeeld diefstal of toegebrachte schade door gebruik na levering, brand, waterschade)

Antwoord:

Niet akkoord, eigendom gaat niet over bij levering maar pas bij volledige betaling. Zie vorige vraag

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikelen 8.1, 13.6, 33, 36, Definities onder M en N

Vraag:

U bepaalt hier dat het risico op het geleverde overgaat na goedkeuring. Voor leverancier is dat niet acceptabel, aangezien deze vanaf het moment van levering geen feitelijke beschikkingsmacht meer heeft over het geleverde en het risico dus ook niet langer kan beheersen. Denk aan beschermen tegen brand- en waterschade, beveiligen van de locatie tegen diefstal en molest etc. Hiervoor heeft opdrachtgever een zorgplicht om gedurende deze periode als goed huisvader met de producten om te gaan. Bent u derhalve bereid overeen te komen dat risico overgaat bij levering, uiteraard onverminderd het recht van opdrachtgever het geleverde aan een keuring en/of acceptatietest te onderwerpen?

Antwoord:

Niet akkoord, deze artikelen blijven gehandhaafd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 9.1

Vraag:

Kunt u bevestigen dat (door) leverancier (ontwikkelde) hulpmiddelen of hulpmiddelen die door leverancier van derden wordt betrokken zijn uitgesloten?

Antwoord:

Nee, deze hulpmiddelen zijn niet uitgesloten

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 10.4

Vraag:

Met dit artikel wenst u het recht om te allen tijde van leverancier een bankgarantie te kunnen verlangen. Dit is voor leverancier niet acceptabel, aangezien hiermee aanzienlijke kosten gemoeid zijn en dit de kredietfaciliteiten van leverancier aantast. Wel kan leverancier u een alternatieve zekerheid verlenen, middels het overleggen van de 2:403-verklaring van haar moedermaatschappij. Bent u derhalve bereid de bankgarantie te laten vervallen en leverancier te laten volstaan met de 2:403-verklaring?

Antwoord:

Niet akkoord, artikel 10.4 blijft gehandhaafd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 10.6

Vraag:

Leverancier begrijpt uw wens om openstaande vorderingen te kunnen verrekenen met ontvangen facturen. Echter, dergelijke verrekeningsrechten zijn voor leverancier administratief niet te verwerken en in strijd met haar interne guidelines. Kunt u bevestigen dat verrekening pas is toegestaan, nadat leverancier u een creditnota voor de te verrekenen bedragen heeft toegezonden?

Antwoord:

Niet akkoord, artikel 10.6 blijft gehandhaafd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 11.1

Vraag:

Deze garantiebepaling is breder dan de garantie die leverancier kan bieden.
Bent u bereid dit artikel in alle redelijkheid als volgt aan te passen?

Leverancier staat er voor in dat de geleverde Producten:

- beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen;
 - beschikken over de eigenschappen die zijn overeengekomen;
 - deugdelijk en vrij van Gebreken zijn;
 - in overeenstemming zijn met de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie;
 - geschikt zijn voor het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en
 - voldoen aan de wettelijke vereisten en overige overheidsvoorschriften, waaronder de Europese en Nationale wet- en regelgeving en regelgeving van lagere overheden, alsmede voldoen aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen en/of certificering; alle zoals deze gelden ten tijde van de levering van het Product.
- Leverancier staat er tevens voor in dat de Prestatie onbezwaard is en vrij van beslagen.

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 11.1

Vraag:

Daarnaast is deze garantie onbeperkt naar duur en inhoud, wat leveranciers in alle redelijkheid niet kunnen bieden. Bent u derhalve bereid in alle redelijkheid het volgende aan dit artikel toe te voegen?

- De door Leverancier verstrekte garantie geldt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor de duur van 12 maanden na levering en enkel voor gebreken die ontstaan zijn bij juist, correct en oordeelkundig gebruik van de producten door instelling in overeenstemming met de documentatie, het doel waarvoor Leverancier deze bestemd heeft en/of andere schriftelijke aanwijzingen van Leverancier.

- De door Leverancier verstrekte garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van:

- a. onjuist(e), ongepast(e) of ongeoorloofd(e) onderhoud, wijzigingen of ijking door of namens Instelling;
- b. door Instelling of derden geleverde programmatuur, koppelingen of benodigdheden;
- c. misbruik, nalatigheid, ongeval, verlies en/of andere beschadigingen welke niet het gevolg zijn van aan Leverancier toerekenbare handelingen;
- d. foutieve voorbereiding van de plaats van installatie door of namens Instelling;
- e. schade aan de producten of de daarin opgeslagen of daarmee verwerkte gegevens veroorzaakt door een externe bron, zoals een computerkraak;
- f. virussen of gelijkwaardige storingen aan de programmatuur als gevolg van aansluiting van de producten op een netwerk;
- g. het gebruik van andere dan door Leverancier goedgekeurde onderdelen of verbruiksmaterialen van de producten;
- h. het gebruik van de producten in combinatie met andere dan door Leverancier goedgekeurde en/of anderszins incompatibele (rand-)apparatuur of (rand-)programmatuur;
- i. het niet nakomen door Instelling van gemaakte afspraken in verband met het onderhouden van de producten.

- De garantie geldt daarnaast niet voor vervangingsonderdelen, verbruiksgoederen, detectoren van Gamma's Camera's en CT's, vacuümmaterialen (zoals beeldversterkerbuizen, röntgenbuizen en camerabuizen) en andere onderdelen waarvan in de offerte of de documentatie is bepaald dat afwijkende garantievoorwaarden gelden.

- De door Leverancier in het kader van garantie aangeboden vervangingsonderdelen hoeven niet altijd nieuw of exact overeenstemmend met de originele onderdelen te zijn, maar dienen wel altijd qua prestatie met nieuwe onderdelen gelijkwaardig te zijn.

- Garantie is beperkt tot het – naar het oordeel en de keuze van Leverancier - herstellen of vervangen van het product of een gedeelte daarvan, en niet tot

het herstellen of vervangen van (een gedeelte van) andere (al dan niet gekoppelde) apparatuur, gebouwen en/of faciliteiten.

- Instelling zal, om Leverancier in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen, gebreken die vallen onder de garantie zo spoedig mogelijk melden aan Leverancier, Leverancier alle benodigde informatie omtrent de gebreken en hoe deze zijn ontstaan overleggen alsmede Leverancier alle benodigde toegang geven tot de producten om haar garantieverplichtingen na te komen, uiteraard in goed onderling overleg met Instelling en zonder onnodige verstoringen van het bedrijfsproces van Instelling.

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 11.2

Vraag:

Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? De producten van Leverancier bestaan veelal uit veel verschillende onderdelen die door verschillende toeleveranciers (en daar weer leveranciers van) kunnen zijn gemaakt. Het is niet redelijk en ook niet werkbaar van Leverancier te verlangen dat zij van al die partijen per individuele klant garantiecertificaten opvraagt, ook niet nu Leverancier per klant al één garantie voor de hele prestatie geeft.

Antwoord:

Akkoord, EMC schaft een apparaat aan waarbij het geheel voorzien moet zijn van een garantiecertificaat

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 13.1-3

Vraag:

Kunt u bevestigen dat keuring enkel plaatsvindt na levering op locatie van opdrachtgever en – in verband met de bescherming van bedrijfsgevoelige (R&D)-informatie – niet op de productielocatie?

Antwoord:

Voor deze aanbesteding en apparatuur akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 13.1

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de kosten voor keuring voor rekening van opdrachtgever zijn?

Antwoord:

Voor deze aanbesteding en apparatuur akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 14.6

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de kosten die Leverancier zal dragen de logistieke kosten zijn voor het terughalen en de kosten voor het eventueel vervangen van het Product?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 14.6

Vraag:

Dit artikel gaat verder dan waar Leverancier op grond van de wet toe verplicht is en wij stellen dan ook voor dit in lijn met onze wettelijke verplichtingen te brengen. Bent u bereid dit artikel als volgt te wijzigen: “In navolging van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745 meldt Leverancier een eventuele Recall of Veiligheidsmelding aan Instelling zonder onnodige vertraging en rekening houdende met de urgentie van het geïdentificeerde probleem. De informatie die wordt aangeleverd zal minimaal voldoen aan de bepalingen van art 89, punt 8 van EUMDR 2017-745.”

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 14.8

Vraag:

In het kader van Post Market Surveillance kan het noodzakelijk zijn voor de leverancier om bepaalde informatie over het gebruik van het product te ontvangen ter ondersteuning van oorzaakonderzoek, wat haaks staat op de bepaling in dit artikel. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen?

Antwoord:

Niet akkoord. In artikel staat dat EMC niet verplicht is en derhalve stellen we voor per case te bepalen of er informatie wordt verstrekt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 14.15

Vraag:

Bent u bereid dit artikel te vervangen door: “Leverancier levert de implantaatkaart voor implanteerbare klasse III Medische Hulpmiddelen.”

Antwoord:

Nee, artikel blijft gehandhaafd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.1

Vraag:Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden?
Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie.**Antwoord:**

Akkoord, maar zonder mogelijkheid tot verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het EMC.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.6

Vraag:

Tussen Instelling en Leverancier bestaat een verwerkersovereenkomst, welke Leverancier in geval van gunning, en wanneer zij verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, ook op de onderhavige overeenkomst van toepassing zou willen verklaren. In dat geval wordt de inhoud van artikel 16.6 in die verwerkersovereenkomst geregeld. Kunt u bevestigen dat u bereid bent daarmee akkoord te gaan?

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.7

Vraag:

Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en Instelling van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst?

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 16.8

Vraag:

U geeft aan dat doorgiften buiten de EER niet zijn toegestaan, tenzij de Instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. Leverancier verwerkt persoonsgegevens in principe alleen in de Europese Economische Ruimte ("EER"). In het kader van de dienstverlening kan echter doorgifte van persoonsgegevens aan de medewerkers van leverancier buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege vereiste deskundigheid, de continuïteit van de dienstverlening of, om op verzoek van de Instelling de uitvoering van diensten buiten de kantooruren van de EER te laten plaatsvinden. Daarnaast kan het voorkomen dat in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens worden doorgegeven aan subverwerkers buiten de EER, bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van functionaliteiten of diensten die van buiten de EER worden geleverd of wanneer de voor de subverwerker eindverantwoordelijke rechtspersoon zich buiten de EER bevindt. Waar mogelijk worden persoonsgegevens geanonimiseerd, echter soms zijn gepseudonimiseerde gegevens noodzakelijk voor de gevraagde dienstverlening. Doorgifte van direct herleidbare persoonsgegevens is zeer uitzonderlijk en gebeurt enkel met toestemming van de Instelling. De doorgifte van (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens vindt enkel plaats indien dit strikt noodzakelijk is voor het leveren van de diensten. Indien, voor de levering van de diensten, internationale doorgiften van

persoonsgegevens plaatsvinden naar buiten de EER of naar een land dat door de Europese Commissie niet wordt erkend als een land met een adequaat niveau van gegevensbescherming, zijn dergelijke overdrachten onderworpen aan de hieronder beschreven doorgiftemechanismen:

- de Bindende bedrijfsvoorschriften van de leverancier
- Modelcontractbepalingen van de EU

In voorkomend geval zal leverancier aanvullende maatregelen nemen om een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen.

Kunt u op basis van deze voorwaarden instemmen met de mogelijke doorgifte buiten de EER?

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 17, m.n. 17.4

Vraag:

Bij deze opdracht is sprake van de levering en installatie van een bestaand systeem als onderdeel van een dienst, waarbij geen sprake is van een ontwikkelingsovereenkomst voor maatwerk. Kunt u derhalve bevestigen dat geen sprake is van de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en dat leverancier aan opdrachtgever slechts een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst dient te verlenen op alle geleverde software?

Antwoord:

Motivatatie betreffende artikel 17.4 in EMC akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 17.3, 19.5 e.a.

Vraag:

Uiteraard is leverancier bereid u voor genoemde gevallen te vrijwaren, mits hieraan wel de gebruikelijke voorwaarden aan worden verbonden. Kunt u derhalve bevestigen dat de vrijwaringsbepalingen gelden indien en voor zover sprake is van een aan leverancier toerekenbare tekortkoming, opdrachtgever de aanspraak van een derde zo spoedig mogelijk meldt aan leverancier en opdrachtgever zich onthoudt van inhoudelijke (proces-) handelingen ten aanzien van deze aanspraak?

Antwoord:

Niet akkoord deze artikelen blijven gehandhaafd

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 18

Vraag:

Ook leverancier heeft belang bij het vooraf kunnen beoordelen van partijen

waaraan opdrachtgever het contract overdraagt, teneinde deze te kunnen onderwerpen aan haar goedkeuringsprocedures (waaronder bv. eventuele creditchecks). Bent u derhalve bereid dit artikel wederkerigheid te geven en overeen te komen dat overdracht enkel mogelijk is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van leverancier, welke uiteraard niet op onredelijke gronden onthouden zal worden?

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 19.1 en 19.2

Vraag:

Middels dit artikel wordt een naar soort onbeperkte en veel hoger dan gebruikelijke aansprakelijkheid gevestigd, welke voor leveranciers niet verzekeraar en daarmee onacceptabel is. Daarnaast staat de hoogte van de limitering per geval niet in verhouding tot de opdracht en niet tot het bedrag waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is. In de markt is het ook niet meer dan gebruikelijk om de aansprakelijkheid te beperken naar soort en te limiteren tot een bedrag dat in verhouding staat tot de opdracht. Daarnaast geldt voor leverancier een onevenredig veel hogere aansprakelijkheid dan voor opdrachtgever.

Bent u derhalve bereid de aansprakelijkheid voor beide partijen gelijkelijk te beperken, namelijk:

- tot directe schade, met uitsluiting van indirecte schade en gevolgschade; en
- tot de opdrachtwaarde, met een absoluut maximum van EUR 1.250.000 per geval en EUR 2.500.000 per jaar?

Antwoord:

Niet akkoord. Artikel 19.1 en 19.2 blijven in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte en gevolgschade door middel

van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 19.2

Vraag:

Leverancier acht het niet redelijk wanneer voor elke “schending van bepalingen uit de AVG en/of de verwerkersovereenkomst” per definitie een onbeperkte aansprakelijkheid zou gelden, zeker niet waar UMC haar eigen aansprakelijkheid beperkt tot EUR 500.000 per geval in 19.4. Op grond van art. 82 AVG kunnen betrokkenen immers schadevergoeding eisen van zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker. Zij kunnen vervolgens deze schadevergoeding op elkaar verhalen als het gaat om een plicht die is geschonden en die op de andere partij ruste op basis van de AVG. Leverancier acht het redelijk wanneer op de aansprakelijkheid voor dergelijke schade de beperking in omvang conform artikel 19.1 van toepassing is voor zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke.

Bent u bereid op aansprakelijkheid voor schending AVG en/of de verwerkersovereenkomst de beperking van artikel 19.1 van toepassing te laten zijn?

In het geval u daartoe niet bereid mocht zijn ontvangt Leverancier graag een toelichting op de reden waarom u een dergelijke, wederzijdse, beperking niet acceptabel acht

Antwoord:

Niet akkoord. Artikel 19.1 en 19.2 blijven in zijn geheel gehandhaafd. Er is wel een beperking opgenomen voor indirecte en gevolgschade door middel van de beperking van het bedrag per gebeurtenis of het bedrag van de samenhang van gebeurtenissen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 19.7

Vraag:

U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). Kunt u bevestigen dat leverancier ook in dit kader mag volstaan met het op eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 20.1, 20.2, 20.5

Vraag:

Kunt u bevestigen dat deze beëindigingsmogelijkheden wederkerig gelden?
Beide partijen hebben immers een gelijk belang om in de genoemde gevallen de overeenkomst te kunnen beëindigen.

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 20.7

Vraag:

Kunt u bevestigen dat in dit geval geen sprake is van een duurovereenkomst
en de overeenkomst derhalve ook niet tussentijds opzegbaar is conform dit
artikel?

Antwoord:

Dit is correct. artikel 20.7 is niet van toepassing op deze overeenkomst

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 22.6

Vraag:

Middels dit artikel verzoekt u Leverancier actief alle (financiële) relaties tussen individuele medewerkers van UMC en Leverancier schriftelijk aan UMC mede te delen. Leverancier stelt voorop dat zij voorstander is van transparantie, zij zal in dat kader de regels van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), ook naleven. De GMH behelst in artikel 25 transacties waarvoor toestemming dan wel melding van de RvB van de zorgprofessional vereist is. Deze melding en toestemming waarborgen dat dergelijke relaties kenbaar worden gemaakt aan de RvB van instelling. Door aan Leverancier te verzoeken alle relaties schriftelijk aan UMC mede te delen, wordt een verdergaande verantwoordelijkheid tot melden opgelegd en wordt bovendien de verantwoordelijkheid van de individuele medewerkers om hun eigen raad van bestuur te informeren verschoven naar Leverancier. Het is ook niet duidelijk welke interacties precies onder de algemene term “relaties” vallen. Deze verplichting is in de ogen van Leverancier dan ook niet redelijk en ook zeer moeilijk werkbaar. Leverancier verzoekt u in dit licht om de bepaling zo aan te passen dat Leverancier melding zal maken van die relaties waarvoor in het kader van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen toestemming dan wel melding vereist is.

Antwoord:

Erasmus MC is niet bereid om dit artikel aan te passen en de relaties te beperken tot de relaties als bedoeld in artikel 25 GMH. Erasmus MC hecht belang aan het tegengaan van belangenverstrengeling in de ruimste zin van het woord en ziet hierin derhalve ook een actieve rol voor Leverancier. Artikel 22.6 AIV blijft daarmee ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 30 tot 34

Vraag:
In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van zicht- of proefzendingen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?

Antwoord:
Dit is correct. Artikel 30-34 is niet van toepassing

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 35 - 36

Vraag:
In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van consignatie. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?

Antwoord:
Dit is correct. Artikel 35-36 is niet van toepassing

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 37 - 39

Vraag:

In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van bruikleen en/of huur. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?

Antwoord:

Dit is correct. Artikel 37-39 is niet van toepassing

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 40 - 46

Vraag:

In het kader van deze overeenkomst is geen sprake van ICT-prestaties als bedoeld in deze artikelen. Kunt u bevestigen dat deze artikelen derhalve niet van toepassing zijn?

Antwoord:

Dit is correct. Artikel 40-46 is niet van toepassing

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 47.1

Vraag:

Leverancier heeft reeds een bestaande remote access oplossing actief bij uw UMC. Voor de in de aanbesteding gevraagde apparatuur en dienstverlening zou Leverancier graag in geval van gunning de bestaande remote access oplossing gebruiken. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Vraag mbt de Algemene voorwaarden NFU, artikel 47.3

Vraag:

Leverancier begrijpt de wens van UMC met betrekking tot session recording in het kader van haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. De gevraagde dienstverlening op het systeem is enkel volledig mogelijk met gebruikmaking van de remote access oplossing van de leverancier; bij enige andere remote access oplossing zullen bepaalde serviceactiviteiten technisch niet mogelijk zijn. De leveranciers remote access oplossing ondersteunt momenteel geen session recording. Echter, door middel van de audit logs in het systeem in combinatie met de audit logs van de remote access oplossing van de leverancier, kan UMC volledig inzicht krijgen in de activiteiten op het systeem, zoals dit al reeds het geval is voor de huidige installed base van leverancier bij UMC. Daarbij zou leverancier ook graag willen aangeven dat een session recording diepgaande details over de technische werking van het medische systeem kunnen bevatten. Dergelijke informatie kan in de verkeerde handen een beveiligingsrisico vormen voor UMC, maar ook voor andere gebruikers van het betreffende systeem. Kunt u aangeven in hoeverre UMC open staat voor een alternatieve oplossing voor session recording die UMC nog steeds een adequaat inzicht geeft in de activiteiten op het systeem en UMC in staat stelt te voldoen aan haar verplichtingen rondom informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens?

Antwoord:

"In artikel 47.3 wordt session recording en/of logging activiteiten beschreven. De uitwerking hiervan zal na eventuele gunning met de leverancier besproken worden.
Leveranciers zijn wel verplicht zich te houden aan alle instructies van Erasmus MC rondom digitale toegang (artikel 47.1 en 47.2)."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Vraag mbt Bijlage 10 Impact Programma van Wensen Duurzaamheid
Leveringen - tabblad "Instructie"

Vraag:

Onder het tabblad 'instructie' is gesteld: "antwoorden dienen kort, logisch /samenhangend en voldoende gedetailleerd te zijn". 'Kort' is een multi-interpretabele term. Kunt u per gestelde vraag aangeven wat het maximum aantal woorden is dat mag worden gebruikt?

Antwoord:

Met "kort" bedoelt het Erasmus MC dat het antwoord beknopt of bondig is en enkel ingaat op hetgeen is gevraagd en/of volgens Inschrijver relevant is in de beantwoording. Het staat Inschrijvers vrij om nadere informatie te verstrekken bij elk antwoord middels separate bijlagen/links, mits dat is als onderbouwing op meer detailniveau van het gegeven "korte" antwoord. Het aantal woorden wordt niet gemaximaliseerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:

Vraag mbt Bijlage 10 Impact Programma van Wensen Duurzaamheid
Leveringen - tabblad "duurzaamheid wensen vraag 10"

Vraag:

Onder het tabblad 'Duurzaamheid Wensen' is gesteld (onder vraag 10):
"LCA rapport beschikbaar is en gedeeld kan worden voorafgaande aan een voornemen tot gunning" (kolom D) – dit om het maximale aantal punten te kunnen behalen. In kolom G staat echter: "Verplicht te kunnen delen indien Erasmus MC voornemens is te gunnen." Kunt u bevestigen dat hetgeen gesteld in kolom G (delen bij voornemen tot gunnen) leidend is?

Antwoord:

"Gestelde in kolom G bij deze wens moet zijn: ""Beantwoording is verplicht Bewijsvoering mag bij Inschrijving worden bijgevoegd.
Bewijsvoering moet gedeeld kunnen worden indien Erasmus MC voornemens is te gunnen.
Op een daartoe strekkend eerste verzoek van Erasmus MC, zo snel mogelijk

maar uiterlijk binnen 10 werkdagen."""

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

54

Onderwerp:

artikel 4.9.9 van de leidraad

Vraag:

In artikel 4.9.9 van de leidraad staat dat onvolkomenheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden uiterlijk 13 januari 2025 voor 17:00 gemeld dienen te worden. Wij willen graag melden dat deze datum in het verleden ligt.

Antwoord:

Goed opgemerkt, deze datum wordt aangepast naar 11 april 2025 voor 15:00

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

13 mrt. 2025

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvE Sophia, Wet- en Regelgeving en Normen, vraag 2.4

Vraag:

Inschrijver verzoekt de vraag te herformuleren: Het aangeboden systeem voldoet aan de infectiepreventierichtlijnen van het Erasmus MC. Het aangeboden systeem dient gereinigd te worden met de door de leverancier toegestane middelen. De gebruikershandleiding dient voorzien te zijn van een instructie voor reiniging en desinfectie.

Antwoord:

Het aangeboden systeem voldoet aan de Infectiepreventierechtlijn van het Erasmus MC en is zonder beperkingen bestand tegen de in het Erasmus MC toegepaste desinfectantia: Alcohol 70% v/v met 10% Isopropylalcohol v/v of Chloor 1000 ppm en alcohol 70%. Geldig voor materialen welke (in-)direct met patiënt of patiëntmateriaal in aanraking komen ofwel: aanraakbare delen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvE Sophia, Systeem vraag 3.11

Vraag:

Kunt u specificeren welke functionaliteit u verwacht van de Cockpit ?

Antwoord:

Wat wij verwachten van de Cockpit functionaliteit: 'het kunnen bedienen van het toestel zoals ook in behandelruimte. Met daarnaast (in de bedienruimte) de mogelijkheid, metingen te verrichten en/of voor te bereiden, zonder de behandeling te onderbreken of te vertragen.'

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvE Sophie, Detector, vraag 4.2.

Vraag:

Inschrijver verzoekt de vraag te herformuleren: het maximale field-of-view in diagonale richting van de laterale detector is 48-49 cm.

Antwoord:

"Detector 4.1 Frontale detector grootte van 20"" (~49cm) diagonaal (field of view) is beschikbaar (detector ~40x30cm)
Detector 4.2 Laterale detector grootte van 12"" (~30cm) diagonaal (field of view) is beschikbaar (detector ~22x22cm)"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, Laterale C-arm, vraag 2.2

Vraag:

Inschrijver heeft de bijlage 12 Scenario's IK-Sophia bestudeerd. Onze aanname is dat u doelt op de afbeelding op bladzijde 12 van dit document. Met welke reden wenst u deze positie te bereiken?

Antwoord:

Deze positie is gewenst in situaties dat een patient aan ECMO behandeld wordt. Tijdens de procedure en tijdens overtilen is het niet wenselijk, of vaak niet mogelijk, de laterale C-arm langs de opstelling (ECMO i.c.m Anesthesie) te manouvreren, terwijl dat voor een goede behandeling wel noodzakelijk is. Vandaar de vraag om de laterale C-arm aan de voeteinde, voorbij het hart van de tafel, te kunnen 'parkeren'. Niet bedoeld is 'ter hoogte van de voeten van de patiënt'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:** 28 mrt. 2025**Ref.nr.**

59

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, Laterale C-arm, vraag 2.2

Vraag:

Klopt onze aanname dat u met de Laterale plane voorbij de voeten van de patiënt wilt komen?

Antwoord:

Uw aanname klopt. Zie antwoord vraag 58.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:** 28 mrt. 2025

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, Laterale C-arm, vraag 2.3

Vraag:

Inschrijver verzoekt de vraag te herformuleren: Het systeem dient verplaatst te kunnen worden in geval van een calamiteit.

Antwoord:

Het systeem dient verplaatst te kunnen worden in geval van een calamiteit. In geval van spanningsuitval moet het systeem met de hand verplaatst kunnen worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, Overig, vraag 6.1

Vraag:

Live 3D TOE echo overlay bij patiënten van 5kg t/m 200kg. Betekent dit dat ook een echo systeem met TOE aangeboden moet worden?

Antwoord:

Als blijkt dat, om aan deze wens te kunnen voldoen, het aanbieden van een echotoestel met TOE probes noodzakelijk is, dan is het antwoord ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, Overig, vraag 6.4

Vraag:

Bewerkbaarheid 3D beelden op externe workstation - software (onafhankelijk van röntgensysteem).

Inschrijver verzoekt om de vraag te verduidelijken; wat precies bedoelt u met deze vraag? Is het de bedoeling dat Inschrijver een apart workstation met 3D bewerkingssoftware levert? Is dit conform vraag 6.6? Indien niet, kunt u de verschillen nader toelichten?

Antwoord:

Het klopt dat deze vragen met elkaar in het verlengde liggen. De vragen 6.4 en 6.6 hadden moeten samen gevat en luiden; Het bewerken van 3D beelden moet mogelijk zijn, onafhankelijk van het röntgensysteem. Als dit kan met specifieke software op een basis ziekenhuis werkstation (computer), dan graag de software mee aanbieden. Als er zodanige eisen aan de hardware worden gesteld, dat 3D bewerking alleen goed kan met specifieke hard- en software, dan beide aanbieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, Overig, vraag 6.6

Vraag:

Externe 3D uitwerk hardware + software. Wat is het verschil / overeenkomst met voorgaande vraag 6.4?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 62

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 PvW Sophia, Overig, vraag 6.7

Vraag:

Systeem integratie met (leverancier eigen) hemodynamisch meetsysteem is mogelijk. Geef meer informatie in informatieblad, item 5. Inschrijver treft item 5 niet aan op Perceel 2 informatieblad van Bijlage 1A. Kunt u deze alsnog toevoegen?

Antwoord:

In het finale document is de gewijzigde nummering helaas niet meegenomen. De tekst van item 5 staat nu bij punt 1.1

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 Informatieblad, 1.1
Accessoires en opties

Vraag:

Is het akkoord dat alleen de relevante en van toepassing (cardiologie) zijnde accessoires en opties worden beschreven?

Antwoord:

Voor dit specifieke systeem (perseel 2) is het akkoord om dit te beperken tot cardiologische opties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

66

Onderwerp:

Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2, tab Perceel 2 Informatieblad, 1.2
Accessoires en opties

Vraag:

Welke bedoelt u hier, anders dan in 1.1 gevraagde accessoires

Antwoord:

Voor dit specifieke systeem (perseel 2) is het akkoord om dit te beperken tot cardiologische opties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bijlage 13 Beeldvormende kwaliteit en dosis (perceel 2)

Vraag:
Kunt u aangeven welke methodiek gehanteerd wordt om beeldkwaliteit te beoordelen?

Antwoord:
De methodiek staat beschreven in het tabblad 'Informatie en instructies' van het Excel-bestand (bijlage 13)

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Bijlage 13 Beeldvormende kwaliteit en dosis (perceel 2)

Vraag:
De privacy wetgeving belemmert, zoals ook door uw organisatie gehanteerd, in hoge mate om medische beeldmateriaal van derden te delen. Hierdoor komen wij als leverancier in conflict met de door u gevraagde parameters. Kan de Leverancier hierover in contact komen met de betreffende verantwoordelijke voor de bijlage 8 perceel 1.

Antwoord:
Toestemming van de patiënt is altijd vereist, ook voor het delen van geanonimiseerde beelden. De behandelaar van de patiënt, van wie de beelden worden gedeeld, kan òf de beelden aan de leverancier overdragen (met toestemming), òf de beelden mogelijk direct met het ErasmusMC delen. Wat betreft het anonimeseren; graag niet de gehele dicom header

wissen. Met de beelden wel dicom tag 0021,1008 én 0021,1049 vermelden, in combinatie met het gewicht van de patiënt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

69

Onderwerp:

Bijlage 8 Beeldvormende kwaliteit en dosis (perceel 1)

Vraag:

Kunt u aangeven welke methodiek gehanteerd wordt om beeldkwaliteit te beoordelen?

Antwoord:

De methodiek staat beschreven in het tabblad 'Informatie en instructies' van het Excel-bestand (bijlage 8)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Bijlage 8 Beeldvormende kwaliteit en dosis (perceel 1)

Vraag:

De privacy wetgeving belemmert, zoals ook door uw organisatie gehanteerd, in hoge mate om medische beeldmateriaal van derden te delen. Hierdoor komen wij als leverancier in conflict met de door u gevraagde parameters. Kan de Leverancier hierover in contact komen met de betreffende verantwoordelijke voor de bijlage 13 perceel 2.

Antwoord:

De privacy wetgeving belemmert volgens het Erasmus MC het delen van beeldmateriaal niet, maar beschrijft hoe dit dient te gebeuren.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1, Perceel 1 PvE, Normen, vraag 1.4

Vraag:

Inschrijver verzoekt de vraag te herformuleren: Het aangeboden systeem voldoet aan de infectiepreventierichtlijnen van het Erasmus MC. Het aangeboden systeem dient gereinigd te worden met de door de leverancier toegestane middelen. De gebruikershandleiding dient voorzien te zijn van een instructie voor reiniging en desinfectie.

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1, Perceel 1 PvE, Algemene vraag

Vraag:
Gaarne ontvangen wij van u de opgave van specificaties van het huidige Philips biplane statief zodat wij een marktconforme prijs kunnen aanbieden.

Antwoord:
Gaarne aangeven welke specificaties u wenst. Er wordt ook een schouw georganiseerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1, Perceel 1 PvE, Normen, vraag 3.11

Vraag:
Inschrijver verzoekt de vraag te herformuleren: Er is een koppeling aanwezig met een contrastinjector. Opgave van gevalideerde contrastinjectoren is een vereiste.

Antwoord:
akkoord

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1, Perceel 1 PvE,, Mobiliteit, vraag 4.5

Vraag:

Inschrijver verzoekt de vraag te herformuleren: Het systeem dient verplaatst te kunnen worden in geval van een calamiteit.

Antwoord:

niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1, Perceel 1 PvE,, Mobiliteit, vraag 7.2

Vraag:

Inschrijver verzoekt de vraag te herformuleren: het maximale field-of-view in diagonale richting van de laterale detector is 48-49 cm.

Antwoord:

De formulering van de eis wordt als volgt aangepast: Het maximale field-of-view in diagonale richting van de laterale detector is minimaal 35 cm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1, Perceel 1 PvW, Gebruiksvriendelijkheid, vraag 2.2

Vraag:

Inschrijver verzoekt deze wens te laten vervallen

Antwoord:

niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1, Perceel 1 Informatieblad, 1.1 Accessoires en opties

Vraag:

Is het akkoord dat alleen de relevante en van toepassing (interventie radiologie) zijnde accessoires en opties worden beschreven?

Antwoord:

akkoord, mits deze opgave van relevante opties en accessoires volledig is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1, Perceel 1 Informatieblad, 1.2 Accessoires en opties

Vraag:

Welke bedoelt u hier, anders dan in 1.1 gevraagde accessoires

Antwoord:

Informatievraag 1.2 vervalt

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Concept Koopovereenkomst voor "Interventiestatief Radiologie en/of (kinder) Cardiologie", artikel 1

Vraag:

1.6 Implementatieplan, wij verzoeken u de bijlage F te wijzigen in bijlage E.

Antwoord:

Goed opgemerkt, dit zal worden aangepast in uiteindelijke koopovereenkomst na gunning

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Concept Koopovereenkomst voor "Interventiestief Radiologie en/of (kinder) Cardiologie", artikel 1

Vraag:

1.8. Acceptatieprocedure, wij verzoeken u de bijlage E te wijzigen in bijlage D.

Antwoord:

Goed opgemerkt, dit zal worden aangepast in uiteindelijke koopovereenkomst na gunning

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

81 Concept Koopovereenkomst voor "Interventiestatief Radiologie en/of (kinder) Cardiologie", artikel 3.2.

Vraag:

Kunt u de coördinatieovereenkomst ter beschikking stellen?

Antwoord:

zie antwoord op vraag 2 en 3

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

82

Onderwerp:

Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1.pdf

Vraag:

4.3. Kunt u toelichten wat u precies bedoel met Factuurprijs?

Antwoord:

Dit is de onderhoudsprijs per jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:

Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1

Vraag:

4.3 Er een vergoedingspercentage gevraagd van 25% van de factuurprijs. Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen

Antwoord:

Niet akkoord. De uptimegarantie zegt niets over de responstijd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
84

Onderwerp:

Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1.pdf

Vraag:

6.5. Kunt u toelichten wat u precies bedoel met Factuurprijs?

Antwoord:

Dit is de onderhoudsprijs per jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1.pdf

Vraag:
6.5 Er een vergoedingspercentage gevraagd van 25% van de factuurprijs.
Gezien Leverancier en Opdrachtgever een uptime garantie overeen zullen
komen (zie ons voorstel artikel 2.15.) waar responstijd onderdeel van
uitmaakt, stellen wij voor dit artikel te laten vervallen

Antwoord:
Niet akkoord. De uptimegarantie zegt niets over de responstijd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1.pdf

Vraag:
2.15 Uptime, Wij stellen voor deze passage te wijzigen in:
Indien leverancier niet voldoet aan haar garantie ten aanzien van de
beschikbaarheid van het systeem zal creditering door leverancier als volgt
plaatsvinden.
Bij een beschikbaarheid van:
1% onder de overeengekomen uptime: 1% van de jaarlijkse
onderhoudsvergoeding
2% onder de overeengekomen uptime: 2% van de jaarlijkse
onderhoudsvergoeding

3% onder de overeengekomen uptime: 3% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding
4% onder de overeengekomen uptime: 4% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding
5% of meer onder de overeengekomen uptime: 5% van de jaarlijkse onderhoudsvergoeding
Indien leverancier constateert dat de uptime niet behaald dreigt te worden dan zal leverancier ook buiten de normale productietijd werken aan het voorkomen van het niet behalen van de uptime. De hierdoor ontstane extra kosten komen voor rekening van leverancier

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

87

Onderwerp:

Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1.pdf

Vraag:

10.2 Wij stellen voor de eerste zin in dit sub te vervangen door:
Schade waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, in het kader van deze overeenkomst, wordt
vergoed tot maximaal de contractueel overeengekomen vergoeding, waarbij deze contract waarde als maximum (totaal) bedrag heeft te gelden. De Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van meer dan EUR 1,5 mln. in totaal.

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

88

Onderwerp:

Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1.pdf

Vraag:

Wij stellen het volgende sub toe te voegen:

15.9 Contractuele termijnen kunnen veranderen door vertragingen en/of onderbrekingen als gevolg van een epidemie of pandemie en aanzienlijke verstoringen in de toeleveringsketen, met name met betrekking tot elektronische componenten, die momenteel van invloed zijn op de wereldeconomie

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

89

Onderwerp:

Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf

Vraag:

Wij stellen het volgende sub toe te voegen:

15.10 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor

om 'Bijzondere Voorwaarden voor Verbinding op Afstand' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen.

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf

Vraag:

Wij stellen het volgende sub toe te voegen:

15.11 Gezien de product specifieke zaken van ons systeem stellen wij voor om 'Aanvullende Voorwaarden betreffende Cyberbeveiliging' onderdeel van de overeenkomst te laten uitmaken, die u bij de inschrijving zult ontvangen.

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024.pdf artikel 6

Vraag:

6.3 Wij verzoeken u de zinsnede "fatale termijnen" te wijzigen in "redelijke termijnen" en toe te voegen dat bij overschrijding een ingebrekestelling noodzakelijk is.

Antwoord:

Akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

92

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 14

Vraag:

14.6 Verzoek om deze laatste zin van dit lid te verwijderen. Eventuele ontbinding kan altijd geschieden middels artikel 20 die eveneens voorziet in een ontbindingsmogelijkheid.

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

93

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16

Vraag:

16 Bent u bereid deze geheimhoudingsverplichting wederkerig te laten gelden? Beide partijen hebben immers een gelijk belang bij de vertrouwelijkheid van de over en weer gedeelde informatie en documentatie.

Antwoord:

Akkoord, maar zonder mogelijkheid tot verkrijgen van een schadevergoeding vanuit het EMC.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16

Vraag:

16.3. Wij stellen vast dat de hoogte van de boete niet proportioneel is met de waarde van de beoogde leveringen. Boete of vergoeding van de werkelijke geleden direct schade (zie artikel 19), geen vergoeding van beide. In geval van overtreding door beide partijen van de verplichtingen uit hoofde van dit artikel verbeuren Instelling dan wel Leverancier, zonder dat enige

aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een onmiddellijke opeisbare niet voor verrekening vatbaar boete van minimaal Euro 5.000,00 per gebeurtenis met een maximum van Euro 10.000,00 –.

Antwoord:

Niet akkoord, waarde van beoogde leveringen is niet relevant, het gaat om de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Bijlage 4 _Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 16

Vraag:

16.6. Kunt u bevestigen dat in geval van gunning en indien vast komt te staan dat leverancier verwerker is namens of ten behoeve van Instelling, de huidige verwerkersovereenkomst tussen leverancier en UMC van toepassing gemaakt kan worden op de nieuwe overeenkomst?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 18

Vraag:

18.1 Partijen spreken af dat UMC aan Leverancier bij voorbaat toestemming geeft op de rechten en verplichtingen van Leverancier voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen aan een aan Leverancier gelieerde (groeps-) entiteit

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19

Vraag:

19.7 U vraagt leverancier te bewijzen dat deze over de gevraagde verzekeringen beschikt middels het overleggen van betalingsbewijzen. Deze betalingsbewijzen bevatten echter bedrijfsvertrouwelijke informatie, omwille waarvan deze in geen geval met derden kan en mag worden gedeeld. Leverancier toont bij al haar relaties aan te beschikken over de gevraagde verzekeringen middels het overleggen van het verzekeringscertificaat (de verklaring van de verzekeraar dat leverancier over de betreffende verzekering beschikt). in dit kader Leverancier mag volstaan met het op

eerste verzoek overleggen van het betreffende certificaat?

Antwoord:

Akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

98

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 20

Vraag:

20.1 f/g, Leverancier acht het niet redelijk dat een overeenkomst kan worden ontbonden of beëindigd wanneer Leverancier overgaat tot overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan. Derhalve wensen wij art. 20.1 f en art. 20.1 g te laten vervallen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, is UMC bereid een alternatieve regeling op te nemen, waarbij een overname, fusie, of enige daarmee vergelijkbare toestand waardoor een (belangrijke) wijziging in de zeggenschap en/of controle plaatsvindt wordt uitgesloten?

Antwoord:

artikel 20.1 g blijft gehandhaafd en artikel 20.1 f laten we vervallen omdat stillegging en/of liquidatie van het bedrijf onderdeel is van 20.1 g

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.

99

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 27

Vraag:

27.7 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen voortvloeiende uit de storing of onderbreking indien de storing of onderbreking is veroorzaakt door toedoen van UMC of door een oorzaak die binnen de invloedssfeer van UMC ligt.

Antwoord:

Betreft artikel met betrekking tot terrein en gebouwen en is derhalve niet van toepassing op deze overeenkomst

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19

Vraag:

19.1 Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid, zoals gebruikelijk is in de markt, te beperken tot enkel de directe schade. Dit is tussen professionele marktpartijen gebruikelijk.

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

101

Onderwerp:

Bijlage 4_Algemene inkoopvoorwaarden NFU Erasmus MC - Versie januari 2024, artikel 19

Vraag:

In afwijkingen van de artikelen 19.2 en 19.3 NFU-voorwaarden is Leverancier nimmer gehouden schade te vergoeden wegens verlies van informatie inclusief de kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste overeenkomsten, tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of boetes.”

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Bijlage 5_Samenstelling-Overeenkomst-Invuldocument-SSO-versie 4.1.pdf

Vraag:

Door de stijgende prijzen voor grondstoffen en materialen, loon, onderdelen en transport kunnen wij niet akkoord gaan met de voorgestelde vaste prijs. Wij stellen de zinsnede vaste onderhoudsprijs in artikel 3.3. te laten vervallen en te vervanging door De Leverancier kan de overeengekomen vergoedingen telkens per 1 januari van het betreffende kalenderjaar aanpassen. Leverancier richt zich hierbij voor 2/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor personele kosten van het voorgaande kalenderjaar en voor 1/3 deel op het definitieve prijsindexcijfer voor materiële kosten van het voorgaande kalenderjaar, welke gehanteerd en gepubliceerd zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Niet akkoord, binnen prijzentabel kan er vooraf gewerkt worden met een indexeringsformule. Achteraf indexeren is derhalve niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Vraag mbt Perceel 1, mbt 5.1

Vraag:

Moet de matras over de volledige lengte van de tafel zijn of wilt u een kortere matras zodat het voeteneinde vrij blijft?

Antwoord:

Erasmus MC heeft een lichte voorkeur voor een kortere matras.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Vraag mbt Perceel 1 mbt 10.3

Vraag:

Graag aangeven op Bijlage 9 Bouwtechnische eisen NC-05 de locatie waar de gezamenlijke bedienruimte zich bevindt. Zodat het mogelijk is op basis hiervan een voorstel indelingstekening te kunnen laten uitwerken.

Antwoord:

Zie hiervoor de schets in de leidraad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Vraag mbt "Bijlage 10 Impact Programma van Wensen Duurzaamheid Leveringen" "Tab 3. Duurzaamheid Wensen" vraagnr. 3

Vraag:

Onder vraag 3 wordt in het kader van een gevraagde gedragscode onderscheid gemaakt tussen "legal manufacturer" en "technical manufacturer (s)". Kunt u de definities die u van deze termen hanteert met leverancier delen?

Antwoord:

"Inschrijver is de ondernemer die een Inschrijving indient en (mogelijke) opdrachtnemer wordt van Erasmus MC.

""Legal manufacturer"", of fabrikant, is een natuurlijke of rechtspersoon die een hulpmiddel vervaardigt of volledig reviseert of een hulpmiddel laat ontwerpen, laat vervaardigen of volledig laat reviseren en het onder zijn naam of merk verhandelt. Met de ""technical manufacturer"" wordt hier enkel en alleen de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die, in voorkomende gevallen, door de ""legal manufacturer"" wordt gecontracteerd voor productie /fabricage (en niet verhandelt) of een zgnd. OEM.

Score van 50 punten als er sprake is van ""technical manufacturer(s)"", door Inschrijver aan te geven, maar deze Supplier Code(s) of Conduct van die ""technical manufacturer(s)"" niet (kunnen) worden gedeeld. Als geen sprake is van ""technical manufacturer(s)"" dan alleen 100 punten (Inschrijver en ""legal manufacturer"" SCoC), 25 punten (Inschrijver) of 0 punten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
106

Onderwerp:

Vraag mbt bijlage "Offerteleidraad EA Interventie statieven versie 1.5 25-02-2025" punt 6.4 + "Bijlage 2 Prijzenblad Interventiestatief - 504552 beveiligd"

Vraag:

EMC vraagt om facturatie, van het Servicecontract, per kwartaal en aan het eind van elk kwartaal, terwijl WIBAZ standaard voorschrijft vooraf te betalen in aan het begin van het jaar voor het gehele jaar. Is Opdrachtgever er van bewust dat achteraf betalen per kwartaal hogere kosten met zich meebrengt? Voorstel is WIBAZ standaard aan te houden, overeenkomstig met lopende servicecontracten. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord. Uitgangspunt voor prijs onderhoud wordt als volgt. All-In Onderhoud inclusief voorwaarden WIBAZ & bijlage 5A met een looptijd van 9 jaar na het 1e garantiejaar. Fixed prijs per jaar zonder mogelijkheid van jaarlijkse indexatie achteraf, facturatie per jaar vooraf.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
107

Onderwerp:

Vraag mbt bijlage 1, tab “perceel 1 PvE” punt 9.8

Vraag:

Worden de eerstelijns werkzaamheden door ziekenhuistechnici van Opdrachtgever uitgevoerd binnen het all-in onderhoudscontract? Indien hier geen duidelijkheid over is, zullen namelijk onnodige trainingskosten in de TCO moeten worden verrekend ivm PVE 9.8.

Antwoord:

Eerstelijns werkzaamheden worden door medisch technici van Erasmus MC worden uitgevoerd. Echter aan het gestelde in eis PvE 9.8 moet onverkort worden voldaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
108

Onderwerp:

Vraag mbt "Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1" pagina 4

Vraag:

Wenst Opdrachtgever 2 servicevoorstellen te ontvangen waarvan voorstel 1: een all-in onderhoudscontract waarbij al het onderhoud wordt gedaan door Leverancier en voorstel 2: een all-in onderhoudscontract inclusief technische trainingen voor 2 ziekenhuistechnici waarbij Opdrachtgever eerstelijns werkzaamheden uitvoert? Zo ja, welk voorstel (1 of 2) mag dan meegenomen worden in de TCO berekening?

Antwoord:

"Voor de berekening van de TCO wordt het servicevoorstel gebruikt waarin alle werkzaamheden door leverancier worden gedaan.
Erasmus MC wenst slechts 1 (all in) aanbieding voor service te ontvangen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
109

Onderwerp:

Vraag mbt "Bijlage 5a Inhoudelijke-Afspraken-invuldocument-SSO-versie-4.1" pagina 4 van 6 art. 2.8

Vraag:

Is het de bedoeling dat de verbruiksartikelen en accessoires wel of niet inclusief in het servicecontract zijn?

Antwoord:

Verbruiksartikelen en accessoires dienen deel uit te maken van het all in onderhoudscontract. Voor artikelen die hierop een uitzondering moeten zijn zien we graag uw voorstel in nota van inlichtingen 2.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1 - Perceel 1 PvE - punt 3.15

Vraag:

Bij röntgensysteem waarbij de prefiltratie aangepast wordt op basis van de röntgenverzwakking gebruiken bij gebruik is stijle hoeken of dikkere objecten helemaal geen Cu filtering. Onze systemen hebben daarom altijd Cu filtering. Doormiddel van het anatomische protocol wordt automatisch de juiste filters geselecteerd. Zo bent u verzekerd dat er altijd een koperfilter gebruikt wordt. Wilt u deze KO laten vervallen?

Antwoord:

Akkoord met het laten vervallen van deze KO.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

111

Onderwerp:

Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1 - Perceel 1 PvW - punt 1.2

Vraag:

Wilt u dit ook kunnen op basis van eerder gemaakte beelden?

Antwoord:

Dit heeft inderdaad de voorkeur van het Erasmus MC.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Bijlage 1a PvE en PvW Perceel 2 - Perceel 2 PvW Sophia - punt 3.7

Vraag:

Wilt u Ct en echobeelden als overlay gebruiken en beelden van MRI ect. alleen op de grote schermen tonen? Of wilt u ook vasculaire MRI beelden als overlay kunnen gebruiken?

Antwoord:

Alle 3D beelden, dus CT, echo en MRI.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

113

Onderwerp:

Bijlage 1a PvE en PvW Perceel 2 - Perceel 2 PvW Sophia - punt 6.3

Vraag:

Op welke gebieden en in welke vorm ziet u zelf graag samenwerking?

Antwoord:

(Beta) studies, innovatie, beeldkwaliteitsverbetering, workflow optimaliseren

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

114

Onderwerp:

Bijlage 1a PvE en PvW Perceel 2 - Perceel 2 PvW Sophia - punt 6.4

Vraag:

Wordt hiermee bedoelt dat u 3D bewerkingen kunt doen zonder dat men dat in de onderzoeksruimte merkt?

Antwoord:

De vragen 6.4 en 6.6 hadden moeten samen gevat en luiden; Het bewerken van 3D beelden moet mogelijk zijn, onafhankelijk van het röntgensysteem. Als dit kan met specifieke software op een basis ziekenhuis werkstation (computer), dan graag de software mee aanbieden. Als er zodanige eisen aan de hardware worden gesteld, dat 3D bewerking alleen goed kan met specifieke hard- en software, dan beide aanbieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Bijlage 1a PvE en PvW Perceel 2 - Perceel 2 PvW Sophia - punt 6.6

Vraag:
Kunt u uitleggen wat u met deze wens bedoelt?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 114

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op: 28 mrt. 2025

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Bijlage 5 Standaard-service-overeenkomst-versie-4.1 punt 2.13

Vraag:
In verband met de nieuwe cyberbeveiligingswetgeving, hoe gaan jullie als academisch ziekenhuis om met essentiële cyberbeveiligingsupdates om daarmee zwakke schakels en zwakheden te vermijden die worden gecreëerd door verouderde software, en wat verwachten jullie hierbij van de leverancier?

Antwoord:
Wij verwachten altijd de nieuwste software met veiligheidupdates op afstand. Dit in afstemming met ons team van de CERT.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

117

Onderwerp:

Correctie fout in vraag 116 - mbt Bijlage 5 Standaard-service-overeenkomst-versie-4.1 punt 2.13

Vraag:

Er stond foutief "cyberbeveiligingsupdates" in vraag 116, dit moet zijn "operatingsystemupgrades", dus als volgt:

In verband met de nieuwe cyberbeveiligingswetgeving, hoe gaan jullie als academisch ziekenhuis om met essentiële operatingsystemupgrades om daarmee zwakke schakels en zwakheden te vermijden die worden gecreëerd door verouderde software, en wat verwachten jullie hierbij van de leverancier?

Antwoord:

Zie bovenstaand antwoord (vraag 116)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:**

28 mrt. 2025

Ref.nr.

118

Onderwerp:

Vraag mbt Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1 - tab Perceel 1 PvW - wens 2.3

Vraag:

Dit is derde partij software. Bedoelt u dat u deze software wilt kunnen bedienen via de bediening van het aangeboden röntgensysteem?

Antwoord:

Dit klopt, het betreft third party software (bijv SIM&CURE). Graag zouden we die geïntegreerd willen zien in het aangeboden systeem.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

119

Onderwerp:

Vraag mbt Plafondhoogtes

Vraag:

Kunt u de bouwkundige plafond en systeem plafond hoogtes opgeven van perc. 1& 2 van beide interventie ruimtes.

Antwoord:

De bouwkundige hoogte van SB3774 (Perceel 2) is 3490mm, de hoogte van het systeemplafond is 2905mm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.**Onderwerp:**

120

Vraag mbt mogelijkheid voor systeem met kortere afschrijving

Vraag:

Kunt u voor perceel 2 de mogelijkheid overwegen om een systeem te installeren met een kortere afschrijving (bijvoorbeeld maximaal 3 jaar oud)? Dit biedt de flexibiliteit om voor de nieuwbouw een ander systeem te installeren en bespaart kosten voor verhuizing en downtime.

Antwoord:

Niet akkoord. We hebben de opdracht gekregen om nu aan te besteden voor een nieuw systeem en dit mee te nemen naar de nieuwbouw. Omdat in de nieuwbouw een andere functionaliteit wordt toegevoegd, zal op dat moment aanpassing van het systeem mogelijk nodig zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie**Beantwoord op:** 28 mrt. 2025**Ref.nr.**

121

Onderwerp:

Vraag mbt Voertaal

Vraag:

Veel documentatie, zoals brochures, technische specificaties & white papers, worden standaard in het Engels opgesteld door de fabrikanten. Daarom doen wij graag het verzoek dat de Engelse taal voor deze specifieke stukken wordt toegestaan, mits de kerninformatie in de inschrijving en correspondentie in het Nederlands wordt aangeleverd.

Is het mogelijk om een uitzondering te maken voor dergelijke documentatie en de Engelse taal hiervoor te accepteren?

Antwoord:

In het hoofdstuk 1.7 van Perceel PvE Sophia staat: Inschrijver levert de (product en technische) specificaties aan bij inschrijving voor het aangeboden röntgensysteem en toebehoren; dit ter informatie voor de gebruiker en validatie. Bij inschrijving dient u in ieder geval aan te leveren (digitaal en ofwel Engels - of Nederlandstalig): gebruikershandleiding, servicehandleiding, technische specificaties. Deze dienen te allen tijde

beschikbaar te zijn zonder restricties.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie
P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

122

Onderwerp:

Vraag mbt Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1: vraag 7.1 Field of View

Vraag:

De gestelde specificaties impliceren een 40x30 cm detector, gebruikelijk voor algemene radiologie. Voor neurotoepassingen is een 30x30 cm detector echter ideaal, omdat deze het hoofd precies afbeeldt zonder onnodig grote afmetingen. Denk ook aan de behuizing die bij een 40x30 cm detector groter is, wat vaak in de weg zit bij positionering.

Kunt u punten toekennen voor een 30x30 cm detector vanwege de voordelen voor neurotoepassingen en de verbeterde ergonomie?

Antwoord:

Niet akkoord

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
123

Onderwerp:

Vraag mbt Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1: vraag 7.2 Field of View

Vraag:

De eis van een maximaal field-of-view van 29-30 cm suggereert een detectorformaat van 20x20 cm, wat typisch is voor Cardiac. Voor Neuro is deze afmeting echter te klein om de volledige schedel af te beelden.

Ons portfolio bevat in deze combinatie daarom geen 20x20 cm laterale detector, maar wel een 30x30 cm variant, die wél geschikt is voor Neuro en een volledig hoofd in beeld kan brengen.

Kunt u deze eis aanpassen naar een maximaal field-of-view van 42-43 cm, zodat een 30x30 cm laterale detector ook voldoet?

Antwoord:

De formulering van de eis wordt als volgt aangepast: Het maximale field-of-view in diagonale richting van de laterale detector is minimaal 35 cm.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.
124

Onderwerp:

Vraag mbt Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1: 7.4 pixel size

Vraag:

De best mogelijke beeldkwaliteit wordt mogelijk gemaakt door de kleine pixels.

Kunt u punten toekennen als het centrum van de detector <80 µm is?

Antwoord:

Niet akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

125

Onderwerp:

Vraag mbt Bijlage 1A PvE en PvW Perceel 2: 4.1 field of view

Vraag:

De 40x30cm detector is typisch voor Algemene Radiologie. Een 20x20 cm frontale detector biedt meer flexibiliteit bij het positioneren en is ideaal voor een dedicated Cardiac systeem.

Kunt u daarom ook de 20x20 cm frontale detector toe te staan, gezien de voordelen in flexibiliteit en positionering?

Antwoord:

Nee! De vraag om dit formaat op de frontale detector is specifiek voor kindercardiologie. Het specialisme van de congenitale/kinder cardiologie omvat naast het hart met coronairen, ook de organen rond het hart.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P2 Perceel 2 Interventiestatief (kinder) Cardiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025

Ref.nr.

126

Onderwerp:

Vraag mbt Bijlage 1 PvE en PvW Perceel 1: vraag 6.10 Dosisregistratie

Vraag:

Dosisdistributie is essentieel voor patiëntveiligheid, met name de verdeling

van de stralingsdosis over de anatomie. De huidige eis richt zich op de registratie van de standen van het röntgenstatief, wat indirect invloed heeft op de patiëntdosis, maar geen inzicht biedt in de werkelijke dosis voor de patiënt.

Om een betere controle en bewaking van de stralingsdosis te waarborgen, zou een uitgebreidere dosisregistratie wenselijk zijn. Als u opzoek bent naar een nauwkeurige dosisregistratie dan adviseren wij om extra punten toe te kennen aan systemen die:

- Een nauwkeurige berekening gebruikt voor huiddosis, i.p.v. Air Kerma.
- De huiddosis projecteert op een grafisch patiëntmodel.
- Dosisaccumulatie over de anatomie registreert.
- Alle relevante parameters (zoals projectierichtingen, exposiewaarden, buis-patiënt afstand en collimatie) gebruikt voor een nauwkeurige dosisberekening.
- Real-time werkt, inclusief visualisatie en alarmering, naast rapportage achteraf.

Kunt u significante punten toe kennen aan systemen die aan bovenstaande criteria voldoen, aangezien deze een nauwkeurigere monitoring en betere bescherming van de patiënt mogelijk maken?

Antwoord:

Niet akkoord. Er dient voldaan te worden aan de eis. Dit levert geen extra punten op.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1 Interventiestatief Radiologie

Beantwoord op:

28 mrt. 2025